

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ZP/118/2024

Łódź, 5 listopada 2024 r.

Sygnatura: **ZP/118/2024**

Sprawa: **Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem aparatów EKG w ramach Drugiego Etapu Budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym (CKD2).**

Działając w oparciu o art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

„Pozycja 2. Aparat EKG – 4 szt.

Pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z ekranem na dedykowanym wysięgniku, z możliwością położenia ekranu oraz z płynną regulacją kąta nachylenia ekranu? Aparat EKG wraz z ekranem stanowi jedno urządzenie.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia parametr/warunek techniczny wskazany w poz. 2 pkt 12. W związku z tym Zamawiający modyfikuje Przedmiot zamówienia – zał. nr 2 do SWZ poprzez wykreślenie w poz. 2 pkt 12 dotychczasowego brzmienia: „Obudowa typu laptop z zamykanym ekranem osłaniającym klawiaturę i inne elementy sterujące. Płynna regulacja kąta nachylenia ekranu.” i dopisanie: „Aparat EKG z ekranem na dedykowanym wysięgniku, z możliwością położenia ekranu oraz z płynną regulacją kąta nachylenia ekranu. Aparat EKG wraz z ekranem stanowi jedno urządzenie.”

Pytanie nr 2:

„Pozycja 2. Aparat EKG – 4 szt.

Pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z pełną klawiaturą ekranową w układzie QWERTY do wprowadzania danych demograficznych badanych pacjentów oraz możliwość podłączenie zewnętrznej klawiatury przewodowej i bezprzewodowej?”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia parametr/warunek techniczny wskazany w poz. 2 pkt 18. W związku z tym Zamawiający modyfikuje Przedmiot zamówienia – zał. nr 2 do SWZ poprzez wykreślenie w poz. 2 pkt 18 dotychczasowego brzmienia: „Pełna klawiatura alfanumeryczna w układzie QWERTY (65 klawiszy do wprowadzania danych demograficznych badanych pacjentów.” i dopisanie: „Pełna klawiatura ekranowa w układzie QWERTY do wprowadzania danych demograficznych badanych pacjentów oraz możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury przewodowej i bezprzewodowej.”

Pytanie nr 3:

„Pozycja 2. Aparat EKG – 4 szt.

Pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez membrany ze względu na korzystanie z klawiatury ekranowej?”

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z parametru/warunku technicznego wskazanego w poz. 2 pkt 21. W związku z tym Zamawiający modyfikuje Przedmiot zamówienia – zał. nr 2 do SWZ poprzez wykreślenie w poz. 2 pkt 21 o brzmieniu: „Klawiatura pokryta szczelną membraną zabezpieczającą przed wnikaniem zanieczyszczeń i płynów. Możliwość samodzielnej wymiany membran.” oraz poprzez wykreślenie w kolumnie obok „Tak”.

Pytanie nr 4:

„Pozycja 2. Aparat EKG – 4 szt.

Pkt. 39 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z zakresem częstotliwości pomiarowej aparatu min. 0,02-300 Hz ?”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zakres częstotliwości pomiarowej aparatu. W związku z tym Zamawiający modyfikuje Przedmiot zamówienia – zał. nr 2 do SWZ poprzez wykreślenie w poz. 2 pkt 39 dotychczasowego zakresu: „min. 0,05-150Hz.” i dopisanie: „min. 0,02-300 Hz.”, co powoduje, że w poz. 2 pkt 39 otrzymuje brzmienie: „Zakres częstotliwości pomiarowej aparatu – min. 0,02-300 Hz.”

Pytanie nr 5:

„Pozycja 2. Aparat EKG – 4 szt.

Pkt. 41 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z filtrami górnoprzepustowymi co najmniej 3 do wyboru w zakresie 0,02 – 0,15 Hz ?”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zakres filtrów górnoprzepustowych. W związku z tym Zamawiający modyfikuje Przedmiot zamówienia – zał. nr 2 do SWZ poprzez wykreślenie w poz. 2 pkt 41 dotychczasowego zakresu filtrów górnoprzepustowych: „0-0,5Hz.” i dopisanie: „0,02 – 0,15 Hz”, co powoduje, że w poz. 2 pkt 41 otrzymuje brzmienie: „Filtry górnoprzepustowe co najmniej 3 do wyboru w zakresie 0,02 – 0,15 Hz. Filtry dolnoprzepustowe co najmniej 3 do wyboru w zakresie 40-150 Hz.”

Pytanie nr 6:

„Pozycja 2. Aparat EKG – 4 szt.

Pkt. 53 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z automatycznym przejściem w tryb gotowości, gdy ekran aparatu zostanie położony poziomo ?”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia parametr/warunek techniczny wskazany w poz. 2 pkt 53. W związku z tym Zamawiający modyfikuje Przedmiot zamówienia – zał. nr 2 do SWZ poprzez wykreślenie w poz. 2 pkt 53 dotychczasowego brzmienia: „Automatyczne przejście w tryb gotowości, gdy pokrywa aparatu zostanie opuszczona pod mniejszym kątem niż 30°.” i dopisanie: „Automatyczne przejście w tryb gotowości, gdy ekran aparatu zostanie położony poziomo.”

Pytanie nr 7:

„Pozycja 2. Aparat EKG – 4 szt.

Pkt. 62 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością wymiany papieru z boku urządzenia ?”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia częściowo parametr/warunek techniczny wskazany w poz. 2 pkt 62. W związku z tym Zamawiający modyfikuje Przedmiot zamówienia – zał. nr 2 do SWZ poprzez wykreślenie w poz. 2 pkt 62 fragmentu: „możliwość wymiany papieru od przodu urządzenia.”, co powoduje, że w poz. 2 pkt 62 otrzymuje brzmienie: „Rozdzielczość wydruku min. 200x500 dpi, szerokość min. 210 mm, łatwy dostęp do papieru.”

Pytanie nr 8:

„Pozycja 2. Aparat EKG – 4 szt.

Pkt. 84 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z dedykowanym stabilnym wózkiem jezdny z koszykami na akcesoria wyposażonym w 4 koła z możliwością blokady, dedykowane miejsce na zapasowy papier do EKG lub instrukcję obsługi, wysięgnik na kable EKG pacjenta zapobiegający plątaniu się przewodów oraz blat roboczy ?”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia częściowo parametr/warunek techniczny wskazany w poz. 2 pkt 84. W związku z tym Zamawiający modyfikuje Przedmiot zamówienia – zał. nr 2 do SWZ poprzez wykreślenie w poz. 2 pkt 84 dotychczasowego brzmienia: „Dedykowany stabilny wózek jezdny z koszykami na akcesoria oraz taśmą uziemiającą. Wózek wyposażony w 4 koła, z czego 2 z możliwością blokady. Dedykowane miejsce na zapasowy papier do EKG lub instrukcję obsługi. Wysięgnik na kable EKG pacjenta zapobiegający plątaniu się przewodów. Wózek z wysuwającym blatem roboczym.” i dopisanie: „Dedykowany stabilny wózek jezdny z koszykami na akcesoria, wyposażony w 4 koła z możliwością blokady, dedykowane miejsce na zapasowy papier do EKG lub instrukcję obsługi, wysięgnik na kable EKG pacjenta zapobiegający plątaniu się przewodów oraz blat roboczy.”

Pytanie nr 9:

„Pozycja 1. Aparat EKG – 3 szt.

Pkt. 34 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z zakresem częstotliwości pomiarowej aparatu min. 0,02-300 Hz ?”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zakres częstotliwości pomiarowej aparatu. W związku z tym Zamawiający modyfikuje Przedmiot zamówienia – zał. nr 2 do SWZ poprzez wykreślenie w poz. 1 pkt 34 dotychczasowego zakresu: „min. 0,05-150Hz.” i dopisanie: „min. 0,02-300 Hz.”, co powoduje, że w poz. 1 pkt 34 otrzymuje brzmienie: „Zakres częstotliwości pomiarowej aparatu – min. 0,02-300 Hz.”

Pytanie nr 10:

„Pozycja 1. Aparat EKG – 3 szt.

Pkt. 36 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z filtrami górnoprzepustowymi co najmniej 3 do wyboru w zakresie 0,02 – 0,15 Hz ?”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zakres filtrów górnoprzepustowych. W związku z tym Zamawiający modyfikuje Przedmiot zamówienia – zał. nr 2 do SWZ poprzez wykreślenie w poz. 1 pkt 36 dotychczasowego zakresu filtrów górnoprzepustowych: „0-0,15 Hz.” i dopisanie: „0,02 – 0,15 Hz”, co powoduje, że w poz. 1 pkt 36 otrzymuje brzmienie: „Filtrzy górnoprzepustowe co najmniej 3 do wyboru w zakresie 0,02 – 0,15 Hz. Filtry dolnoprzepustowe co najmniej 3 do wyboru w zakresie 40-300 Hz.”

Wszelkie zmiany wprowadzone do Przedmiotu zamówienia – zał. nr 2 do SWZ – jako obligatoryjne muszą być podstawą do przygotowania oferty przez Wykonawców.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie:

Składanie ofert: 08.11.2024 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert: 08.11.2024 r. godz. 10:10.

Z-ca Dyrektora
Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi