



2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
04-470 Warszawa, ul. Marsa 110



Warszawa, dnia 07.08.2019 r.

Dotyczy: Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, numer postępowania: D/102/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna zawiadamia, że w postępowaniu na **dostawę sprzętu metrologicznego** w dniu 18.07.2019 r 26.07.2019 i r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następującej treści:

Wniosek nr 1 :

Kierujemy do Zamawiającego pytanie do punktu 11 opisu przedmiotu zamówienia:

Zamawiający specyfikuje że w wyposażeniu dodatkowym ma być dostępny 4 portowy zestaw kalibracyjny E-cal pracujący w zakresie częstotliwości co najmniej od 10 MHz do 18 GHz z 3 portami N (żeńskimi) i 1 portem N (męskim) sterowanym automatycznie przez analizator.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż udzielił następujących wyjaśnień:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowanie z Analizatorem równoważnym automatycznego kalibratora sterowanego przez Analizator o parametrach określonych w przedmiotowym pytaniu. Zestaw kalibracyjny wyspecyfikowany jako wyposażenie dodatkowe wektorowego analizatora obwodów będzie stosowany do kalibracji precyzyjnych wieloportowych przyrządów mikrofalowych pasywnych, takich jak:

- Tłumiki wzorcowe (złącze N, 1 port męski, 1 port żeński),
- Dzielniki 3-rezystorowe (złącze N, 1 port męski, 2 porty żeńskie),
- Dzielniki 2-rezystorowe (złącze N, 3 porty żeńskie),

- Sprzęgacze kierunkowe 1- portowe (złącze N, 1 port męski, 2 porty żeńskie),
- Sprzęgacze kierunkowe 2- portowe (złącze N, 1 port męski, 3 porty żeńskie).

W związku z powyższym, żaden z zaproponowanych w Pytaniu nr 1 zestawów kalibracyjnych, nie jest równoważny do zestawu kalibracyjnego E-cal N4432A-103-203-303-404, ponieważ nie umożliwia wykonania wszystkich wymienionych powyżej kalibracji.

Wniosek nr 2

Pytanie nr 1

Aparatura będąca przedmiotem postępowania to najwyższej klasy przyrząd pomiarowy, wytwarzany każdorazowo na indywidualne zlecenie klienta. Proces produkcji zakończony jest szczegółową i czasochłonną procedurą sprawdzenia i kalibracji, a w szczególności ze względu na wymagania zawarte w SIWZ, także charakteryzacji stabilności temperaturowej w celu dostarczenia danych na temat stabilności 48-godzinnej całego systemu pomiarowego. Ponieważ całkowity czas realizacji zamówienia wydłużony jest o powyższe pomiary, których realizacja zależy od dostępności specjalistycznego laboratorium, na co Wykonawca ma ograniczony wpływ, zwracamy się z prośbą o zmianę wymaganego terminu wykonania zamówienia na 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy jednak nie później niż do dnia 16.12.2019 (w zależności od tego który z w/w terminów upłynie wcześniej) bądź innego terminu, który pozwoli na zachowanie procedur Zamawiającego. Jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby czas ten był jak najkrótszy.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż udzielił następujących wyjaśnień:

Zamawiający informuje, iż wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 16.12.2019 r. (w zależności od tego który z w/w terminów upłynie wcześniej)

Zamawiający dokona stosownej zmiany w zapisie SIWZ.

Pytanie nr 2

Producenci profesjonalnych przyrządów pomiarowych deklarują możliwość naprawy pogwarancyjnej swoich produktów w funkcji czasu liczonego od dnia zaprzestania produkcji określonego typu urządzenia. Zwykle ogłoszenie o zakończeniu produkcji jest podawane do publicznej wiadomości z rocznym wyprzedzeniem. Czy w związku z

powyższym Zamawiający zgadza się na zmianę punktu 6 w §4 umowy na: „Po upływie okresu gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu /Odbiorcy dostęp do części zamiennych lub serwisu pogwarancyjnego przez okres 5 lat od dnia zakończenia produkcji urządzenia.”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż udzielił następujących wyjaśnień:

Zamawiający informuję, iż wyraża zgodę na zmianę w §4 pkt 6 umowy na: „Po upływie okresu gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu/Odbiorcy dostęp do części zamiennych lub serwisu pogwarancyjnego przez okres 5 lat od zakończenia produkcji urządzenia”.

Zamawiający dokona stosownej zmiany we wzorze umowy.

Pytanie nr 3

Prosimy o zmianę słowa „Ponadto” w §8, punkt 1, podpunkt 4 na „W przypadku opóźnienia dostawy przedmiotu zamówienia”. Obecny zapis jest nieprecyzyjny i pozostawia możliwość dowolnej interpretacji w połączeniu z podpunktami 2 i 3.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż udzielił następujących wyjaśnień:

Zamawiający informuję, iż wyraża zgodę na zmianę w §8 pkt 1 ppkt 1 umowy na „W przypadku opóźnienia dostawy przedmiotu zamówienia”.

Zamawiający dokona stosownych zmian we wzorze umowy

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SIWZ, dokonał zmiany treści SIWZ .

**KOMENDANT
/-/ plk Piotr CALAK**

Wykonano w 2 egz.

Egz. Nr 1 – a/a

Egz. Nr 2- Adresat

Wykonał: K Dobrowolska, dnia 07.08.2019 r.