

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku II – znak sprawy: PN 69/23.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2023r. poz. 1605; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Pakiet nr 36

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

- Okularki jednoczęściowe
- Wykonane z miękkiego materiału pokrytego delikatną, silikonową warstwą adhezyjną.
- Użyty materiał blokuje 99,95% światła widzialnego i UV (potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej);
- Bez dodatku lateksu i kleju.
- Hypoalergiczne.
- Kontakt z okiem wyłącznie poprzez czystą, 100% bawełnę, bez dodatku barwników.
- Sposób założenia i zdjęcia okularków odbywa się bezboleśnie i dotyczy wyłącznie okolic oczu, bez konieczności podnoszenia główki, zmiany pozycji noworodka
- Założenie nie wymaga stosowania rzepów i opasek wokół głowy pacjenta.
- Przeznaczone dla jednego pacjenta, do wielokrotnego użytku.
- Dołączony plastikowy arkusz umożliwia higieniczne przechowywanie okularków podczas przerwy w fototerapii.
- Bezbolesne zdejmowanie.
- Do wyboru trzy rozmiary, w zależności od wagi (≤ 900 g, 1000g) i wielkości główki noworodka.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza nie wymaga, pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2:

Pakiet nr 36

Czy Zamawiający będzie wymagał aby ubieranie, ściąganie lub wymiana okularków nie wymuszały konieczności rozłączania, przemieszczania lub zdejmowania urządzeń podłączonych do twarzy noworodka oraz zmiany pozycji noworodka ?

Odpowiedź nr 2: NIE.

Pytanie nr 3:

dotyczące zapisów umowy paragraf 4 ustęp 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby całkowita wartość kar umownych nie przekroczyła 20 % wartości brutto umowy?

Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości całkowitej wartości kar umownych.

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 20 w pozycji 1 rurkę intubacyjną, wykonana z medycznej odmiany PCV, o atraumatycznym wykończeniu równoważnym do silikonowania - światowego lidera w produkcji tego typu rurek, firmy Teleflex (Rusch), przy bezwzględnym spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź nr 4: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNE Z SWZ.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 20 w pozycji 2 rurkę intubacyjną zbrojoną, wykonaną z medycznej odmiany PCV, o atraumatycznym wykończeniu równoważnym do silikonowania - światowego lidera w produkcji tego typu rurek, firmy Teleflex (Rusch), przy bezwzględnym spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź nr 5: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNE Z SWZ.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający w pakiecie 20 w pozycji 3 dopuści rurkę Guedela kodowaną kolorystycznie tylko na końcu, widocznym poza intubowaniem, przy bezwzględnym spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ?

Odpowiedź nr 6: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNE Z SWZ.

Pytanie nr 7:

Pytanie do części 3 Do pozycji nr 2 Wkłucie centralne z możliwością pomiaru saturacji w żyłę głównej. Czy Zamawiający zgodzi się na zrezygnowanie z pozycji nr 2 Wkłucie centralne z możliwością pomiaru saturacji w żyłę głównej, ze względu na zaprzestanie produkcji ww cewnika?

Odpowiedź nr 7: TAK, ZAMWIAJĄCY REZYGNUJE.

Pytanie nr 8:

Pytanie do części 3 Do pozycji nr 6. Czy Zamawiający zgodzi się zwiększyć ilość klamr do 5 szt., ze względu na fakt, że najmniejsze opakowanie zbiorcze jest pakowane po 5 sztuk.

Odpowiedź nr 8: TAK.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający informuje, że Wykonawcy którzy składają produkt dopuszczony odpowiedziami Zamawiającego – **zaznaczą uwagą nr odpowiedzi i datą pisma z odpowiedziami.**

Miejsce zaznaczenia: Załącznik nr 1 do SWZ, odpowiednio przy oferowanym produkcie. Proszę o załączenie dokumentów przedmiotowych potwierdzających wszystkie wymagane zapisami SWZ cechy.

Sporządziła: Ewa Nowakowska.