

**Wykonawcy zainteresowani**  
**postępowaniem przetargowym**

**Nasz znak: ZOZ.XI.5/272/7/2-1/24**

**data: 16.04.2024 r.**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych nr 7/24/ZP „Przeglądy techniczne oraz naprawy bieżące sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych”.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej udziela odpowiedzi na pytania:

**Firma 3**

1. Pakiet nr 55,60

Ponieważ Zamawiający nie odpowiedział na pytanie, ponownie zwracamy się z prośbą o podanie dat ostatnich przeglądów.

Uzasadnienie:

Informacja dotycząca dat przeglądów jest niezbędna do prawidłowej wyceny usługi. Ponieważ pierwotne zapisy wskazują na wykonanie usługi w siedzibie Zamawiającego i musimy uwzględnić ilość dojazdów.

Wiedzę tę posiada natomiast Wykonawca, który robił ostatnie przeglądy (MEDIKOM\_Pakiet 55). Zatem zachodzą przesłanki nierównego traktowania Wykonawców.

Nie ma możliwości wyliczyć ceny bez tej informacji. Jeżeli 97 pomp będzie miało przegląd w różnych terminach powinniśmy wkalkulować w cenę 97 dojazdów. Jeżeli natomiast wszystkie pompy mają przegląd w jednym terminie to wkalkulujemy jeden dojazd.

**Odpowiedź: Przeglądy aparatów z Pakietu 55 były wykonane w dniach 11 i 18 grudnia 2023 r. a przeglądy aparatów z Pakietu 60 były wykonane w dniu 17 listopada 2023 r.**

**Firma 5**

Ponieważ pomimo udzielenia odpowiedzi nadal istnieją poważne niejasności, wskazujemy, że:

1) W posiadaniu Zamawiającego znajdują się 3 aparaty firmy BOWA: generator ARC 400 (40072018), generator ARC 400 (100006313) oraz beamer argonowy ARC PLUS (90100905), który jest oddzielnym urządzeniem oraz podlega osobnemu przeglądowi i dopuszczeniu do użytkowania. W formularzu cenowym zawarte są tylko 2 urządzenia. Proszę o uzupełnienie informacji o trzecim aparacie, jeżeli on również ma być objęty obsługą serwisową.

2) W terminie określonym w SWZ (12 miesięcy) aparat ARC 400 (100006313) i beamer argonowy ARC PLUS (90100905) podlegają przeglądowi gwarancyjnemu (wrzesień 2024), który wykonywany jest na koszt producenta. Postępowanie obejmuje więc czasowo termin przeglądu tylko jednego aparatu – ARC 400 (40072018), ponieważ aparaty 100006313 i 90100905 będą podlegały pogwarancyjnemu badaniu już po zakończeniu trwania umowy (wrzesień 2025). W Formularzu cenowym w ramach pakietu 5, w części dotyczącej przeglądów, w kolumnie "Ilość jednost. wymag." widnieje 2, co wskazuje na zobowiązanie do wykonania w okresie trwania umowy przeglądów 2 aparatów. Zobowiązanie to nie jest możliwe do spełnienia w przyczyn opisanych powyżej i wypełnienie formularza w obecnej formie spowoduje złożenie oferty o zawyżonej cenie nie odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego i rzeczywistej wartości zamówienia. Może również prowadzić do problemów z rozliczeniem umowy i nieuzasadnionych roszczeń stron. Producent urządzeń BOWA nie wskazuje potrzeby prowadzenia systematycznych napraw w ramach okresowej obsługi technicznej, więc obsługa serwisowa aparatów 100006313 i 90100905 obejmować będzie tylko przypadki nagłych awarii tych urządzeń.

Wnosimy o korektę formularza w obrębie tego pakietu tak, aby jego zapisy obejmowały rzeczywiste zapotrzebowanie Zamawiającego i jednoznacznie wskazywały zakres usług objętych zamówieniem. Proponujemy usunięcie aparatów 100006313 i 90100905 z wiersza dotyczącego przeglądów i umieszczenie ich jako nowej pozycji z adnotacją wskazującą, że podlegają one tylko obsłudze serwisowej po zakończeniu okresu gwarancji.

**Odpowiedź: Modyfikacja w załączeniu.**

Modyfikacji ulegają również zapisy SWZ.

**Nowe obowiązujące terminy:**

**- Dział XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – zmienia się pkt 2 na:**

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **22.05.2024 r.**

**- Dział XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT – zmienia się pkt 1 na:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt> do dnia **23.04.2024 r.** do godziny **09:00:00.**

**- Dział XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT – zmienia się pkt 1 na:**

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **23.04.2024 r.** o godz. **09:15:00.**

Dyrektor  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Tarnowskiej

*(podpis elektroniczny)*

Otrzymują:

1 x aa

1 x Wykonawcy zainteresowani postępowaniem przetargowym

**FORMULARZ CENOWY****Pakiet 5 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – APARATY ELEKTROCHIRURGICZNE – DIATERMIA**

| L.p.                    | Nazwa  | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka VAT     | Wartość brutto przeglądów, napraw |
|-------------------------|--|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1.                      | Aparat elektrochirurgiczny ARC 400, r. prod. 2017, BOWA MEDICAL  | szt.               | 1                     | 1 x w roku       |                             |                                  |                |                                   |
|                         | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy - Aparat elektrochirurgiczny ARC 400, r. prod. 2017 oraz 2021 (po zakończeniu okresu gwarancji), BOWA MEDICAL | h                  | 1                     | xxxxxxxx         |                             |                                  |                |                                   |
| <b>GLOBALNA WARTOŚĆ</b> |  |                    |                       |                  | <b>NETTO:</b>               |                                  | <b>BRUTTO:</b> |                                   |

## 1. Zakres prac:

- a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)
  - b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi
  - c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)
  - d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu
  - e) w przypadku konieczności naprawy przestanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji
  - f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji
  - g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu
  - h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy
  - i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń
2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
  3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.
  4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
    - a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)
    - b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)
    - c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.
  5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych