	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Elbląg, dnia 13.11.2023 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy **ZP/53/2023**.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp o poniższej treści:

Pytanie 1 – dot. pakietu 38

Czy Zamawiający w **Pakiecie 38** w pozycji 2 mógłby doprecyzować, czy zestaw będzie oparty na użyciu wielorazowego peana (dedykowanego do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa), który to pean nie jest elementem składowym opisanego zestawu).

Odpowiedź: Zestaw oparty jest na użyciu wielorazowego peana.

Pytanie 2 – dot. pakietu 87

Czy Zamawiający w **Pakiecie 87** w pozycji 2 (z racji na zmianę dokonaną przez producenta w rurkach dotychczas stosowanych przez Zamawiającego) dopuści rurkę z balonikiem kontrolnym posiadającym oznaczenia: rozmiar rurki, średnica spoczynkowa mankietu, nazwę marki i nazwę producenta; spełniającą pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 – dot. pakietu 87

Czy Zamawiający w **Pakiecie 87** w pozycji 3 (z racji na zmianę dokonaną przez producenta w zestawie dotychczas stosowanym przez Zamawiającego) dopuści zestaw z rurką tracheostomią z nowej wersji 101/800 Bluselect (wersja 100/800 Blue Line Ultra nie jest już produkowana); zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 – dot. pakietu 42, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, pojemnik o pojemności 0,7L w kolorze czerwonym, wykonany z polipropylenu, z otworem wrzutowym z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie np. ostrzy od trzonek, igieł od strzykawek. Dwufunkcyjne wieko umożliwiające tymczasowe lub permanentne zamknięcie pojemnika. Pojemnik wyposażony w naklejaną etykietę zgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Pojemnik posiada pozytywną opinię PZH.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 - dot. pakietu 42, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, pojemnik o pojemności 1L w kolorze czerwonym, wykonany z polipropylenu, z otworem wrzutowym z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie np. ostrzy od trzonek, igieł od strzykawek. Dwufunkcyjne wieko umożliwiające tymczasowe lub permanentne zamknięcie pojemnika. Pojemnik wyposażony w naklejaną etykietę zgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Pojemnik posiada pozytywną opinię PZH.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 – dot. pakietu 42, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, pojemnik o pojemności 2L w kolorze czerwonym, wykonany z polipropylenu, z otworem wrzutowym z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie np. ostrzy od trzonek, igieł od strzykawek. Dwufunkcyjne wieko umożliwiające tymczasowe lub permanentne zamknięcie pojemnika. Pojemnik wyposażony w naklejaną etykietę zgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Pojemnik posiada pozytywną opinię PZH.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 – dot. pakietu poz. 5

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, pojemnik o pojemności 5L w kolorze czerwonym, wykonany z polipropylenu, z otworem wrzutowym z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie np. ostrzy od trzonek, igieł od strzykawek. Dwufunkcyjne wieko umożliwiające tymczasowe lub permanentne zamknięcie pojemnika. Pojemnik wyposażony w naklejaną etykietę zgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Pojemnik posiada pozytywną opinię PZH.

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 – dot. pakietu 42, poz. 1-7

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga, aby oznakowanie pojemników na zużyte igły i odpady medyczne było zgodne z §6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, tj. posiadały widoczne oznakowanie identyfikujące, które zawiera:

- 1) kod odpadów medycznych w nim przechowywanych;
- 2) nazwę wytwórcy odpadów medycznych;
- 3) numer REGON wytwórcy odpadów medycznych;
- 4) numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638, 1948 i 2260), wraz z podaniem organu rejestrowego;
- 5) datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);
- 6) datę i godzinę zamknięcia

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 9 – dot. pakietu 91, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, dren do podawania tlenu o długości 2,1 m, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ? Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 – dot. pakietu 91, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, dren do podawania tlenu o długości 4,26 m, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ? Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 – dot. pakietu 92, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków z przeliczeniem na 3.000 pełnych opakowań po 75 szt., co daje 225.000 szt.? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 – dot. pakietu 92, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści stażę bezlateksową o długości całkowitej rolki 11,50 m, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ? Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 – dot. pakietu 92, poz. 10

Zwracamy się z prośbą o uściślenie ilości oraz rozmiarów szyn palcowych, które Zamawiający zamierza zamówić w pakiecie 92, pozycja 10. Różnice w cenie pomiędzy poszczególnymi szynami sięgają nawet kilkunastu procent, co uniemożliwia przeprowadzenie poprawnej wyceny. Rozdzielenie pozycji 10 na 10a – 400x20 mm, 10b – 230x20 mm, 10c – 400x40 mm znacznie ułatwi wycenę, a Zamawiającemu umożliwi otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający uściśli, zmiany zostaną naniesione na dokumenty.

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Pytanie 14 – dot. pakietu 56

Czy Zamawiający celem bezpieczeństwa i higieny pacjenta wymaga plastikowego ustnika, o anatomicznym kształcie (w formie trójkąta)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 15 – dot. pakietu 40 poz. 2

Czy w Pakiecie nr 40 w poz. 2 powinny być zaferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 16 – dot. pakietu 40 poz. 2

Upzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie z Pakietu nr 40 poz. 2 do odrębnego pakietu. Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie preferuje konkretne podmioty, ogranicza konkurencję wyłącznie do dużych hurtowni i eliminuje z możliwości uczestniczenia w postępowaniu podmioty wysoko wyspecjalizowane posiadające dużą wiedzę merytoryczną na temat oferowanych produktów i w sposób szczególny dbający o ich jakość. Dodatkowo wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17 – dot. pakietu 16

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 16 koreczków dezynfekcyjnych zawierający 70 % alkohol izopropylowy (IPA), obudowa w kolorze błękitnym, sterylne. Zapewnia barierę przeciwbakteryjną na okres 7 dni, czas dezynfekcji 30 sekund, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18 – dot. pakietu 22

Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny elektrod w op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19 – dot. pakietu 85

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaferowanie kleszczy w powleczeniu PTFE, łyżeczki o długości 4,0 mm, średnica narzędzia 2,4 mm, powleczenie w kolorze szarym dla kleszczy przeznaczonych do gastrokopii.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 20 – dot. pakietu 85

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaferowanie kleszczy zęby szczura o rozwarciu 7 mm, aligator o rozwarciu 8 mm i aligator z zębem szczura o rozwarciu 8 mm, wszystkie wersje obrotowe, średnic a narzędzia 2,4 mm, powleczenie PTFE.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 21 – dot. pakietu 85


Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaferowanie pętli z drutu o średnicy 0,25 mm, średnica osłonki 2,3 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22 – dot. pakietu 85

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaferowanie pętli z drutu o średnicy 0,3 mm dla średnicy otwarcia 10 mm i 15 mm oraz 0,4 mm dla średnicy otwarcia 25 mm, 30 mm i 35 mm, maksymalna długość oczka pętli 45 mm, średnica osłonki 2,3 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Pytanie 23 – dot. pakietu 85

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli z siatką o otwarciu 30 mm i długości 60 mm oraz o otwarciu 45 mm i długości 75 mm, średnica narzędzia 2,3 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 24 – dot. pakietu 85

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie igieł w białej osłonce o średnicy 2,3 mm, średnica ostrza igły 0,6 mm (23G), długość ostrza igły 4 mm i 5 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 25 – dot. pakietu 85

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy narzędzia 2,6 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 26 – dot. pakietu 85

Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie szczotek ze średnicą włosa 6 mm i 6 m o długości 2300 mm oraz o średnicy włosa 5 mm i 10 mm o długości 2500 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 27 – dot. pakietu 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 zamkniętego systemu do nawilżania o pojemności 450 ml napełnionego wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiającego prowadzenie terapii przez 35 dni (poświadczona zapisem na opakowaniu stabilność wody i oświadczenie Producenta) sterylizowany radiacyjnie. W zestawie głowica-adapter łącząca reduktor (przepływomierz) z pojemnikiem (pakowana osobno). Zatyczka na uwięzi umożliwiająca zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wążów tlenowych. Obrazkowa instrukcja użycia, na pojedynczym pojemniku. Jakość wody spełniająca normę USP43 . Pojemnik wyposażony w dyfuzory znajdujące się w podstawie pojemnika : Ilość otworów dyfuzora ≥ 14 , średnica otworu $\geq 0,2$ mm . Dyfuzory umożliwiają przepływ tlenu przez całą objętość wody.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28 – dot. pakietu 98, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści trokar 5 mm z bezpiecznym płaskim ostrzem i jednostronną osłoną, który po uzbrojeniu wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych posiadający wizualny wskaźnik położenia ostrza. Kaniula karbowana, przyciski otwierające umożliwiające desulfacje bez odłączania wężyka CO2 i ewakuację gazików po zabiegu. Zdejmowalna uszczelka mieszcząca narzędzia 5 mm. Produkt sterylny, jednorazowego użytku długości kaniuli 100mm?

Odpowiedź: Nie dopuszcza.


Pytanie 29 – dot. pakietu 98, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści trokar 11 mm z bezpiecznym płaskim ostrzem i jednostronną osłoną, który po uzbrojeniu wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych posiadający wizualny wskaźnik położenia ostrza. Kaniula karbowana, przyciski otwierające umożliwiające desulfacje bez odłączania wężyka CO2 i ewakuację gazików po zabiegu. Zdejmowalna uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 11 mm (bez konieczności używania redukcji). Produkt sterylny, jednorazowego użytku długości kaniuli 100mm?

Odpowiedź: Nie dopuszcza.

Pytanie 30- dot. pakietu 98, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw ssąco-płuczący z sondą ze stali nierdzewnej 5 mm o długości 33 cm, do zabiegów endoskopowych. System składa się z ergonomicznej przejrzystej rękojeści z dwoma przyciskami oznaczonymi kolorystycznie: niebieskiego, który służy do dostarczania płynów irygacyjnych oraz czerwonego, który służy do ewakuacji płynów, krwi, resztek tkanek oraz dymu z pola operacyjnego. Rękojeść pasującą zarówno do lewej jak i prawej dłoni. Może być z łatwością podłączany do jednego lub dwóch pojemników z płynem płuczącym. Przyciski o dwóch kolorach

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

ułatwiają poprawną identyfikację linii ssącej i płuczącej. W zestawie miękkie, elastyczne dreny o długości ok. 3m, minimalizujących zwijanie się?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 31 – dot. pakietu 98, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy grasper atraumatyczny z miękkimi silikonowymi podkładkami z siateczką latis, zapewniającą doskonałą przyczepność dopasowującą się do tkanki przy minimalnym urazie, z trzonem obrotowym 360 stopni oraz zaznaczoną podziałką 5, 10 oraz 15 cm na trzonie umożliwiającą pomiar tkanki w jamie brzusznej. Dopasowany do trokara 5mm, nierozbieralne, o długości 35cm. Rączka ergonomiczna z możliwością powiększenia uchwytu poprzez usunięcie wewnętrznych wkładek, z płynną blokadą. Opakowanie zbiorcze 10 szt?

Odpowiedź: Nie dopuszcza, wymaga graspera z możliwością 10krotnego użycia

Pytanie 32 – dot. pakietu 73

Czy Zamawiający w pakiecie 73 dopuści kaniule typu Venflon, wykonaną z termoplastycznego poliuretanu (PUR), wyposażoną w 3 paski kontrastujące w RTG, z igłą ze stali nierdzewnej z ostrzem typu „Back – Cut” z uchwytem umożliwiającym wkłucie jedną ręką, z portem bocznym bez silikonowej zastawki do wstrzyknięć, domykany standardowo w systemie „klik”, ze skrzydełkami przezroczystymi bez otworów umożliwiających przysycie, z korkiem portu bocznego kodowanym kolorystycznie, z filtrem hydrofobowym. Kaniula znajduje się w opakowaniu klasy medycznej folia papier, które jest w kolorze białym. Opakowanie zawiera wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego, informacja o braku zawartości lateksu i ftalanów znajduje się na opakowaniu zbiorczym. Kaniule w rozmiarach: 0,7x19 (żółta) 0,9x25 (niebieska) 1,0x32 (różowa) 1,3x45 (zielona) 1,5x35 (biała)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 33 – dot. pakietu 108 poz. 2

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i czy potrzebuje 1000 szt. zestawów testów z autoczytnikami, czy tylko 1000 szt. samych testów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia 1000 szt pasków bez autoczytnika.

Pytanie 34

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie zobowiązuje się do przekazywania harmonogramu przewidywanych zamówień.

Pytanie 35

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 70% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpialmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie gwarantuje realizacji umowy powyżej 70%.

Pytanie 36

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie 37

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 ust. 1, 2, 4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie 38


Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy? Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji. Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13). Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie 39 – dot. pakietu 55 poz 1-9

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych spełniały wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki IVD.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy:

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

„1) pojemniki do przechowywania i transportu materiału histologicznego; pojemniki spełniają wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Dodatkowo zgodnie z zawartą definicją pojemnika na próbki w ustawie o wyrobach medycznych czytamy, iż jest to „pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro”.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby pojemniki spełniały wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki IVD.

Pytanie 40 – dot. pakietu 55, poz. 3

Czy zamawiający dopuści pojemniki zakręcane o pojemności 120 ml? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41 – dot. pakietu 55 poz. 4

Czy zamawiający dopuści pojemniki zamykane „na wcisk” o pojemności 190 ml? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42 – dot. pakietu 55 poz. 4

Czy zamawiający dopuści pojemniki zakręcane o pojemności 200 ml? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43 – dot. pakietu 9

Zamawiający wymaga w opisie przedmiotu zamówienia dostarczenia odpowiedniego przewodu do podłączenia odprowadzenia EKG, w związku z tym zwracamy się z zapytaniem: czy Zamawiający dopuści cewnik bez przewodu podłączeniowego EKG?

uzasadnienie:

W związku z opisem przedmiotu zamówienia można zauważyć, że przewód do podłączenia odprowadzenia EKG jest dedykowany dla konkretnego urządzenia, w posiadaniu którego zapewne jest Zamawiający. Wiedząc, że przewód ten jest dedykowany i charakterystyczny dla konkretnego urządzenia i może zostać dostarczony przez producenta tego urządzenia, prosimy o dopuszczenie cewnika bez przewodu podłączeniowego EKG i wykreślenie z opisu przedmiotu tego przewodu EKG, który jest specyficzny dla konkretnego urządzenia. Ponadto system lokalizacji końcówki cewnika przy użyciu EKG wg zapewnień producenta tych urządzeń na stronach www. można używać z dowolnym cewnikiem CVC i pozostawienie wymogu dostarczenia takiego kabla stanowi ograniczenie konkurencji co jest niezgodne z art. art 305 KK &1 (po nowelizacji z dn 1 X 2023) i art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 44 – dot. pakietu 9

W przypadku braku zgody na usunięcie przewodu, prosimy o podanie nazwy i producenta urządzenia monitorującego lokalizację cewnika.

Odpowiedź: Wykonawca ma obowiązek dostarczyć produkt spełniający wymagania funkcjonalności.

Pytanie 45 – dot. pakietu 9 poz. 1-3


Czy Zamawiający dopuści cewniki centralne wykonane z poliuretanu nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich bez przewodu podłączeniowego EKG. Końcówka cewnika ma kształt stożkowy i jest pokryta bardziej miękkim materiałem. Linia ta obejmuje kodowane kolorystycznie. W skład zestawu wchodzi: igła echogeniczna 18G x 7,0 cm końcówka echogeniczna dla poprawy widzenia w USG, rozszerzacz z powłoką hydrofilną aktywowany solą fizjologiczną w celu zmniejszenia tarcia podczas wkładania, prowadnik nitinolowy o średnicy 50cm x 0,035 nitinol nie stalowy - dzięki temu nie załamuje się u pacjenta, strzykawka prowadząca 5CC umożliwia przejście prowadnika przez strzykawkę, skrzydło do mocowania wtórne 2 szt. standardowe, nr. 11 standardowy skalp.

Dla pozycji 1 dwukanałowy 7F 16/16G 15cm, 7F 16/16G 20cm

Dla pozycji 2 trzykanałowy 7F 16/18/18G 20cm

Dla pozycji 3 czterokanałowy 8,5F 16/18/18/14G 20cm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Pytanie 46 – dot. pakietu 9 poz 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń bez przewodu podłączeniowego EKG, zawierający najnowocześniejszy przeciwdrobnoustrojowy związek poliheksanidu ProActiv+ PHMB, chroni pacjenta podczas stosowania cewnika, skuteczny wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz grzybów, szerokie spektrum działania i biokompatybilność, niewymywające się wiązanie kowalencyjne, pozwala na bezpieczne umieszczenie cewnika i zawiera: echogeniczną igłę wprowadzającą 18G x 7,0 cm, motylek mocujący skalpel nr 11, rozszerzacz z powłoką hydrofilową, strzykawka 5 ml z końcówką luer. Prowadnik nitinolowy o średnicy 50cm x 0,035 zapobiegający załamaniom ze specjalnym dozownikiem, lumeny (kanały) oznaczone kolorami: zmniejsza to ryzyko błędów w dostarczaniu płynów, łączniki LuerSafe: Bezigłowe i zintegrowane z cewnikiem, zmniejszają ryzyko infekcji i zatoru powietrznego, elastyczna końcówka atraumatyczna: zmniejsza uraz naczyniowy. Innowacyjna technologia cewników

Dla pozycji 4 czterokanałowy 8,5F 16/18/18/14G 20cm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 47 – dot. pakietu poz. 5

Czy Zamawiający dopuści Wkłucia centralne pediatryczne zakładane metodą Seldingera bez przewodu podłączeniowego EKG:

- igła Seldingera G20 x 40 mm, cewnik poliuretanowy z miękkim końcem kontrastującym w rtg ze znacznikiem długości
 - miękki, samoprzylepny (atraumatyczny) system mocowania do skóry, prowadnica nitinolowa, skalpel

a/ 2-światłowy 4F 20/23G lub 5F 20/23G dł. 8/13 cm

b/ 3-światłowy 5F 16/23/21G dł. 8/13 cm

wyżej wymienione cewniki pełnią te same funkcje lecznicze co opisane w SWZ i są produktem równoważnym

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 48 – dot. pakietu 12

Większość producentów umieszcza porty wraz z zestawem do wprowadzania w jednym opakowaniu. Czy Zamawiający umożliwi składanie ofert na pakiet 12 bez pozycji 2? Co będzie oznaczało, że zestaw jest dołączony do portu w pozycji 1.- takie rozwiązanie nie ma wpływu negatywnego na terapię i dopuszcza konkurencyjne rozwiązania

Odpowiedź: Zamawiający nie umożliwia.

Pytanie 49 – dot. pakietu 12

Czy Zamawiający dopuści

A- port naczyniowy tytanowy 8F o wysokości 13,5 mm i o średnicy podstawy 26,8 mm z cewnikiem poliuretanowym o długości 660 mm. Średnica zewnętrzna cewnika 2,7 mm, średnica wewnętrzna 1,5 mm. Zestaw zawiera: port, cewnik, dwie niskooporowe strzykawki 10 ml, igłę do nakłucia żyły 18G, dwie igły Hubera, w tym jedną z motylkiem, drenem i zaciskiem kompatybilną ze środowiskiem MRI, rozszerzacz z prowadnicą typu J (długość min.50 cm), prowadnicę implantacyjną z rozrywalną końcówką, tunelizator tępo zakończony, mechanizm mocujący cewnik z portem (2X), hak do unoszenia żyły.

Lub


B- Port wykonany w całości z utwardzanego tworzywa wysokosprawnego 8F, z komorą w kształcie stożka zapobiegającą powstawaniu skrzepin (bez martwych stref), cewnikiem poliuretanowym o długości 630 mm. Średnica zewnętrzna cewnika 2,6 mm, średnica wewnętrzna 1,6 mm Wysokość portu: 12.1mm Podstawa 26.7mm, wyposażenie: mechanizm mocujący cewnik, igła tępa , igła Hubera zakrzywiona 22 g, Igła stalowa prosta 22 g , igła wprowadzająca 18 G , rozrywalna koszulka , prowadnica typu J, tunelizator, możliwość podawania kontrastu , PSI do 300, grawer CT w podstawie portu w celu łatwiejszej lokalizacji

Pacjent z portem może być skutecznie skanowany w systemie MR w następujących warunkach: statyczne pole magnetyczne: Tesla(1,5T), 3- Tesla (3T), oraz bardzo wysokie pole rzędu - Tesla (7T)

Maksymalna ilość wkłuć: igły 19/20G - 1000 wkłuć, igły 22G - 1500 wkłuć,

Pacjent z portem może być skutecznie skanowany w systemie MR w następujących warunkach: statyczne pole magnetyczne 1,5 - Tesla(1,5T), 3- Tesla (3T), 7- Tesla (7T), maksymalny przestrzenny gradient pola 4500G/cm(45T/m)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Pytanie 50

Czy zamawiający wymaga aktualnego CE dla portów naczyniowych

Odpowiedź: Wymaga posiadania.

Pytanie 51 – dot. pakietu 9 oraz 12

Na podstawie art 305 KK &1 (po nowelizacji z dn. 1 X 2023) i art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP przedmiot zamówienia nie może zostać opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję co działa na szkodę interesu publicznego a Zamawiający podał sztywne parametry techniczne. W przypadku odpowiedzi odmownej, aby zapewnić warunki równoważność produktu,

Zwracamy się z prośbą o podanie rozwiązania funkcjonalnego (lecniczego) jakie ma spełniać produkt, tak by zamawiający uzyskał urządzenie w pełni odpowiadające jego potrzebom i celowi zamówienia w oparciu o jego przeznaczenie i opisane dane techniczne.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający posiada pełne prawo do opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z uwzględnieniem swoich potrzeb i wymagań związanych z prawidłową realizacją usług.

Pytanie 52 – dot. pakietu 64 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę do portów z osłoną na igle zabezpieczającą przed samozakłuciem zamiast - zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem, bez zapisu z automatycznym ciśnieniem dodatnim podczas usuwania zamiast - z automatycznym ciśnieniem dodatnim podczas usuwania (parametr jednego wykonawcy), zagięta pod kątem 90 z ostrzem Hubera do portu, z elastycznymi skrzydełkami z kolorowym oznaczeniem rozmiaru zamiast - miękkimi od strony skóry pacjenta(dwa górne do trzymania podczas zakładania i do zrobienia)Rozmiary: 22, 20 i 19G o długościach 15,20,25,32,38 zamiast - 15,17,20,25 i 35mm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 53 – dot. pakietu 64 poz 3

Czy Zamawiający dopuści igłę z ostrzem Hubera, ze skrzydełkami, zagięta pod kątem 90, z przedłużeniem PVC bez DEHP o długości w zakresie 24-26cm(całość) zamiast o długości 26cm(całość), z zaciskiem i łącznikiem Luer Lock. Bez zapisu - Skrzydełka kodowane kolorami zgodnie z rozmiarem igły. Możliwość podawania cytostatyków, kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Rozmiary 22,20 i 19G o długościach 15,20,25,32,38 zamiast - o długościach 15, 17, 20, 25, 30 i 35mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54 – dot. pakietu 64 poz. 4 oraz 5

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia użył patentu jednego wykonawcy: z echogeniczną igłą punkcyjną z systemem BLS w celu ograniczenia wypływu krwi i zapobieganiu zatorowi płucnemu. W związku z tym, oferujemy port o niewielkich różnicach technicznych, lecz tej samej funkcjonalności leczniczej:

A. Port niskoprofilowany wykonany w całości z tytanu wraz z kompletem akcesoriów do wprowadzania. Komora portu w kształcie zbliżonym do wycinka stożka z wcięciami zapewniającymi pewny i stabilny chwyt, z bocznym ułożeniem kaniuli wyjściowej.

Komora o objętości 0,4 ml. podstawa portu 24mm, średnica membrany 10,2mm

Cewnik poliuretanowy 6,6 Fr, średnica wew. 1,4mm, zew. 2,2mm

długość 550 mm z oznaczoną dł. co 1 cm.

Port kompatybilny ze Środowiskiem MRI; port dający możliwość dozowania pod wysokim ciśnieniem (do 300 psi) kontrastu do tomografii komputerowej.

Zestaw zawiera: port, cewnik, dwie niskooporowe strzykawki 10 ml, igłę do nakłucia żyły 18G, dwie igły Hubera, w tym jedną z motylkiem, drenem i zaciskiem kompatybilną ze środowiskiem MRI, rozszerzadło z prowadnicą typu J (długość min.50 cm), prowadnicę implantacyjną z rozrywalną końcówką, tunelizator tępo zakończony, mechanizm mocujący cewnik z portem (2X), hak do unoszenia żyły.

Każdy zestaw zawiera pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna, opaska, instrukcja użytkownika).

LUB

B. Port wykonany w całości z utwardzanego tworzywa wysokosprawnego 6F, z komorą w kształcie stożka zapobiegającą powstawaniu skrzeplin (bez martwych stref), cewnikiem poliuretanowym o długości 630 mm. Średnica zewnętrzna cewnika 2,1 mm, średnica wewnętrzna 1,3 mm Wysokość portu: 12.1mm Podstawa 26.7mm, wyposażenie:

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

mechanizm mocujący cewnik, igła tępa, igła Hubera zakrzywiona 22 g, Igła stalowa prosta 22 g , igła wprowadzająca 18 G , rozrywalna koszulka , przewodnica typu J, tunelizator, możliwość podawania kontrastu , PSI do 300, grawer CT w podstawie portu w celu łatwiejszej lokalizacji

Pacjent z portem może być skutecznie skanowany w systemie MR w następujących warunkach: statyczne pole magnetyczne: Tesla(1,5T), 3- Tesla (3T), oraz bardzo wysokie pole rzędu - Tesla (7T)

Maksymalna ilość wkłuć: igły 19/20G - 1000 wkłuć, igły 22G - 1500 wkłuć,

Pacjent z portem może być skutecznie skanowany w systemie MR w następujących warunkach: statyczne pole magnetyczne 1,5 - Tesla(1,5T), 3- Tesla (3T), 7- Tesla (7T), maksymalny przestrzenny gradient pola 4500G/cm(45T/m)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 55 – dot. pakietu 64 poz 6

Czy Zamawiający dopuści wszczepialny port naczyniowy o kształcie zbliżonym do „łezki”, otwory do przyszywania portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu, Szerokość podstawy 29,9mm, Wysokość portu 12mm, Szerokość membrany 12,5mm, Waga portu 6g, Objętość komory portu 0,5ml, Materiał komory portu: tytan, Materiał obudowy portu: polisulfon, Materiał cewnika: silikon, Długość cewnika: 50 cm, Średnica wewnętrzna cewnika: 1,05mm Średnica zewnętrzna cewnika: 2,2 mm, Rozmiar cewnika silikonowego 6,5Fr

Zestaw wprowadzający

- strzykawka 10 ml
- igła Seldingera (punkcyjna) 18G
- igła prosta 22 G x 30
- igła prosta 22 G x 30 opcjonalnie w osobnym sterylnym opakowaniu
- igła ze skrzydełkami 20 G x 20 opcjonalnie w osobnym sterylnym opakowaniu
- przewodnik J
- łącznik
- rozszerzacz i rozrywalna koszulka z przewodnikiem
- tępy tunelizator

Port kompatybilny ze środowiskiem CT i MRI. Możliwość podawania kontrastu pod ciśnieniem 300 PSI. Przepływ 5 ml/s

- Sterylna osłona głowicy z samoprzylepną powierzchnią z żelazem 15 g.18x120. Klej eliminuje potrzebę stosowania żelu pod osłonę – eliminuje tworzenie pęcherzyków. Teleskopowe składanie zapewnia sterylną aplikację. Dzięki minimalnej ilości produktów w zestawie przyspiesza i ułatwia pracę personelowi medycznemu. Zalety: brak gumek, brak żelu w głowicy, brak pozostałości kleju, bez lateksu

W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 56 – dot. 64 poz 7

Czy Zamawiający dopuści wszczepialny port naczyniowy o kształcie zbliżonym do „łezki”, otwory do przyszywania portu

Szerokość podstawy 29,9mm, Wysokość portu 12mm, Szerokość membrany 12,5mm

Waga portu 6g, Objętość komory portu 0,5ml

Materiał komory portu: tytan

Materiał obudowy portu: polisulfon


Materiał cewnika: silikon

Długość cewnika: 50 cm, Średnica wewnętrzna cewnika: 1,1mm, Średnica zewnętrzna cewnika: 2,8 mm, Rozmiar cewnika 8,5Fr

Port kompatybilny ze środowiskiem CT i MRI. Możliwość podawania kontrastu pod ciśnieniem 300 PSI. Przepływ 5 ml/s

Zestaw wprowadzający

- strzykawka 10 ml
- igła Seldingera (punkcyjna) 18G
- igła prosta 22 G x 30
- igła prosta 22 G x 30 opcjonalnie w osobnym sterylnym opakowaniu
- igła ze skrzydełkami 20 G x 20 opcjonalnie w osobnym sterylnym opakowaniu
- przewodnik J
- łącznik
- rozszerzacz i rozrywalna koszulka z przewodnikiem

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

- tępy tunelizator

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 57 – dot. pakietu 64 poz 8

Czy Zamawiający dopuści port naczyniowy wraz z akcesoriami.

Materiał komory portu: tytan, Materiał obudowy portu: polisulfon o kształcie zbliżonym do „leżki”, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, otwory do przyszywania portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu, waga portu 6g, wysokość portu 12 mm, średnica membrany 12,5mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, poliuretanowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) w rozmiarze 6Fr. Oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. Zestaw wprowadzający

- strzykawka 10 ml
- igła Seldingera (punkcyjna) 18G
- igła prosta 22 G x 30
- igła prosta 22 G x 30 opcjonalnie w osobnym sterylnym opakowaniu
- igła ze skrzydełkami 20 G x 20 opcjonalnie w osobnym sterylnym opakowaniu
- przewodnik J
- łącznik
- rozszerzacz i rozrywalna koszulka z przewodnikiem
- tępy tunelizator

bransoletka informująca, iż pacjent posiada port, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Port kompatybilny ze środowiskiem CT i MRI. Możliwość podawania kontrastu pod ciśnieniem 300 PSI. Przepływ 5 ml/s

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 58 – dot. pakietu 64

Czy Zamawiający dopuści port naczyniowy niskoprofilowy wraz z akcesoriami. Port naczyniowy wraz z akcesoriami. Materiał komory portu: tytan. Materiał obudowy portu: polisulfon, o kształcie zbliżonym do „leżki”, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, otwory do przyszywania portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, waga portu 4,55g, wysokość portu 10,4 mm, średnica membrany 9,7mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) w rozmiarze 6,5Fr. Oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm.

Zestaw wprowadzający


- strzykawka 10 ml
- igła Seldingera (punkcyjna) 18G
- igła prosta 22 G x 30
- igła prosta 22 G x 30 opcjonalnie w osobnym sterylnym opakowaniu
- igła ze skrzydełkami 20 G x 20 opcjonalnie w osobnym sterylnym opakowaniu
- przewodnik J
- łącznik
- rozszerzacz i rozrywalna koszulka z przewodnikiem
- tępy tunelizator

bransoletka informująca, iż pacjent posiada port, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Port kompatybilny ze środowiskiem CT i MRI. Możliwość podawania kontrastu pod ciśnieniem 300 PSI. Przepływ 5 ml/s

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 59 – dot. pakietu 64 poz. 4 oraz 5

Na podstawie art 305 KK &1 (po nowelizacji z dn 1 X 2023) i art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP przedmiot zamówienia nie może zostać opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję co działa na szkodę interesu publicznego a Zamawiający podał sztywne parametry techniczne. W przypadku odpowiedzi odmownej, aby zapewnić warunki równoważność produktu, prosimy podać rozwiązania funkcjonalne (lecznicze) jakie ma spełniać produkt, tak by zamawiający uzyskał urządzenie w pełni odpowiadające jego potrzebom i celowi zamówienia w oparciu o jego przeznaczenie a nie tylko sztywne dane techniczne

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia według własnych potrzeb.

Pytanie 60 – dot. pakietu 68 poz. 11

czy nastąpiła pomyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia? Zamawiający wymaga w tej pozycji opatrunku pochłaniającego wysięk z rany całą powierzchnią, w związku z tym opatrunek taki nie jest pokryty z jednej strony paskami silikonu (jak wskazano w opisie).

Odpowiedź: W opisie przedmiotu zamówienia nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający wymaga opatrunku pochłaniającego wysięk z rany całą powierzchnią, a nie pokrytego z jednej strony paskami silikonu.

Pytanie 61 – dot. pakietu 102 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia pediatrycznego wykonanego z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 55 g/m², wytrzymałość na wypychanie na sucho / mokro 145 kPa /134 kPa, zdolność absorpcji cieczy min. 156 ml/m². Paski samoprzylepne o szerokości 2,5cm.

Skład zestawu:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- 4 ręczniki 30 cm x 33 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10x50cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 200 cm z paskiem samoprzylepnym 90 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm

Pozostałe parametry zestawu zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 62 – dot. pakietu 117 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestaw do usuwania zszywek staplera o następującym składzie:

- 2 x kompres włókninowy 7,5 x 7,5 cm
- 1 x kleszczyki do usuwania klipsów skórnych

Opakowanie typu sztywne blister

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zestawu z kompresami.

Pytanie 63 – dot. umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu ust. 1 i dodanie informacji o terminie na zgłoszenie reklamacji: na: „ W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwej ilości lub wad jakościowych zakupionego asortymentu Zamawiający sporządza protokół, który stanowić będzie podstawę do wymiany asortymentu wadliwego na pozbawiony wad. Dla swojej ważności, reklamacja musi zostać zgłoszona pisemnie na formularzu Wykonawcy, w ciągu 24h od chwili powzięcia wiadomości o zaistniałych nieprawidłowościach, na adres e-mail: Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień pisemnego zawiadomienia (na podstawie formularza)”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie 64 – dot. umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu:

„Umowa wygasa z dniem rozstrzygnięcia kolejnego postępowania przetargowego dotyczącego przedmiotu umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w tym zakresie.

Pytanie 65 – dot. pakietu 14 poz. 2


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do insuliny z igłą 0,45 x 13?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 66 – dot. pakietu 14 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki cewnikowej 50 ml ze skalą rozszerzoną do 60 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Pytanie 67 – dot. pakietu 14 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej Luer z rozszerzoną skalą pojedynczą?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 68 – dot. pakietu 14 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej Luer z 2 ml ze skalą rozszerzoną tylko w jednym wariantcie do 3 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69 – dot. pakietu 14 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej Luer z 20 ml w opakowaniu 80 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 70 – dot. pakietu 14 poz. 12

Czy Zamawiający wydzieli poz. 12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 71 – dot. pakietu 16 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie korka do dezynfekcji w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 72 – dot. pakietu 16 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie korka do dezynfekcji z czasem dezynfekcji do 1 minuty?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 73 – dot. pakietu 25, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie bezpiecznego przyrządu do przetaczania płynów posiadającego elastyczną komorę kroplową, wolną od PVC, i ftalanów (do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo pacjenta), przystosowany do infuzji grawitacyjnej, z dodatkowym łącznikiem Y, długość drenu 180 cm. Posiadający specjalny zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiegający przedostaniu się powietrza do linii gdy butelka jest pusta, i utrzymujący stały poziom płynu. Przyrząd wyposażony w filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekami płynu z drenu. Pomaga zapobiegać zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI). Pomaga zmniejszać straty w płynach infuzyjnych poprzez ograniczeniu do zera niekontrolowaną utratę płynu poprzez kapanie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 74 – dot. pakietu 25 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów nie posiadający nazwy Producenta na zaciskaczu rolkowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 75 – dot. pakietu 25 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi posiadający logo umożliwiające identyfikację wyrobu na zaciskaczu rolkowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ


Pytanie 76 – dot. pakietu 73 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli od 17 G do 24 G wykonanej w PTFE?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 77 – dot. pakietu 73 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli od 17 G do 24 G posiadające 4 paski?

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 78 – dot. pakietu 73 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli od 17 G do 24 G ze skrzydełkami bez możliwości przysycia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 79 – dot. pakietu 50, 51

Czy Zamawiający doda do pkt XIII zapis: „jeśli dotyczy”?

Niektóre oferowane w pakiecie 50 i 51 wyroby tj: probówki szklane laboratoryjne, szczotki do probówek, woreczki transportowe nie są wyrobami medycznymi, lecz laboratoryjnymi. Przy sprzedaży obowiązuje je podstawowa stawka VAT 23%. W związku z tym prosimy też o zmianę wymagań określonych w SWZ część XIII pkt 1.1 i dopuszczenie produktów, które nie są wyrobami medycznymi oraz wprowadzenie wymogu posiadania wymienionych w tym punkcie dokumentów tylko dla wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, natomiast Wykonawca zobligowany jest dołączenia do oferty oświadczenia, że produkt nie jest wyrobem medycznym.

Pytanie 80 – dot. pakietu 50, 51

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 50, 51 do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.
Szczególnie trudne stanie się wycenienie szkiełek nakrywkowych czy końcówek, jeśli Zamawiający zgodzi się na podanie cen do 3-4 miejsc po przecinku, to również zaoszczędzi środki finansowe, gdyż będzie można zaoferować niższą cenę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 81 – dot. umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu nr 2 wzoru umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 82 – dot. umowy

Prosimy o umożliwienie przesyłania faktur w formacie PDF drogą elektroniczną na adres wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, adresy e-mail aptekaz.ess@elblag.com.pl oraz apteka@szpitalmiejski.elblag.pl

Pytanie 83 – dot. umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie w paragrafie 6 ust. 4 wysokości kary umownej do wysokości 5 % wartości brutto umowy niezrealizowanej z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu umowy w tym zakresie.

Pytanie 84 – dot. pakietu 50 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie pipetek transportowych typu Pasteura z PE o dł. 150mm, o poj. użytkowej 1ml i całkowitej ~4ml, z podziałką do 1,0ml co 0,25 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 85 – dot. pakietu 50 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga płyty do oznaczania grup krwi i serologii z rowkiem usztywniającym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 86 – dot. pakietu 50 poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek typu Eppendorf o poj. 2 ml z dnem soczewkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87 – dot. pakietu 50, poz. 14

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaskim zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

typu Safe Lock. Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się próbówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 88 – dot. 50 poz. 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie próbek szklanych wykonanych ze szkła boro krzemowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 89 – dot. 50 poz 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie próbek szklanych o poj. 5 ml, o podanych wymiarach 12x75 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 90 – dot. pakietu 51, poz. 11

Prosimy o dopuszczenie końcówek o poj. 1000 µl pakowanych po 100 szt. w pudełku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 91 – dot. pakietu 96 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie pasków fluoresceinowych oferowanych w opakowaniach zbiorczych zawierających 100 szt. sterylnych pasków.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 92 – dot. pakietu 44

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych innych niż opisanych przez zamawiającego w Zaproponowane ostrza o szerokości ostrza 36 mm pasują do strzygarki, która posiada trzyzakresową obrotową głowicę: 45° w lewo, 45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudnodostępnych miejscach na ciele. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegolwiek uszkodzenie skóry, ostrza są wolne od lateksu; pakowane:

1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko Do ostrzy bezpłatnie zostaną przekazane 2 kpl. strzygarek z ładowarkami zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 93 – dot. 44

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych innych niż opisanych przez zamawiającego w Zaproponowane ostrza o szerokości ostrza 36 mm pasują do strzygarki, która posiada trzyzakresową obrotową głowicę: 45° w lewo, 45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudnodostępnych miejscach na ciele. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegolwiek uszkodzenie skóry, ostrza są wolne od lateksu; pakowane:

1szt / blister; 25 blistrów/ pudełko.

Do ostrzy bezpłatnie zostaną przekazane 2 kpl. strzygarek z ładowarkami zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 94 – dot. pakietu 102

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu uniwersalnego pediatrycznego zgodnego z SWZ, o parametrach przekraczających wymagania normy EN PN 13795 oraz OPZ Zamawiającego. Zestaw charakteryzuje się następującymi różnicami (pogrubione):

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 67,5 g/m² wytrzymałość na wypychanie na sucho / mokro 183 kPa /163 kPa, zdolność absorpcji cieczy min. 196 ml/m². Paski samoprzylepne o szerokości 2,5cm.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji : tlenek etylenu). Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Skład :

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki min. 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 10x50cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Pytanie 95 – dot. pakietu 72

Mając na uwadze podniesienie konkurencji i zaferowanie alternatywnego zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca o szerszych parametrach niż oczekiwał Zamawiający, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie systemu zgodnie z parametrami jak poniżej :

Zestaw do odprowadzania stolca płynnego i półpłynnego:

1.	Zestaw składający się z przewodu cewnika, worka odbiorczego, strzykawki 50 ml, strzykawki z żelem smarującym oraz biologicznego eliminatora zapachów.
2.	System bez elementów wykonanych z naturalnego lateksu
3.	Skład opakowania zestawu: <ul style="list-style-type: none"> • Worek odbiorczy 1 l. (skalowany od 50 ml co 100 ml) • Strzykawka 50 ml • Strzykawka z żelem smarującym (10 ml) • Instrukcja użycia • 1 buteleczka (30 ml) preparatu Medi-aire™ Biologiczny eliminator zapachów • Zacisk na przewody
4.	Zestaw przewodu cewnika składa się z : trzon cewnika i worek odbiorczy wykonane w większości z kopolimeru Permalene, połączonych z niskociśnieniowym mankietem mocującym i strefą przechodzącą przez zwieracz, wykonanych głównie z silikonu.
5.	Otwór przewodu cewnika w obrębie mankieta ma kształt lejka w celu ułatwienia kierowania stolca do przewodu odprowadzającego, o średnicy wewnętrznej min 1.34 in ² , max 1,4 in ²
6.	Przewód odprowadzający wyposażony w cztery porty, każdy z oddzielnym dostępem. <ul style="list-style-type: none"> • Zielony port do napełniania („INF(45ML)/INFLATE TO 45ML”) jest przeznaczony do napełniania/oprózniczenia mankieta. • Przezroczysty port irygacji („IRRIG”) służy do wprowadzania wody na końcu mankieta mocującego i umożliwia dostęp do podawania leków. • Fioletowy port do przepłukiwania („FLUSH”) jest stosowany do wlewu wody przez szczeliny na całej długości przewodu odprowadzającego w celu ułatwienia odprowadzania stolca. • Port do pobierania próbek na przewodzie odprowadzającym umożliwia pobieranie próbek stolca przy użyciu strzykawki z wsuwaną końcówką
7.	Mocowanie zestawu przewodu cewnika z workiem odbiorczym za pomocą złącza i zaworu tłoczkowego
8.	System zarządzania stolcem wyposażony w mechanizm samozamykania aby zminimalizować kontakt na działanie szkodliwych mikroorganizmów podczas zmiany worków.
9.	Przewód odprowadzający (długość 167cm.) wyposażony w zintegrowany, łatwy w użyciu port do pobierania próbek kału zmniejszający możliwość zanieczyszczenia podczas pobierania próbek
10.	Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w wewnętrzną (membranę) zastawkę ograniczającą wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów.
11.	System przebadany klinicznie, (czas utrzymania do 29 dni)
12.	Opakowanie handlowe systemu do zbiórki stolca - 2 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 96 – dot. pakietu 72


Czy zamawiający dopuści **worki** kompatybilne z proponowanym systemem do zbiórki stolca zgodnie z parametrami jak poniżej :

Worek odbiorczy :

- Wymienny worek odbiorczy pojemność 1000 ml., skalowany od 50 ml co 100 ml, kompatybilny z proponowanym systemem do zbiórki stolca.
- Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w wewnętrzną (membranę) zastawkę ograniczającą wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów.



- Opakowanie zbiorcze 10 szt.

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 97 – dot. pakietu 72

Czy dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i jakości dostarczanego produktu, zamawiający będzie wymagał badań klinicznych dla zamawianego zamkniętego systemu do kontrolowanej zbiórki stolca w zadaniu 72?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oświadczenia o zgodności produktu z ustawą o wyrobach medycznych oraz oświadczenia o zgodności produktu z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego.

Pytanie 98 – dot. umowy

Czy Zamawiający wyraz zgodę na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do poziomu 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w tym zakresie.

Pytanie 99

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w formacie pdf na wskazany e-mail?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur na adres e-mail aptekaz.ess2elblag.com.pl oraz apteka@szpitalmiejski.elblag.pl.

Pytanie 100 – dot. pakietu 58 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy nie zaistniała omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia ponieważ wg naszej wiedzy zestawy do punkcji opłucnej występują w zestawach z trzema igłami lub w zestawach z igłą Veressa. Prosimy o doprecyzowanie jakiego zestawu Zamawiający oczekuje.

Odpowiedź: Omyłka pisarska, Zamawiający wymaga zestawu z 3 igłami.

Pytanie 101 – dot. pakietu 90

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pozycjoner medyczny wykonany z polimeru żelowego (wiskoelastomer), wodoodporny, nadający się do dezynfekcji?

AD1. Uniwersalny pozycjoner pod głowę o wymiarach 18x18x8cm?

AD2. Pozycjoner pod głowę o wymiarach 24x22x7cm?

AD3. Półwałek o wymiarach 50x25x8cm?

AD3. Półwałek o wymiarach 50x15x12cm?

AD3. Półwałek o wymiarach 50x10x10cm?

AD3. Półwałek o wymiarach 50x15x10cm?

AD3. Półwałek (na bazie pianki) o wymiarach 50x15x7cm?

Odpowiedź: AD 1 oraz AD 2 Zamawiający dopuszcza, AD 3 Zgodnie z SWZ.

Pytanie 102 – dot. pakietu 12

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wszczepienia portów w rozmiarze 8 F, odpowiedni dla cewników o średnicy zewnętrznej do 2,60 mm zgodny z pozostałymi zapisami SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 103 – dot. pakietu 89

Uprzejmie informujemy Zamawiającego, że maski anestetyczne nie są dostępne w rozmiarach mały i duży.

Rozmiary odpowiadające tej wielkości to 4 i 6. Dlatego też prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek w rozmiarach 4 i 6, odpowiadającym mały i duży. Wszystkie pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 104 – dot. projektu umowy § 5 ust. 1

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 105 – dot. projektu umowy § 6 ust. 1-2


Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2 %?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu umowy w tym zakresie.

Pytanie 106 – dot. projektu umowy § 6 ust. 7

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10 %?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu umowy w tym zakresie.

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Pytanie 107 – dot. pakietu 49 poz. 2

Wykonawca jest w stanie zaoferować wężyk pacjenta o wyższej szczelności ciśnieniowej - o wartości 350psi tj. 24bar. Czy zamawiający dopuści do ofertowania wężyk pacjenta o wcześniej wspomnianym parametrze?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 108 – dot. pakietu 49 poz. 1

Wykonawca jest w stanie zaoferować wężyk pompy o wyższej szczelności ciśnieniowej - o wartości 350psi tj. 24bar. Czy zamawiający dopuści do ofertowania wężyk pompy o wcześniej wspomnianym parametrze?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 109 – dot. pakietu 41 poz. 1

Czy zamawiający dopuści do ofertowania wężyk pompy, na którym czas pracy wynosi do 12h?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 110 – dot. pakietu 115

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania jednorazowych wkładów workowych do odsysania posiadających funkcję samozasysania, w których zainstalowany jest tylko jeden port przyłączeniowy - w kierunku pacjenta. Drugi port (do podłączenia źródła ssania) zainstalowany jest w zewnętrznym kanistrze wielorazowego użytku. Takie konstrukcyjne rozwiązanie czyni system znacznie nowocześniejszym i bezpieczniejszym od opisanego w SWZ ponieważ czynności personelu w trakcie zmiany wkładu workowego ograniczone są do obsługi tylko jednego króćca. Tylko jeden króciec przyłączeniowy we wkładzie workowym eliminuje w 100% prawdopodobieństwo odwrotnego podłączenia drenów, co często się zdarza w systemach, które mają dwa króćce przyłączeniowe – jak opisany w SWZ.

Wkład wyposażony jest:

- w filtr antybakteryjny oraz membranę hydrofobową, które zabezpieczają przed przedostaniem się odsysanej treści do próżni.
- szeroki port dostępowy dla zasypywania proszku żelującego, który może być dozowany luzem lub bardziej komfortowo w postaci gotowej saszetki. Takie rozwiązanie umożliwi stosowanie środka żelującego na każdym etapie odsysania.
- króćce przyłączeniowe są obrotowe, kątowe oraz schodkowe dzięki czemu można użyć drenów o różnej średnicy i skierować dreny według potrzeby w dowolnym kierunku bez załamywania ich.
- zastosowana w produkcji nowoczesna technologia pozwoliła na wykonanie bezpiecznych wkładów workowych w postaci cienkiej folii, dzięki czemu są konfekcjonowane w postaci sprasowanej. Rozwiązanie to pozwoliło radykalnie zaoszczędzić powierzchnię składową zarówno w magazynie jak i na oddziale.
- wkłady workowe gotowe są do bezpośredniego użycia (nie wymagają dodatkowych czynności związanych z montażem łączników)

Prosimy jednocześnie o odstąpienie od wymogu aby na każdym wkładzie workowym była nadrukowana skala, ponieważ dla oceny ilości zgromadzonej odsysanej treści służy skala na zewnętrznych kanistrach wielorazowego użycia.

Nie ma racjonalnego uzasadnienia, by wymontowywać wkład workowy po to by odczytać ilość zgromadzonej w nim treści.

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się na czas związania umową do wyposażenia stanowisk nieodpłatnie w niezbędny kompatybilny osprzęt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.


Pytanie 111 – dot. pakietu 27

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy nie zaistniała omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia ponieważ według naszej wiedzy kanister o pojemności 1,0 litra „wyposażony w króciec ssący nie wymagający odłączenia drenu przy wymianie wkładu”, posiada kształt spłaszczony.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, kształt okrągły.

Pytanie 112 – dot. wzoru umowy

Zgodnie z licznymi obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi podejmowania działań w ramach systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych , w tym z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1657 z późn. zm.) na wszystkich podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych ciąży obowiązek podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. W świetle obowiązującego prawa na Zamawiającym spoczywa obowiązek prawidłowej eksploatacji dostarczonego wyrobu, więc w przypadku potrzeby odesłania nabytego wyrobu do Wykonawcy, Zamawiający powinien przekazać informację o sterylności wyrobu. Ponieważ zarówno Zamawiający jak i Wykonawca są zobowiązani dbać o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, to celem formalnego potwierdzenia zapobiegania szerzeniu się zakażeń wnosimy o dodanie do wzoru umowy stanowiącej załącznik do SWZ poniższego zapisu precyzyjnego sposobu postępowania w sprawach reklamacji i/lub zwrotów:

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

„Każdorazowe przesłanie wyrobu będącego przedmiotem umowy od Zamawiającego do Wykonawcy powinno być uprzednio zgłoszone na adres e-mail wraz załączonym poświadczeniem sterylności. Wyrób należy przesłać na adres korespondencyjny Wykonawcy wraz z tym dokumentem w oryginale i zgłoszeniem oczekiwanej usługi przez Wykonawcę”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 113 – dot. pakietu 24 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wielorazową elektrodę kulkową o dł. 52 mm, opakowanie 1 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 114 – dot. pakietu 24 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania uchwyt elektrod jednorazowego użytku o dł. 155 mm z dwoma przyciskami, do elektrod z trzonkiem 2,4 mm, z elektrodą nożową, z kablem o dł. 3m, wtyk 3 pin, opakowanie 10 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 115 – dot. 24 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wielorazową elektrodę nożową wymiary noża 25 x 3,5mm, dł. 57 mm, opakowanie 1 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 116 – dot. 24 poz. 4 19

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, dzielone po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelowe z systemem rozprzewadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm², bez ograniczenia mocy maksymalnej. Powierzchnia całkowita 170cm². Wymiary 176x122mm. Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety, pakowane po 50szt?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 117 – dot. pakietu 24 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kabel bipolarny do pęset o dł. 5 m, przeznaczony do 300 cykli sterylizacji?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 118 – dot. pakietu 24 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania uchwyt elektrody z trzonkiem 2,4mm, wąski, 2 przyciski, długość 155 mm, kabel 5m, wtyczka 1-bolcowa, przeznaczony do 100 cykli sterylizacji?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 119 – dot. pakietu 24 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania uchwyt elektrody z trzonkiem 2,4mm, wąski, 2 przyciski, długość 155 mm, kabel 5m, wtyczka 3-bolcowa, przeznaczony do 100 cykli sterylizacji?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 120 – dot. pakietu 24 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę nożową o dł. 57mm, wymiary 24 mm x 2 mm, trzonek 2,4mm, opakowanie 1 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 121 – dot. pakietu 24 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kabel do elektrod naturalnych o dł. 5 m, wtyczka 1-bolcowa 6,3mm, przeznaczony do 300 cykli sterylizacji?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 122- - dot. pakietu 24 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kabel do elektrod naturalnych o dł. 5 m, wtyczka płaska z bolcem, przeznaczony do 300 cykli sterylizacji?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 123 – dot. pakietu 24 poz. 13,14

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania elektrodę wielorazowego użytku, nożową przedłużoną, prostą, wymiary noża 25mm x 3mm x 0,2 mm, długość całkowita 152 mm, dł robocza 100mm, trzonek o średnicy 2,4mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 124 – dot. pakietu 24 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania czyścik elektrod jednorazowego użytku o wymiarach 5cm x 5 cm, opakowanie 100 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 125 – dot. pakietu 24 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania przedłużkę elektrody o dł. 180 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 126 – dot. pakietu 24 poz. 17

Prosimy o wydzielenie poz. 17 do oddzielnego pakietu ponieważ nie jest to narzędzie elektrochirurgiczne.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 127 – dot. pakietu 24 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania elektrodę igłową, prostą dł. 55 mm, dł. igły 22 mm, opakowanie 1 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 128 – dot. pakietu 24 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, dzielone po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelowe z systemem rozpraszającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 37 cm², wymiary 181x76mm. Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety. Pakowane po 50szt?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 129 – dot. terminu dostawy

Wnosimy o wydłużenie terminu dostaw, będącego jednocześnie kryterium oceny ofert, z maksymalnie 3 dni roboczych do maksymalnie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Wskazany maksymalny 3-dniowy termin dostaw jest zbyt krótki i nieadekwatny do aktualnej, globalnej sytuacji rynkowej, zaś doliczenie przez Wykonawcę do ceny ryzyka zapłaty kar umownych niecelowe i sprzeczne z zasadą oszczędnego i celowego wydatkowania środków publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu.

Pytanie 130 – dot. umowy

Wnosimy wydłużenie terminu na wymianę towaru wadliwego na towar bez wad do 6 dni roboczych od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego Wskazany maksymalny 4-dniowy termin jest zbyt krótki i nieadekwatny do aktualnej, globalnej sytuacji rynkowej, zaś doliczenie przez Wykonawcę do ceny ryzyka zapłaty kar umownych a niecelowe i sprzeczne z zasadą oszczędnego i celowego wydatkowania środków publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu.

Pytanie 131 – dot. umowy §4 ust.1

Wnosimy o odstąpienie od zapisów powyższego ustępu jako zbyt restrykcyjnego dla Wykonawcy. Zamawiający przewidział już we wzorze umowy kary umowne w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru wadliwego oraz przewidział możliwość zakupu interwencyjnego (§ 6 ust 2 i 3) co jest już dostatecznie dotkliwym środkiem dyscyplinującym dla Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w tym zakresie.

Pytanie 132 – dot. umowy §6 ust.1

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie kary umownej zawartej w §6 ust.1 do wysokości 0,3% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotowej umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia częściowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu umowy w tym zakresie.

Pytanie 133 – dot. umowy §6 ust.2

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie kary umownej zawartej w §6 ust.2 do wysokości 0,3% wartości brutto reklamowanego przedmiotu za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotowej umowy ponad termin określony w §3 ust. 5., jednak nie więcej niż 5% wartości brutto reklamowanego przedmiotu.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu umowy w tym zakresie.

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Pytanie 134 – dot. umowy §6 ust.4

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie kary umownej zawartej w §6 ust.4 do wysokości 5% wartości brutto umowy niezrealizowanej.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu umowy w tym zakresie.

Pytanie 135 – dot. §6 ust.7

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony do maksymalnie 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu umowy w tym zakresie.

Pytanie 136 – dot. pakietu 58

Czy Zamawiający wymaga trzech igieł czy igły Varessa?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu z 3 igłami.

Pytanie 137 – dot. pakietu 80

Czy w związku z zakończeniem sprzedaży w Polsce stetoskopu o wskazanych parametrach, Zamawiający dopuści stetoskop o poniższym opisie:

Stetoskop jednorazowy wykonany z ABS, bardzo czuła membrana, wykonana z PVC, zapewniająca doskonałe parametry akustyczne, może być sterylizowany tlenkiem etylenu. Może być bezpiecznie spalany, zapakowany w worek foliowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 138

Czy Zamawiający mógłby wydzielić z pakietu 63 pozycje nr 2 do odrębnego zadania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 139 – dot. pakietu 45 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 45 w pozycji 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Ewakuator laparoskopowy o pojemności 200 ml, wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów, wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia o sile do 50

– 60 N (potwierdzić dokumentem producenta lub badaniem certyfikowanym laboratorium); obręcz wykonana z nitinolu, samorozprężalna (zachowująca pamięć otwarcia); rozmiar 90 x 190 mm; przewodnik (tuleja) 10 mm x 220 mm; długość popychacza 235 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 140 – dot. pakietu 45 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie 45 w pozycji 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem:

Ewakuator laparoskopowy o pojemności 800 ml, wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów, wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia o sile do 50 – 60 N (potwierdzić dokumentem producenta lub badaniem certyfikowanym laboratorium); obręcz wykonana z nitinolu, samorozprężalna (zachowująca pamięć otwarcia); rozmiar 150 x 190 mm; przewodnik (tuleja) 10 mm x 220 mm; długość popychacza 235 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ


Pytanie 141

W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia lub sercem podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w pakiecie 79 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwie szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia, posiadały klasę III?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 142

Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Zwracamy się zatem do Zamawiającego w pakiecie 79 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynek), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości dołączenia do kartoteki pacjenta?

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 143 – dot. pakietu 79

Czy Zamawiający w pakiecie 79 oczekuje potwierdzenia kompatybilności zaofiarowanych klipsów w postaci zapisu w instrukcji obsługi klipsów lub klipsownicy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dołączenia instrukcji obsługi do oferty.

Pytanie 144 – dot. pakietu 117

Czy Zamawiający w pak 117 wyrazi zgodę na realizację zamówień w pełnych opakowaniach zbiorczych po 54 sztuki?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 145 – dot. zał. nr 6

Dotyczy Oświadczenia zał. nr 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację oświadczenia w zakresie wskazania poprawnej ustawy o wyrobach medycznych – tj. ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974) ? Ustawa z 20.05.2010 już nie obowiązuje.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikuje zapisy oświadczenia.

Pytanie 146 – dot. umowy §6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto?

Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu umowy w tym zakresie.

Pytanie 147 – dot. pakietu 49

Prosimy o wskazanie modelu wstrzykiwacza jaki posiada Zamawiający. Informacja jest niezbędna w celu zaofiarowania kompatybilnych wężyków z danym sprzętem, który posiada Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia produktu kompatybilnego z urządzeniem CT Motion

Pytanie 148 – dot. pakietu 49

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienaganemu działaniu wstrzykiwacza. (...) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu zatwierdzonego przez producenta.

Pytanie 149 – dot. pakietu 49

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaofiarowane materiały zużywalne były w pełni kompatybilne z urządzeniem CT Motion.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 150 – dot. umowy § 6 ust. 1 i 2

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu umowy w tym zakresie.

Pytanie 151 – dot. umowy § 6 ust. 3


Czy Zamawiający potwierdza, że miał na myśli 4 dni robocze? Jeśli tak to prosimy o dopisanie słowa robocze.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, stosowane zmiany zostaną zamieszczone w projekcie umowy.

Pytanie 152 – dot. opisu przygotowania ofert

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, natomiast w ofercie proszę wskazać osobę umocowaną do podpisania umowy.

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Pytanie 153

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości przesłania umowy drogą korespondencyjną.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 154 – dot. pakietu 83 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku w powlekane niebieską osłonką PE, z, łyżeczki o długości 4,3 mm, rozwarciu 7,5mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Rękojeść kleszczy kodowana kolorystycznie w zależności od miejsca przeznaczenia. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych, do wyboru przez Zamawiającego, bez przyrządu do usuwania biopatów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 155 – dot. pakietu 83 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku w powlekane niebieską osłonką PE średnica osłonki 3,0 mm, o otwarciu ramion 9,1 mm, długości szczęk 4,1 i pojemności łyżeczek 12,3 mm³, bez przyrządu do usuwania biopatów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 156 – dot. pakietu 84

Czy Zamawiający dopuści klipsownice hemostatyczne, długości ramienia 10 mm, średnica osłonki 2.6 mm, rozwarcie ramion klipsa do wyboru zamawiającego 13 oraz 17 mm, stopień zagięcia klipsa 90 stopni. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipssem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu)? Opakowanie 5 sztuk.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 157 – dot. pakietu 85 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku w powleczeniu PE, z, łyżeczki o długości 4,3 mm zamiast 3,86mm, rozwarciu 7,5mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Rękojeść kleszczy kodowana kolorystycznie w zależności od miejsca przeznaczenia. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych, do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 158 – dot. pakietu 85 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szczypce chwytające typu ząb szczura jednorazowe obrotowe, z możliwością rotacji 360 stopni, rozpiętość ramion 6 mm, długość robocza 2300mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 159 – dot. pakietu 85 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści: pętle COLD do polipektomii jednorazowego użytku, sterylne, plecione, drut o średnicy 0,24 mm dla średnicy otwarcia 6, 10mm i 15mm. Dodatkowo wszystkie pętle w wersji OBROTOWEJ 360°- ułatwiony obrót pętli poprzez pokrętko na rękojeści. Dwa kształty pętli do wyboru: owalny oraz deltoidalny. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 160 – dot. pakietu 85 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pętla do polipektomii jednorazowego użytku w wersji OBROTOWEJ 360°- ułatwiony obrót pętli poprzez pokrętko na rękojeści, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 6,10,15mm oraz 0,47mm dla średnicy otwarcia pętli 20,25,30,35,40 mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 161 – dot. pakietu 85 poz. 5


Czy zamawiający dopuści pętle z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Zakres otwarcia pętli do wyboru zamawiającego 30x60 mm lub rozmiar powiększony 40x60 mm. Średnica osłonki 2,6mm, długość robocza 2300mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 162 – dot. pakietu 85 poz. 7 oraz 8

Czy Zamawiający dopuści igły z teflonowym przezroczystym tubusem, grubość igły 0,7 oraz 0,8 mm, średnica narzędzia 2.3mm? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Pytanie 163 – dot. pakietu 85 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści klipsownice hemostatyczne, długości ramienia 10 mm, średnica osłonki 2.6 mm, rozwarcie ramion klipsa do wyboru zamawiającego 13 oraz 17 mm, stopień zagięcia klipsa 90 stopni. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkownika wyrobu)? Opakowanie 5 sztuk. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 164 – dot. pakietu 85 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytające o średnicy osłonki 2,3mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 165 – dot. pakietu 85 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki o długości 230 cm zamiast 250 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 166 – dot. pakietu 85 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki o długości całkowitej 16 cm i średnicach główek 5/12 mm, zakończone w sposób atramacyjny, chroniący przez uszkodzeniem i porysowaniem endoskopy??

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 167 – dot. pakietu 102

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie i parametrach:

- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm
- 1 x czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- 1 x serweta przylepna 150x240cm
- 1 x serweta przylepna 170x180cm z paskiem samoprzylepnym 90 cm
- 2 serwety przylepne 75x90cm
- 1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 x ręczniki celulozowe wzmocnione nitką 30x40cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 62 g/m², wytrzymałość na wypychanie na sucho / mokro min. 340 kPa /200 kPa, zdolność absorpcji cieczy min. 240 cm H₂O. Paski samoprzylepne o szerokości 5 cm. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Pozostałe wymagania zgodnie z opisem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 168 – dot. pakietu 70 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę w formie rękawicy nasączoną mydłem po jednej stronie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 169 – dot. pakietu 70 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę w formie gąbki nasączoną mydłem dermatologicznym o naturalnym pH 5,5?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 170 – dot. pakietu 70 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty foliowe z gumką, bez efektu antypoślizgowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 171 – dot. pakietu 70 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze wykonane z włókniny polipropylenowej z warstwą antypoślizgową?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ


Pytanie 172- dot. pakietu 74 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga 500 opakowań ostrzy po 100 sztuk, czy 500 sztuk – 5 opakowań po 100 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 500 opakowań po 100 szt

Pytanie 173 – dot. pakietu 78 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koszule z rozciętym tyłem, wiązana z tyłu na dwie pary troków o długości 30 cm każdy– przy szyi i w połowie pleców. Pod szyją wycięcie typu U bez lamówki. Krótki rękaw (tworzy się z wykroju). Rozmiar

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty na całej długości). Wykonana z przewiewnej nie prześwietlającej włókniny SMS kolor niebieski 35g.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 174 – dot. pakietu 78 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze L szerokość min 140 cm, długość min.110 cm, XXL- szerokość min. 140 cm, długość min 125 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 175 – dot. pakietu 78 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta zakładaną przez głowę z wycięciem pod szyją typu V, krótki rękaw typu kimono. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód w ramionach 160cm, obwód pod pachą 145cm. Wykonana z przewiewnej nie prześwietlającej włókniny SMS kolor niebieski 35g.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 176 – dot. pakietu 78 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koszulę bez lamówki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 177 – dot. pakietu 78 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii z owalnym wycięciem z tyłu , umożliwiającym wykonanie badania, typu szorty, z gumka w pasie. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: obwód pasie 120cm. Wykonane z włókniny PP 25g kolor zielony?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 178 – dot. pakietu 78 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści spodenki z materiału SMS 30 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 179 – dot. pakietu 78 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 180 – dot. pakietu 78 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze L; XL lub XXL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 181 – dot. pakietu 78 poz. 4

Prosimy o doprecyzowanie jakiej długości nogawki oczekuje Zamawiający mierząc od krocza?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 182 – dot. pakietu 78 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy z otworem na kciuk o gramaturze 40g/m2 o szerokości 100 cm i długości 120 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 183 – dot. pakietu 78 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane po 10 sztuk w opakowanie foliowe, następnie w karton po 16 opakowań/10 sztuk, bez dozownika, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do 13 opakowań kartonowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 184 – dot. pakietu 78 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści produkt nie będący wyrobem medycznym, ze stawką vat 23%?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 185 – dot. pakietu 78 poz. 5

Prosimy o wykreślenie wyżej wymienionej pozycji z pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów do postępowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 186 – dot. pakietu 78 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 187 – dot. pakietu 78 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rozmiar M lub L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 188 – dot. pakietu 78 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści majtki dla pacjenta pakowane a 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 189 – dot. pakietu 78 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści majtki bez wzmocnienia w kroku?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 190 – dot. umowy

„Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone potrzeby Zamawiającego. Minimalna wartość niezrealizowanej umowy może obejmować do 40% wartości umowy określonej w §1, ust. 2. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.” prosimy o określenie minimalnej, procentowej wartości realizacji umowy.

Odpowiedź: 60 %

Pytanie 191 – dot. pakietu 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 192 – dot. pakietu 14 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zamiast strzykawki białej, strzykawki z zielonym tłokiem i przezroczystym cylindrem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 193 – dot. pakietu 14 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 194 – dot. pakietu 14 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek do pomp za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 195 – dot. pakietu 14 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 50ml z rozszerzeniem skali do 60ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 196 – dot. pakietu 14 poz. 5-6

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek cewnikowych za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 197 – dot. pakietu 14 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z pojedynczą skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 198 – dot. pakietu 14 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z pojedynczą kryzą zabezpieczającą przed wypadnięciem tłoka?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ


Pytanie 199 – dot. pakietu 14 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z 10% rozszerzeniem skali nominalnej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 200 – dot. pakietu 14 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z piktogramem jednorazowego użytku i braku latektu na opakowaniu jednostkowym?

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 201 – dot. pakietu 14 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 202 – dot. pakietu 14 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny w komplecie z dopakowaną igłą 0,4x13mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 203 – dot. 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koreczek dezynfekujący w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 204 – dot. pakietu 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków za opakowanie a'350 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 205 – dot. 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dotętnniczą z zaworem odcinającym 20G 1,1x45mm o następujących parametrach:

- Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR) posiadający 2 paski kontrastujące w RTG
- Zawór odcinający „on/off” w kolorze czerwonym umożliwia zamknięcie lub otwarcie światła kaniuli
- Specjalnie zaprojektowany przesuwany zawór odcinający, minimalizuje utratę krwi i zapobiega wypływowi wstecznemu, zmniejszając ryzyko potencjalnej ekspozycji na materiał zakaźny
- Skrzydełka w kształcie „motyla” ułatwiają bezpieczne mocowanie przy pomocy opatrunku
- Skrzydełka dodatkowo wyposażone w 3 oczka umożliwiające opcjonalne przyszycie do skóry
- Ostre ścięcie igły umożliwia płynne oraz atraumatyczne umieszczenie kaniuli w naczyniu tętnicznym pacjenta
- Komora wypływu wyposażona w filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi i ryzykiem infekcji
- Koreczek Luer-Lock pozwala na zamknięcie portu głównego zaraz po założeniu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 206 – dot. pakietu 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną bezpieczną o następujących parametrach:

- posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem
- igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG
- kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- dostępna w różnych rozmiarach m.in. 18G i 20G.
- sterylizowana tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 207 – dot. pakietu 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 208 – dot. pakietu 17 poz. 4-7

Czy Zamawiający dopuści wycenę kraników opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 209 – dot. pakietu 17 poz. 5-7


Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem posiadający wyłącznie optyczny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty bez dodatkowych portów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 210 – dot. pakietu 17 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści maski kraniowe bez dostępu do żołądka dostępna w rozmiarach od 1 do 5?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Pytanie 211 – dot. pakietu 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton z miękkiego i elastycznego medycznego PVC odpornego na załamania i skręcanie wyposażony w dwa boczne otwory naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 212 – dot. pakietu 21 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemann o jednym stopniu twardości z medycznego PVC odpornego na załamania i skręcanie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 213- dot. pakietu 21 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley 100% silikon z standardową atraumatyczną, lekko zaokrągloną końcówką, dostępny w 2 długościach: 310mm dla CH6-CH10, 400mm dla CH12-CH24 do stosowania u jednego pacjenta do 30dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 214 – dot. pakietu 21 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków na mocz za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 215 – dot. pakietu 21 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley'a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z kłamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 216 – dot. pakietu 21 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu z portem do pobierania próbek moczu o następujących parametrach:

- bezlateksowy worek o pojemności 2000 ml wykonany z PVC o grubości 0,40 mm (podwójna ścianka)
- skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezwrotna)
- szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką
- dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm (dostępne również długości 90, 110, 130, 150 cm)
- dren wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu
- samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek
- czytelna skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności pomiaru od 25 ml, co 50 ml od 50 ml do 200 ml i co 100 ml do 2000 ml
- wzmocnione otwory do podwieszenia, pasujące do standardowych wieszaków
- tylna ścianka biała, ułatwiająca wizualną ocenę moczu
- maksymalny czas stosowania 7 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 217 – dot. pakietu 21 poz. 8

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 218 – dot. pakietu 21 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 219 – dot. pakietu 21 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści wieszaki do worków na mocz w opakowaniu handlowym a'50szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 220 – dot. pakietu 21 poz. 10

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Czy Zamawiający oczekuje 20szt. worków na mocz, czy 20 opakowań po 200 szt.? Jednostką miary w formularzu asortymentowo-cenowym są sztuki.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 5 opakowań po 200 szt

Pytanie 221 – dot. pakietu 21 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę wieszaków za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 222 – dot. pakietu 21 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton wykonany z miękkiego i elastycznego PVC, odpornego na załamania i skręcanie wyłącznie w rozmiarze CH6?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 223 – dot. pakietu 21 poz. 11

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 224 – dot. pakietu 30 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje drenu o długości max. 210cm czy drenu o długości 350cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 225 – dot. pakietu 30 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauer z końcówką Pool Tip końcówka ze zdejmowaną nasadką chroniącą przed uszkodzeniem narządów i delikatnych tkanek, kaniula posiada otwory boczne, nasadka posiada 4 rzędy perforowanych otworów na długości 5 cm, bez kontroli ssania, pasująca do łączników 6,35 mm oraz 9,50 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 226 – dot. pakietu 41 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne wykonane z polietylenu metoda rozdmuchu, natomiast pokrywa z wiekiem wykonana z polipropylenu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 227 – dot. pakietu 41 poz. 5

Czy Zamawiając dopuści pojemnik na odpady medyczne 5l w całości wykonane z polipropylenu metoda wtrysku?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 228 – dot. pakietu 41 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 5l z naklejoną etykietą?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 229 – dot. pakietu 53 poz. 1a

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy bez znaczników głębokości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 230 – dot. pakietu 53 poz. 7

Czy Zamawiający oczekuje czteroświatłowej sondy Sengstakena wykonanej z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 231 – dot. pakietu 53 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy do drenażu ran dostępny w rozmiarach CH20, CH21, CH24, CH26, CH27, CH30, CH33, CH36?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 232 - dot. pakietu 53 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści dren Redon dostępny w rozmiarach CH8-CH18?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 233 – dot. pakietu 53 poz. 12

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 234 – dot. pakietu 56 poz.1

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 2000ml z dokładną skalą od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 235 – dot. pakietu 56 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków za opakowanie a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 236 – dot. pakietu 57 poz. 19a

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 237 – dot. pakietu 57 poz. 19b

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 238 – dot. pakietu 69

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo foliowy w proponowanym zestawie znajdują się pojemnik 120ml, który może służyć jako blister?

5	Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
8	Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm
1	Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, gramatura 60g/m2
1	Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm, gramatura 60g/m2
1	Pęseta plastikowa niebieska 13cm
1	Chwytnak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
1	Pojemnik okrągły poj. 120ml
2	Rękawice diagn. nitrylowe bezpudrowe, rozm. M
PAKOWANE OSOBNO	
1	Żel do znieczuleń błon śluzowych
1	Strzykawka z wodą destylowaną o gliceryną 10ml

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 239 – dot. pakietu 70 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 240 – dot. pakietu 70 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 241 – dot. pakietu 70 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z włókniny, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ


Pytanie 242 – dot. pakietu 70 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty foliowe bez antypoślizgowego spodu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 243 - dot. pakietu 70 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 244 – dot. pakietu 73 poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul dożylnych za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 245 – dot. pakietu 75 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji z drenem o długości 2,1m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 246 – dot. pakietu 75 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji przeznaczony do pracy wyłącznie w pozycji siedzącej, o pojemności nebulizatora 6ml z drenem 2,1m?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 247 – dot. pakietu 77 poz. 1

Czy w miejsce opisanego podkładu Zamawiający dopuści podkład o poniższym opisie:?

Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. Op.20 szt.

Pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem .Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. Waga podkładu około 295 g. WVTR 3500 g/m²/24 h

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 248 – dot. pakietu 77 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 249 – dot. pakietu 77 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści koc do okrycia pacjenta w rozmiarze 110x210cm. Złożony z warstwy zewnętrznej 2x włóknina polipropylenowa 25g/m² oraz warstwy wewnętrznej włókniny poliestrowej o gramaturze 80g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 250 – dot. pakietu 77 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści koc do okrycia pacjenta w rozmiarze 110x210cm. Złożony z warstwy zewnętrznej 2x włóknina spunlace 40g/m² oraz warstwy wewnętrznej włókniny poliestrowej o gramaturze 50g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 251 – dot. pakietu 77 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z gumką w kolorze białym i rozmiarze 80x210cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 252 – dot. pakietu 77 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 253 – dot. pakietu 78 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny SMS 33g w kolorze niebieski, umożliwiającą zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu) , wiązana, biały trok w pasie o długości całkowitej 178cm oraz 2 na szyi o długości 48cm, z krótkim rękawem o obwodzie 43cm , długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm?


Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 254 – dot. pakietu 78 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m², pozostałe zapisy zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 255 – dot. pakietu 78 poz. 3

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla dzieci o długości 100cm, pozostałe zapisy zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 256 – dot. pakietu 78 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym o szerokości 135cm, wykonane z włókniny SMS 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 257 – dot. pakietu 78 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym o szerokości 130cm, wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 258 – dot. pakietu 78 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze 100x120cm, folia o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 259 – dot. pakietu 78 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 260 – dot. pakietu 78 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 261 – dot. pakietu 78 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z polietylenu o grubości 0,02 mm; przezroczysty; zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki; szerokość 71 cm, długość 180 cm. Gramatura materiału 5g/m², wytrzymałość na rozciąganie ≥ 10 MPA. Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe a następnie zbiorczo 100 szt. w kartonik?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 262 – dot. pakietu 78 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści majtki dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym gdzie obwód w pachwinie wynosi ok. 35,5cm , wysokość majtek 31,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 263 – dot. pakietu 78 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 264 – dot. pakietu 86 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy bez zmrożonej powierzchni?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 265 – dot. pakietu 86 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy z 4 otworami bocznymi?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 266 – dot. pakietu 86 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy bez prowadnicy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 267 – dot. pakietu 86 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o długości 105cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 268 – dot. pakietu 86 poz. 2


Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy lekko zwinięty w opakowaniu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 269 – dot. pakietu 86 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji w opakowaniu papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Pytanie 270 – dot. pakietu 86 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji wykonaną z medycznego polietylenu o niskiej gęstości (LDPE)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 271 – dot. pakietu 86 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę wykonaną z aluminium pokrytego PVC dostępną w rozmiarach

- Średnica 2,0 długość całkowita 310mm ±10mm
- Średnica 3,3 długość całkowita 390mm ±10mm
- Średnica 4,7 długość całkowita 390mm ±10mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 272 – dot. pakietu 86 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną wykonaną z medycznego PVC zawierającego śladowe ilości ftalanów

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 273 – dot. pakietu 86 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną wykonaną z medycznego PVC zawierającego śladowe ilości ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 274 – dot. pakietu 86 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną w standardowym opakowaniu papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 275 – dot. pakietu 86 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną z prowadnicą nie silikonowaną?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 276 – dot. pakietu 86 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną ze zbrojeniem ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 277 – dot. pakietu 86 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe wykonane z polietylenu z polipropylenowym (PP) blokerem zgryzu, zabezpieczający przed zamknięciem światła rurki dostępną w następujących rozmiarach

rozmiar numer

40 mm	000
50 mm	00
60 mm	0
70 mm	1
80 mm	2
90 mm	3
100 mm	4
110 mm	5
120 mm	6

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 278 – dot. pakietu 86 poz. 7


Czy Zamawiający dopuści prowadnicę wykonaną z aluminium pokrytego PVC dostępną w rozmiarach

- Średnica 2,0 długość całkowita 310mm ±10mm
- Średnica 3,3 długość całkowita 390mm ±10mm
- Średnica 4,7 długość całkowita 390mm ±10mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 279 – dot. pakietu 91 poz. 5-8

Czy Zamawiający oczekuje wyrobu sterylnego (jałowego) pozbawionego zdolnych do życia drobnoustrojów w ich formach wegetatywnych jak i przetrwalnikowych, którego jałowość osiągnąca jest poprzez proces sterylizacji np. tlenkiem etylenu, tym samym bezpiecznego dla pacjenta, minimalizującego ryzyko wprowadzenia zakażenia w drogi oddechowe?

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyrobu sterylnego

Pytanie 280 – dot. pakietu 91 poz. 5-8

Czy Zamawiający dopuści wyrób mikrobiologicznie czysty, który nie jest wyrobem jałowym (sterylnym), którego użycie niesie ze sobą ryzyko wprowadzenia zakażenia w drogi oddechowe pacjenta, infekcji miejscowej i/lub uogólnionej powodując zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta? Jeżeli tak, prosimy o określenie jakiego poziomu czystości mikrobiologicznej Zamawiający oczekuje i czy wymaga dostarczenia wyniku badania na zgodność z normą ISO 11737-1:2018 z akredytowanego laboratorium?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 281 – dot. pakietu 91 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści dren do podawania tlenu o długości 2,1m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 282 – dot. pakietu 91 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści dren do podawania tlenu o długości 4,26m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 283 – dot. pakietu 92 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną dla noworodków z wkładaną karteczką?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 284 – dot. pakietu 92 poz. 9

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania elastycznej opaski do uciskania żyły przy pobieraniu krwi dostępnej w minimum 2 kolorach, np. z przeznaczeniem jednego z kolorów dla pacjentów seropozytywnych?

Odpowiedź: Zamawiający w formularzu asortymentowo- cenowym wskazał ilości kolorów.

Pytanie 285 – dot. pakietu 92 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę szyn do palców za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 286 – dot. pakietu 93 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem o długości 2100mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 287 – dot. pakietu 93 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem o długości 4000mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 288 – dot. pakietu 93 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z końcówką CH23, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 289 – dot. pakietu 97 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stabilizator do drenów i cewników o następujących parametrach:

- dwuczęściowy stabilizator złożony z części mocowanej do skóry i części mocującej dren
- część mocowana do skóry pacjenta wykonana z włókniny
- część mocująca dren jest zintegrowana z częścią przyklejaną do skóry pacjenta i posiada dodatkowy przylepiec - rzep oraz przylepne pole dla lepszej stabilizacji drenu
- możliwość repozycji i korekcji położenia drenu dzięki zastosowanym rzepom
- pokryty hipoalergicznym klejem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 290 – dot. pakietu 97 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-częściową sterylizowaną tlenkiem etylenu w opakowaniu zbiorczym a'25 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 291 – dot. pakietu 97 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Pytanie 292 – dot. pakietu 99

Czy Zamawiający dopuści koc na ciało dla dzieci o wymiarach 110x120 cm, wykonany z: warstwa zewnętrzną 2x włóknina Spunlace 40g/m² oraz warstwa wewnętrzna poliester o gramaturze 100g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 293 – dot. pakietu 99

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'1 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 294 – dot. pakietu 102

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m². Serwety wyposażone w taśmę lepną o szerokości 2,5cm, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O, chłonności serwet głównych min. 287%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 295 – dot. pakietu 102

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylizacyjny radiacyjnie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 296 – dot. pakietu 102

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
 - 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 75cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 297 – dot. pakietu 103 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje maski krtaniowej z PVC?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 298 – dot. pakietu 14 poz. 4-6 13-14

Czy zamawiający wydzieli poz.4-6 ,13-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 299 – dot. pakietu 14 poz. 4

Czy zamawiający dopuści strzykawkę bursztynową trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż.,chroniącą przed światłem o zakresie długości fal 290-450 Nm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 300 – dot. pakietu 14 poz. 5

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 301 – dot. pakietu 21 poz. 5

Czy zamawiający wydzieli poz.5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Czy zamawiający dopuszcza dren równy 90 cm, bez możliwości wyboru innej długości?

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Pytanie 302 – dot. pakietu 21

Czy zamawiający dopuszcza dren równy 90 cm, bez możliwości wyboru innej długości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza drenu o długości 90 cm

Pytanie 303 – dot. pakietu 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 304 – dot. pakietu 25 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm3 (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 305 – dot. pakietu 25

Czy zamawiający wymaga zaofiarowania przyrzędu do przetwarzania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 306 – dot. pakietu 25

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetwarzania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczełu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 307 – dot. pakietu 25

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 308 – dot. pakietu 25

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 309 – dot. pakietu 25

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 310 – dot. pakietu 25

Czy zamawiający dopuści IS bez skrzydełek dociskowych?


Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 311 – dot. pakietu 25 poz. 2

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetwarzania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznowo ściętą, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną kłapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczeł na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 (objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 312 – dot. pakietu 25

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepek na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 313 – dot. pakietu 25

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 9,5 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 314 – dot. pakietu 25

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 315 – dot. pakietu 25

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 316 – dot. pakietu 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: tak
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 30mg przy 500VT
- Utrata wilgoci: min. 12,8mg przy Vt500ml
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 317 – dot. pakietu 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:


- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 318 – dot. pakietu 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 319 – dot. pakietu 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 12ml
- Waga: 15g
- Objętość oddechowa: 150-300ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 320 – dot. pakietu 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 12ml
- Waga: 15g
- Objętość oddechowa: 150-300ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 321 – dot. pakietu 1 poz. 6


Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 322 – dot. pakietu 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 323 – dot. pakietu 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przestrzeń martwą wykonaną z rury karbowanej, nierozciągliwej o długości 15cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 324 – dot. pakietu 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przestrzeń martwą nie posiadającą systemu niszowo-zatraskowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 325 – dot. pakietu 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przestrzeń martwą wykonaną z polietylenu i EVA?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 326 – dot. pakietu 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przestrzeń martwą pakowaną zbiorczo po 250 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 327 – dot. pakietu 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przestrzeń martwą bez symbolu Rx na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 328 – dot. pakietu 5 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl
- Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- Posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą oraz informacją „UP”
- Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm
- System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- Pakowana folia/papier
- Rozmiary: Ch 10, 12, 14, 16 o dł. 60 cm – dla rurek intubacyjnych
Ch 10, 12, 14, 16 o dł. 30 cm – dla rurek tracheostomijnych

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 329 – dot. pakietu 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu o wymiarach:

- Rozmiar 3: długość całkowita: 135 mm, długość robocza: 107 mm, szerokość końcówki dystalnej: 12 mm/15mm, szerokość łyżki od strony wprowadzenia rurki: 16 mm, odległość od końcówki dystalnej do końcówki światłowodu: 47 mm
- Rozmiar 4: długość całkowita: 155 mm, długość robocza: 127 mm, szerokość końcówki dystalnej: 12 mm/15mm, szerokość łyżki od strony wprowadzenia rurki: 16 mm, odległość od końcówki dystalnej do końcówki światłowodu: 54 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

Pytanie 330 – dot. pakietu 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu o wymiarach stopki mocującej: (wys. / szer. / gł.): 19mm / 24mm / 13mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 331 – dot. pakietu 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu z datą ważności 3 lata?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 332 – dot. pakietu 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu bez możliwości stosowania w polu magnetycznym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 333 – dot. pakietu 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu z opisem w języku angielskim na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 334 – dot. pakietu 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy laryngoskop, kompaktowy i lekki, gotowy do natychmiastowego użycia po połączeniu rękojeści i łyżki, z załadowanymi bateriami, rękojeść oraz łyżka wykonana z wytrzymałego ABS, z silnym skupionym i niezawodnym LEDowym źródłem światła w łyżce, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny; rozmiar kodowany cyfrowo; na łyżce oraz na rękojeści oznaczenie rozmiaru. Na każdym opakowaniu indywidualnym znajduje się etykieta z m.in. datą ważności, rozmiarem, nr ref, lot. Dostępne rozmiary Mill 0-2, Mac 2-4; Zapakowane w opakowanie papierowo-foliowe zapewniające łatwe i szybkie użycie. Produkt sterylne?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 335 – dot. pakietu 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy laryngoskop, kompaktowy i lekki, gotowy do natychmiastowego użycia po połączeniu rękojeści i łyżki, z załadowanymi bateriami, rękojeść wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, natomiast łyżka wykonana jest ze stali nierdzewnej, z silnym skupionym i niezawodnym LEDowym źródłem światła w łyżce, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny; rozmiar kodowany cyfrowo, na łyżce oznaczenie rozmiaru oraz logo producenta. Na każdym opakowaniu indywidualnym znajduje się etykieta z m.in. datą ważności, rozmiarem, nr ref, lot, datą produkcji, nazwą i logiem producenta. Dostępne rozmiary Mill 00-4, Mac 0-4; Zapakowane w opakowanie foliowe zapewniające łatwe i szybkie użycie. Produkt mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 336 – dot. pakietu 5 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści łyżkę do trudnych intubacji typu McCoy o parametrach:

- Wykonana w całości ze stali nierdzewnej i stopu aluminium
- Przeznaczona do trudnej intubacji
- Atraumatyczne zakończenie w celu minimalizacji urazów
- Światłowód z tworzywa sztucznego o średnicy 5 mm zapewnia jasne i maksymalne oświetlenie
- Kompatybilna z uchwytami laryngoskopowymi według zielonego oznaczenia (green standard) zgodnymi z normą ISO 7376/3
- Kodowana cyfrowo
- Bezpieczna w użyciu
- Jednorazowego użytku
- Czyste mikrobiologicznie
- Opakowanie foliowe
- Rozmiary: 2 (dł. 105mm); 3 (dł. 135mm); 4 (dł. 155mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Pytanie 337 – dot. pakietu 5 poz. 7,8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia parametru „bateria o napięciu 6V”, z uwagi na fakt, iż jest to rękojeść jednorazowego użytku i nie ma znaczenia jaka bateria została do niego włożona, ponieważ Zamawiający nie będzie jej wymieniał?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 338 – dot. pakietu poz. 7, 8

Czy Zamawiający dopuści rękojeść nie posiadającą testów na wytrzymałość nacisku 20kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 339 – dot. pakietu 7, 8

Czy Zamawiający dopuści rękojeść z oznaczeniem na bocznych ściankach mocowania z łyżką nr LOT, znak CE, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) oraz rozmiar. Nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 340 – dot. pakietu 5 poz. 7, 8

Czy Zamawiający dopuści rękojeść kodowaną numerycznie i tekstowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie dot pakietu 5 poz. 7-8

Czy Zamawiający dopuści rękojeść bez możliwości przetestowania działania rękojeści bez otwierania opakowania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 341 – dot. pakietu 5 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści rękojeść krótką o wymiarach (dł. / śr.): 115mm / 20mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 342 – dot. pakietu 5 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści rękojeść średnią o wymiarach (dł. / śr.): 150mm / 29mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 343 – dot. pakietu 5 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy laryngoskop, kompaktowy i lekki, gotowy do natychmiastowego użycia po połączeniu rękojeści i łyżki, z załadowanymi bateriami, rękojeść oraz łyżka wykonana z wytrzymałego ABS, z silnym skupionym i niezawodnym LEDowym źródłem światła w łyżce, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny; rozmiar kodowany cyfrowo; na łyżce oraz na rękojeści oznaczenie rozmiaru. Na każdym opakowaniu indywidualnym znajduje się etykieta z m.in. datą ważności, rozmiarem, nr ref, lot. Dostępne rozmiary Mill 0-2, Mac 2-4; Zapakowane w opakowanie papierowo-foliowe zapewniające łatwe i szybkie użycie. Produkt sterylny?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 344 – dot. pakietu 5 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy laryngoskop, kompaktowy i lekki, gotowy do natychmiastowego użycia po połączeniu rękojeści i łyżki, z załadowanymi bateriami, rękojeść wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, natomiast łyżka wykonana jest ze stali nierdzewnej, z silnym skupionym i niezawodnym LEDowym źródłem światła w łyżce, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny; rozmiar kodowany cyfrowo, na łyżce oznaczenie rozmiaru oraz logo producenta. Na każdym opakowaniu indywidualnym znajduje się etykieta z m.in. datą ważności, rozmiarem, nr ref, lot, datą produkcji, nazwą i logiem producenta. Dostępne rozmiary Mill 00-4, Mac 0-4; Zapakowane w opakowanie foliowe zapewniające łatwe i szybkie użycie. Produkt mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 345 – dot. pakietu 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z materiałów PP i EVA?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 346 – dot. pakietu 6 poz. 1


Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z trzecią rurą o długości 100cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 347- dot. pakietu 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 160cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Pytanie 348 – dot. pakietu 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z materiałów PP i EVA?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 349 – dot. pakietu 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z trzecią rurą o długości 100cm?

Odpowiedź: Zgodnie SWZ

Pytanie 350 – dot. pakietu 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 55-200cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 351 – dot. pakietu 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z materiałów PP i EVA?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 352 – dot. pakietu 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z trójnikiem Y posiadający 2 porty luer?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 353 – dot. pakietu 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy ze sztywnymi złączami od strony urządzenia wykonanymi z PP?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 354 – dot. pakietu 26 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czyste łączniki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 355 – dot. pakietu 26 poz. 2

Czy Zamawiający ma na myśli dren Redona?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 356 – dot. pakietu 26 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dren o naprzemiennej perforacji (długość perforacji: 15 cm)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 357 – dot. pakietu 26 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów ortopedycznych o składzie:

1. uchwyt rozbudowany z filtrem; średnica wejścia ok. 9/11mm; długość ok. 21cm; filtr perforowany o średnicy ok. 16,5/19mm
2. dodatkowy filtr perforowany
3. końcówka ssąca długa zakrzywiona o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 23cm
4. końcówka ssąca krótka zakrzywiona o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 15cm
5. końcówka ssąca prosta o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 28cm
6. dren z końcówką lejek – cut-to-fit o średnicy 5/8mm i długości 200cm
7. pakowany podwójnie (folia + papier/folia)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 358 – dot. pakietu 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści równoważny dren z uwagi na to, iż producent Op-Flex zakończył ich produkcję?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 359 – dot. pakietu 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210 cm lub 300cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ


Pytanie 360 – dot. pakietu 30 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści końcówkę POOL w kolorze mlecznym, nietransparentną i posiadającą zdejmowalną (sztywną) osłonkę ze 132 oczkami do szybkiego odsysania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 361 – dot. pakietu 30 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści końcówkę POOL o średnicy zewnętrznej od ok. 7,35mm do ok. 8,0mm?

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 362 – dot. pakietu 43 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu:

- 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem 45° do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z gładką gąbką na górnej powierzchni,
- 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej saszetce z perforacją,
- 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem,

- 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku;
 Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania; oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej oceną kliniczną i analizą dostępnej literatury dotyczącej skuteczności w redukcji VAP? W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 363 – dot. pakietu 43 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu:

- 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem 45° do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z gładką gąbką na górnej powierzchni,
- 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,1% nadtlakiem wodoru w rozrywanej saszetce z perforacją,
- 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem,
- 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku;

Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania; oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej oceną kliniczną i analizą dostępnej literatury dotyczącej skuteczności w redukcji VAP? W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 364 – dot. pakietu 57 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści słoje do moczu o pojemności 2,5l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 365 – dot. pakietu 57 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści szczotkę do narzędzi o długości min. 155mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 366 – dot. pakietu 57 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę szczotki do narzędzi za 1 sztukę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 367 – dot. pakietu 57 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści marker chirurgiczny z wyskalowanym korpusem (6cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 368 – dot. pakietu 57 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie markera chirurgicznego posiadającego klasę Is?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 369 – dot. pakietu 57 poz. 19b

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nosze z gumką o wymiarach 180x75cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 370 – dot. pakietu 57 poz. 19b


Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nosze z gumką o wymiarach 200x80cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 371 – dot. pakietu 72 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zbiórki stolca o parametrach:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm
- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

podania leków doodbytniczo

- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
- Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną
- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
- Sterylny
- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Zestaw zawiera: cewnik, 1x worek, 1x strzykawkę 60ml, 2x przylepne opatrunki
- Wymienny worek pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 372 – dot. pakietu 72 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga sterylnego zestawu do zbiórki stolca?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 373 – dot. pakietu 72 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worki pakowane po 3 sztuki z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 374 – dot. pakietu 72 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za 1 sztukę worków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 375 – dot. pakietu 75 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2,1m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 376 – dot. pakietu 75 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 377 – dot. pakietu 75 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 378 – dot. pakietu 75 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2,1m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 379 – dot. pakietu 86 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy 7,0mm / 10,0mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 380 – dot. pakietu 86 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 30m?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 381 – dot. pakietu 86 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zgłębnika żołądkowego bez przewodnicy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 382 – dot. pakietu 86 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy z niewielką zawartością ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 383 – dot. pakietu 86 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę do trudnych intubacji wykonaną z jednego materiału (PE)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 384 – dot. pakietu 86 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę do trudnych intubacji pakowaną pojedynczo w opakowanie papier-folia, zbiorczo w kartonik?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Pytanie 385 – dot. pakietu 86 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę wykonaną z aluminium?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 386 – dot. pakietu 86 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę w rozmiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ
06 Fr (2,0)	255 mm
10 Fr (3,3)	340 mm
12 Fr (4,0)	340 mm
14 Fr (4,7)	340 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 387 – dot. pakietu 86 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści niesilikonowaną rurkę intubacyjną?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 388 – dot. pakietu 86 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z niewielką zawartością ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 389 – dot. pakietu 86 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rurkę zbrojoną od łącznika do mankietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 390 – dot. pakietu 86 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę wykonaną z aluminium?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 391 – dot. pakietu 86 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści opakowani e w kształcie półksiężyca utrzymujące anatomiczny kształt rurki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 392 – dot. pakietu 86 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rurkę w rozmiarach: 3,0-10,0?

Odpowiedź: b Zgodnie z SWZ.

Pytanie 393 – dot. pakietu 86 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rurkę Guedel z zabezpieczeniem przed przegryzieniem wykonanym z PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 394 – dot. pakietu 86 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę wykonaną z aluminium?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 395 – dot. pakietu 86 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę w rozmiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ
06 Fr (2,0)	255 mm
10 Fr (3,3)	340 mm
12 Fr (4,0)	340 mm
14 Fr (4,7)	340 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 396 – dot. pakietu 88 poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli linię do pomiaru kapnograficznego dla pacjentów zaintubowanych?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje linii do pomiaru kapnograficznego dla pacjentów zaintubowanych.

Pytanie 397 – dot. pakietu 91 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2,1m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Pytanie 398 – dot. pakietu 91 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 4,26m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 399 – dot. pakietu 91 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową dla dorosłych w rozmiarach L i XL?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 400 – dot. pakietu 91 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową pakowaną w opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 401 – dot. pakietu 91 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową pakowaną w opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 402 – dot. pakietu 93 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści dren z zakończeniami posiadającymi antyzagięciowe sprężyny?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 403 – dot. pakietu 103, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bez lateksu, posiadająca łukowaty kształt, rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, dren wbudowany w mankiet, rozmiar, zakres wagi i objętość mankieta oznaczone na tubusie maski, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii maski. Dostępne rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5. Kolorowe zabezpieczenie umożliwiające szybką identyfikację rozmiaru maski (1 – różowy; 1,5 -niebieski; 2 – czarny; 2,5 - biały; 3 – zielony; 4 – żółty; 5 – czerwony). Maksymalna objętość mankieta: 1 – 4ml; 1,5 – 7ml; 2 – 10ml; 2,5 – 14ml; 3 – 20ml; 4 – 30ml; 5 – 50ml. Maski sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe. Na opakowaniu jednostkowym graficzna i opisowa instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim. Waga pacjenta:

ROZMIAR WAGA CZŁOWIEKA

1.0 <5 kg

1.5 5-10 kg

2.0 10-20 kg

2.5 20-30 kg

3.0 30-50 kg

4.0 50-70 kg

5.0 >70 kg

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 404 – dot. pakietu 1 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na filtr o objętości oddechowej 200-1500 ml, z oporami przepływu 2,7 cm²/H₂O przy 60l/min. o wadze 40 g?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 405 – dot. pakietu 1 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na filtr o wadze 30 g z przestrzenią martwą 53 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 406 – dot. pakietu 1 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na filtr o wadze 25 g, z oporami przepływu 0,83 H₂O przy 30 l min?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 407 – dot. pakietu 1 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na filtr z objętością oddechową 90-1500 ml, z przestrzenią martwą 26 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ


Pytanie 408 – dot. pakietu 1 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na filtr z objętością oddechową 75-1200 ml, z przestrzenią martwą 26 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 409 – dot. pakietu 1 poz. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na filtr z objętością oddechową większą niż 45 ml?

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 410 – dot. pakietu 4 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na przestrzeń martwą rozciągliwą do 18 cm, pakowaną pojedynczo w kartonie zbiorczym 250 szt?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 411 – dot. pakietu 4 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na przestrzeń martwą ze złączami elastycznymi FLEX?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 412 – dot. pakietu 4 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na przestrzeń martwą rozciągliwą do 18 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 413 – dot. pakietu 6 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód z dwoma rurami o długości 180 cm i dodatkową 90 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 414 – dot. pakietu 6 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód z trzema rurami o długości 160 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 415 – dot. pakietu 6 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód z dwoma rurami o długości 150 cm i dodatkową 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 416 – dot. pakietu 6 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód mikrobiologicznie czysty, pakowany folia/folia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 417 – dot. pakietu 6 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga obwodu oddechowego z workiem oddechowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 418 – dot. pakietu 6 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód oddechowy gładki w środku, wykonany z PCV z dwoma rurami o długości 180 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 419 – dot. pakietu 99

Czy Zamawiający dopuści koc pediatryczny na całe ciało o wymiarach 170 cm x 100 cm? Kocyk wykonany z wielowarstwowej włókniny SMS. Reszta właściwości zgodnie z opisem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 420 – dot. pakietu 99

Czy Zamawiający dopuści koce pakowane pojedynczo w opakowanie zbiorcze 40 szt, z odpowiednim przeliczeniem jednostki w formularzu ofertowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 421 – dot. pakietu 14

Czy Zamawiający w Pakiecie 14 poz. 7 dopuści wycenę opakowania x 100szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 422 – dot. pakietu 14


Czy Zamawiający w Pakiecie 14 poz. 4 dopuści wycenę strzykawki bursztynowej 50ml/60ml firmy Margomed oraz strzykawki białej 50ml/60ml firmy Margomed, jak dotychczas stosowane z powodzeniem w Państwa placówce?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 423 – dot. pakietu 14

Czy Zamawiający w Pakiecie 14 poz. 7 a-d dopuści wycenę strzykawek z mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą, pojedynczą skalą; jak dotychczas stosowane z powodzeniem w Państwa placówce?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Pytanie 424 – dot. pakietu 14

Czy Zamawiający w Pakiecie 14 poz. 7 a dopuści wycenę tylko strzykawek o poj. 2ml skalowanych do 2,5ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 425 – dot. pakietu 14

Czy Zamawiający w Pakiecie 14 poz. 15 dopuści wycenę strzykawki z wtopioną igłą w rozmiarze 0,3x12,7mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 426 – dot. pakietu 16

Czy Zamawiający w Pakiecie 16 dopuści wycenę koreczków dezynfekcyjnych z obudową w kolorze zielonym, bez dodatkowego aplikatora, opakowanie 25 taśm w kolorze srebrnym x 10 koreczków (op. 250szt)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 427 – dot. pakietu 25

Czy Zamawiający w Pakiecie 25 poz. 1 dopuści wycenę przyrządu w opakowaniu typu papier-folia z nadrukiem w kolorze fioletowym, przyrząd bez skrzydełek dociskowych, długość komory 55mm - w części przezroczystej 50mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 428 – dot. pakietu 25

Czy Zamawiający w Pakiecie 25 poz. 1 dopuści wycenę przyrządu w opakowaniu typu papier-folia z nadrukiem w kolorze czarnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 429 – dot. pakietu 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku, poj. 340 ml, tak jak obecnie stosowane, posiadającym system mikrodyfuzorów w podstawie komory głównej, dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości 350-700 cm H₂O (5-10 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu, łącznik jałowy lub biologicznie czysty dostosowany do reduktorów będących na wyposażeniu Oddziałów Szpitala, pojemnik z uniwersalnym portem do urządzeń tlenoterapii z odrywalnym spustem; potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez min 30 dni z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym (tj. dopuszczenie zaferowania 11765 szt pojemników po 340ml)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 430 – dot. pakietu 2

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy na opakowaniu jednostkowym (pojedynczej butelce) na etykiecie mają się znajdować nadrukowane napisy w języku polskim, data ważności i LOT?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 431 – dot. pakietu 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oferowana woda do nawilżania tlenu ma posiadać termin przydatności do użycia minimum 12 miesięcy od daty produkcji, co pozwoli na wykorzystanie wody zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 432 – dot. pakietu 2


Prosimy o dopuszczenie zaferowania sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 650ml (z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym tj. Zaferowania 6154 op, po 650mk), ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Sterylizowana bez użycia tlenu etylenu. Posiadająca ciśnieniową zastawkę upustową o czułości 350-700 cm H₂O (5-10 psi). Mieszanina oddechowa rozpraszana jest poprzez system mikrootworów umieszczonych na dnie zbiornika. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN. Na etykiecie napisy w języku polskim. Instrukcja użycia dołączona do kartonu zbiorczego lub pojedynczego opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 433 – dot. pakietu 6

Poz.1: Prosimy o dopuszczenie zaferowania układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, z kapturkiem na lince, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezłatekсовy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Pytanie 434 – dot. pakietu 6

Poz.2: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania układu oddechowego dwururowego karbowanego dla dorosłych, do aparatu do znieczulenia, średnica rur 22mm, rury długości 1,8 wykonane z polietylenu, łącznik Y bez portu kapno, dodatkowa rura długości 1,8 m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 2 L zamocowany na rurze worka. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 435 – dot. pakietu 6

Poz.3: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania Układu oddechowego dwururowego, karbowanego, do aparatu do znieczulania, pediatryczny, o średnicy 15mm, rury rozciągliwe od 0,6m do 1,8 m, wykonane z polietylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 1L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 436 – dot. pakietu 14

Poz.7d: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawk pakowanych w op. Po 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 437 – dot. pakietu 14 poz. 15

Strzykawka do insuliny wykonana z polipropylenu z wtopioną igłą o rozm. 0,33x12,5 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 438 – dot. pakietu 16

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców w przypadku wątpliwości do przedłożenia dokumentów dopuszczających oraz próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy oferta danego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 439 – dot. pakietu 21

Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w rozmiarze 24 Ch z balonem 30-50 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 440 – dot. pakietu 21 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników tiemann, tak jak obecnie stosowane, wykonanych medycznego pcv o standardowej twardości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 441 – dot. pakietu 21 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z końcówką prostą z czasem stosowania do 84 dni (12 tygodni).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 442 - dot. pakietu 21 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników pediatrycznych (6-10 Ch) z czasem stosowania do 30 dni oraz cewników w rozmiarze 12-24Ch z czasem utrzymania do 84 dni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 443 – dot. pakietu 21 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników 100% silikon z końcówką prostą w rozmiarze 6 -10 Ch o długości min. 28 cm oraz 12-22 Ch o długości 41 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 444 – dot. pakietu 21 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z osobno dołączoną strzykawką.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 445 – dot. pakietu 21 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do pomiaru diurezy godzinowej, sterylnego, jednoświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p>	<p>Nr sprawy: ZP/53/2023</p>
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku		

próbek oraz w odpowietrznik, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na długości minimum 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z liczbowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 45 do 90 ml co 5 ml i od 100 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 100 ml. Nie zawiera lateksu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 446 – dot. pakietu 21 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do zbiórki moczu w systemie zamkniętym z czasem stosowania do 7 dni z osobno dołączonym wieszakiem. Pojemność 2000 ml, miękki półprzezroczysty dren nie ulegający odkształceniom o długości 100 cm oraz średnicy zewnętrznej 9 mm/ wewnętrznej 7 mm zakończony sztywnym, uniwersalnym łącznikiem do cewnika, zawór spustowy przesuwany typu T o średnicy wewnętrznej 13mm bez elementów wchodzących w strumień przepływu , zawór antyzwrotny NRV, samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek (NFSP), worek z podwójnym zgrzewem, z wysoką dokładnością pomiaru, skalowany co 25 ml do 100 ml, a następnie co 100 ml do 2000 ml, tylna, biała ściana worka do wizualizacji poziomu i koloru moczu, zacisk drenu. Produkt jednorazowego użytku, sterylne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 447 – dot. pakietu 21 poz. 9

Czy Zamawiający wymaga, aby zawór spustowy nie posiadał elementów wchodzących w strumień przepływu moczu z worka, co zapewnia szybsze opróżnianie worka bez ryzyka rozpryskiwania moczu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 448 – dot. pakietu 25 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, bez dodatkowych skrzydełek dociskowych całość wolna od ftalanów i lateksu(informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, z ABS zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylne, opakowanie typu papier-folia z niebieskim kodem identyfikującym rodzaj przyrządu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 449 – dot. pakietu 25 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zaferowania przyrządu do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/ transfuzji, z komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej , z odpowietrznikiem, zatyczka filtra w kolorze czerwonym, pojemność komory 18 ml, igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, z ABS, całość bez zawartości ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne - nadruk w kolorze czerwonym, folia-papier, sterylne.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 450 – dot. pakietu 25 poz. 1 i 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców w przypadku wątpliwości do przedłożenia dokumentów dopuszczających oraz próbek zaferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy oferta danego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający wymaga oświadczenia o zgodności parametrów oferowanych przez Wykonawcę z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający wymaga oświadczenia o zgodności oferowanych parametrów z wymaganymi oraz oświadczenia o zgodności produktów z ustawą o wyrobach medycznych.

Pytanie 451 – dot. pakietu 26 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie zaferowania zestawu ortopedycznego do odsysania pola operacyjnego zawierającego trzy końcówki z 2 otworami odbarczającymi, 23ch: pojedynczo zagięte 15cm i 23cm oraz prostej 28cm; dwa filtry; dren PCV z zakończeniem żeński/żeński, antyzagięciowy, o dł.3,5mzestaw jednorazowego użytku, sterylne i podwójnie zapakowane.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Pytanie 452 – dot. pakietu 30 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania Zestawu do odsysania pola operacyjnego składającego się z końcówki typu Yankauer, z ekstrudowaną rączką, końcówka gładko przechodząca w rączkę, bez kontroli odsysania, o średnicy 22CH, posiadająca 6 naprzemianległych otworów odbarczających, przezroczysta oraz drenu, sterylnego, śr. wew 6 mm, długość 3 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączkami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 453 – dot. pakietu 30 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania Zestawu do odsysania pola operacyjnego składającego się z końcówki typu Yankauer, z ekstrudowaną rączką, końcówka gładko przechodząca w rączkę, bez kontroli odsysania, o średnicy 22CH, posiadająca 6 naprzemianległych otworów odbarczających, przezroczysta oraz pakowanego osobno drenu, sterylnego, śr. wew 6 mm, długość 3 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączkami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 454 – dot. pakietu 30 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania Prostej końcówki do odsysania pola operacyjnego typu Pool bez kontroli siły ssania, 3 szczeliny w części dystalnej minimalizujące chwytanie tkanek, lekki i wyważony uchwyt zapewnia wysoki komfort pracy i ogranicza zmęczenie dłoni, biała końcówka zapewnia dobrą widoczność w polu operacyjnym, wykonana z PVC bez ftalanów, ze zdejmowaną białą nasadką chroniącą przed uszkodzeniem narządów widoczną w RTG, w nasadce 4 rzędy otworów, końcówka o średnicy 5-5,1 mm / 6,1-6,2 mm (wew. / zew.), o dł. całkowitej 31 cm. Podwójnie opakowane wew. worek foliowy, zewn. papier - folia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 455 – dot. pakietu 72 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania Jednorazowego systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażonego w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 456 – dot. pakietu 72

Prosimy o doprecyzowanie czy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca ma być wyposażony w kieszonkę dla palca wiodącego w kolorze niebieskim, co ułatwia aplikację zestawu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie 457 – dot. pakietu 72 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania worków wymiennych kopatylbilnych z zestawem w poz. 1 pakowanych w op. Zbiorcze po 10szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza


Pytanie 458 – dot. pakietu 72 poz. 2

Prosimy o doprecyzowanie czy worki wymienne do zestawu w poz. 1 mają być nieprzezroczyste, z podglądem, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie 459 – dot. pakietu 93 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania Zestawu do odsysania pola operacyjnego składającego się z końcówki typu Yankauer, z ekstrudowaną rączką, końcówka gładko przechodząca w rączkę, bez kontroli odsysania, o średnicy 22CH, posiadająca 6 naprzemianległych otworów odbarczających, przezroczysta oraz drenu, sterylnego, śr. wew 6 mm, długość 3 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączkami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim.

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 460 – dot. pakietu 93 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania Zestawu do odsysania pola operacyjnego składającego się z końcówki typu Yankauer, z ekstrudowaną rączką, końcówka gładko przechodząca w rączkę, bez kontroli odsysania, o średnicy 22CH, posiadająca 6 naprzemianległych otworów odbarczających, przezroczysta oraz pakowanego osobno drenu, sterylnego, śr. Wew. 6 mm, długość 3 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 461 – dot. pakietu 93 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania Zestawu do odsysania pola operacyjnego składającego się z końcówki typu Yankauer, z ekstrudowaną rączką, końcówka gładko przechodząca w rączkę, z kontrolą odsysania, o średnicy 22CH, posiadająca 6 naprzemianległych otworów odbarczających, przezroczysta oraz pakowanego osobno drenu, sterylnego, śr. Wew. 6 mm, długość 3 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 462 – dot. pakietu 102

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu:
 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50μ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)
 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem, składana rewersowo
 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższym boku
 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna taśma lepna dł. ok 80 cm)
 1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna (taśma lepna dł. ok 80 cm)
 1 x taśma lepna 9x50 cm
 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm
 Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze 58g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), zdolność absorpcji min.200 ml/m². W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości ok. 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 463 – dot. pakietu 102


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego standardowego. Skład zestawu:
 1x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm, z warstwą chłonna na całej powierzchni
 1x serweta na stolik Mayo 80x150 cm ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 65x150 cm
 4x ręcznik chłonny 40x40 cm
 1x taśma lepna 10x50 cm
 1x taśma lepna 10x25 cm
 2x serweta boczna 75x90 cm
 1x serweta górną 150x240 cm
 1x serweta dolna 180x180 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55g/m² ±1, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów (>180 cm H₂O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 170 kPa), niepyłające (współczynnik pylenia ≤ 1,2 log10). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, kod EAN, następnie zbiorczo w karton. Sterylizacja EO.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 464 – dot. pakietu 88

Czy ze względu na pojawiające się coraz częściej na rynku Polski zamienniki akcesoriów medycznych produkcji chińskiej lub koreańskiej, które nie są kompatybilne z urządzeniami firmy Masimo a ich użycie może spowodować błędy pomiarowe, Zamawiający wymaga oryginalnych adapterów do pomiaru kapnografii w technologii Masimo SET

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

oferowanych przez Autoryzowanego Dystrybutora, który posiada Autoryzowany Serwis na terenie Polski i oświadczenie producenta o kompatybilności do urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oryginalnych adapterów do kapnografii.

Pytanie 465 – dot. pakietu 111

W związku z tym, że na rynku polskim pojawiły się wapna/pochłaniacze Co₂ nie dopuszczone przez Farmakopee brytyjską i amerykańską ze względu na wysoką zawartość NaOH (powyżej 3%), nieregularny kształt granulek oraz bardzo niską wydajność pochłaniania (17%, przy średniej ok. 26%), czy Zamawiający wymaga wapna medycznego o zawartości NaOH poniżej 3%, regularnych granulach, stopniu wydajności na poziomie 26% oraz stopniu pylenia poniżej 0,3%?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, zostaną naniesione zmiany w formularzu.

Pytanie 466 – dot. pakietu 111

Czy Wymagane wapno ma być wapnem dopuszczonym przez farmakopee brytyjską i amerykańską z potwierdzającym pismem od producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wapno dopuszczone przez farmakopee brytyjską i amerykańską. Zamawiający wymaga oświadczenia, w którym Wykonawca potwierdza, że parametry oferowane są zgodne z wymaganymi.

Dyrektor
 Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
 (-)
 lek. Mirosław Gorbaczewski