

Pruszków, dnia 15.10.2021 r.

Nr postępowania: ZP.272.15.2021

Wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu medycznego na potrzeby Centralnej Sterylizatorni SPZZOZ w Pruszkowie w ramach zadania: „Doposażenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego (BO) w Szpitalu SPZ ZOZ w Pruszkowie realizującego potrzeby medyczne Oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego, Chirurgii Ogólnej przez zakup/wymianę aparatury medycznej niezbędnej do zabezpieczenia funkcjonalnego BO (w tym Centralnej Sterylizacji dla BO)”

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania:

Pytanie 1. Dotyczy System komputerowy: Komputer All In One (ekran dotykowy, FullHD, procesor minimalna wydajność obliczeniowa 12,488 w teście Single CPU Systems wynik potwierdzony wydrukiem ze strony www.cpubenchmark.net, RAM 8GB, dysk SSD 500GB, Ethernet, System operacyjny aktywnie wspierany przez producenta systemu aktualizacjami i poprawkami bezpieczeństwa, współpracujący z domena Active Directory)

Pytanie 2. Dotyczy System komputerowy: Drukarka etykiet (termotransferowa, szerokość druku 110mm)

Czy zamawiający z uwagi na brak dostępności na rynku drukarki o wymaganych parametrach dopuści drukarkę o nieco mniejszej szerokości wydruku nie mającej wpływu właściwości użytkowe i funkcjonalne systemu komputerowego?

Pytanie 3. Dotyczy wyposażenia pomieszczenia nr 0/26

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pomieszczeniu nr. 0/26 stołu o wymiarze blatu roboczego 120 x 80 cm? Stół o tym wymiarze wydaje się być odpowiedniejszym rozwiązaniem do tego pomieszczenia.

Odpowiedzi

Ad. 1 Brak pytania w tym zakresie

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, a ponad to oczekuje zagwarantowania dostępności zaproponowanych etykiet na rynku (łatwa dostępność)

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Grzegorz Bebłowski