



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala

tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 11

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 861 / 419 / 24

Data: 28.02.2024 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków i środków farmaceutycznych do Apteki Szpitalnej na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Znak Sprawy 302/2024.

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu 12 poz. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy w pakiecie 12 pozycja 1 i 2 Zamawiający wymaga, aby lek Furosemide zachowywał stabilność po rozcieńczeniu 24 godziny potwierdzoną zapisem w ChPL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu 12 poz. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy w pakiecie 22 pozycja 1 i 2 Zamawiający wymaga, aby produkt Metamizol w połączeniu ze wszystkimi preparatami tramadolu dostępnymi na rynku posiadał możliwość stosowania skojarzeniowego obu leków jednocześnie na podstawie ChPL i równocześnie aby niezutyty roztwór mógł być przechowywany do 24 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 3 dot. Pakietu 22 poz. 3 Załącznika Nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy w pakiecie 22 poz. 3 Zamawiający wymaga aby zgodnie z zapisem ChPL zaferowany produkt Noradrenaline mógł być przechowywany poza lodówką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 4 dot. Pakietu 22 poz. 3 Załącznika Nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy w pakiecie 22 poz. 3 Zamawiający wymaga, aby produkt Noradrenalina miał wskazane konkretne, alternatywne miejsce podania wymienione w ChPL w sytuacji gdy podanie przez centralny dostęp żylny jest ograniczony lub niemożliwy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.


PYTANIE nr 5 dot. Pakietu 42 poz. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy w pakiecie 42 poz. 1 i 2 Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w roztworze NaCl 0,9%: 6 godzin w temperaturze 25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, dodatkowo w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godzinę w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylną dopasowanej do potrzeb klinicznych pacjentów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 6 dot. Pakietu 44 Załącznika Nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy w pakiecie 44 Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie



infuzji dożylniej?

Odpowiedź: *Zapis wymagań dotyczący stabilności produktu po rozpuszczeniu znajduje się w wymaganiach umieszczonych w Załączniku Nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dla Pakietu 44.*

PYTANIE nr 7 dot. Pakietu 47 Załącznika Nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy w pakiecie 47 Zamawiający wymaga, aby lek wykazywał chemiczną i fizyczną stabilność roztworu gotowego do użycia przez 24 godziny w temperaturze 2-8°C oraz 25°C co pozwoli na bezpieczną infuzję?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

PYTANIE nr 8 dot. Pakietu 59 poz. 1 Załącznika Nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet 59 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowania worka 3-komorowego do wklucia centralnego zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity o objętości 1540 ml, zawartości azotu 8,1 g, energii niebiałkowej 1200 kcal?

Odpowiedź: *Zamawiający nie do dopuszcza.*

PYTANIE nr 9 dot. Pakietu 59 poz. 2 Załącznika Nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet 59 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego do wklucia centralnego zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity o objętości 2053 ml, zawartości azotu 10,8 g, energii niebiałkowej 1600 kcal?

Odpowiedź: *Zamawiający nie do dopuszcza.*

PYTANIE nr 10 dot. Pakietu 63 i 65 Załącznika Nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet 63 i 65 - Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt był w bezpiecznym opakowaniu, zabezpieczonym przed przypadkowym rozlaniem diety samozasklepiającą się membraną?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga.*

PYTANIE nr 11 dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Dotyczy § 7 ust. 2 umowy - Czy Zamawiający wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji jakościowej przez Wykonawcę do 14 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

Odpowiedź: *Zamawiający domniemywa, że Wykonawca pyta o § 8 ust. 2 Załącznika Nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, gdyż § 7 nie zawiera ustępu 2. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w zakresie § 8 ust. 2.*

PYTANIE nr 12 dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Dotyczy § 3 ust. 4 umowy - Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawę „w trybie pilnym” do 24 godzin?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.*

PYTANIE nr 13 dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Dotyczy § 2 ust. 14 umowy w związku z pakietem nr 63 – prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy i instalacji pomp do żywienia enteralnego dla pakietu 63 do 35 dni od daty zawarcia umowy. Termin 14 dniowy ze względu na ilość pomp i wymogi logistyczno-techniczne jest nie do utrzymania. Wydłużenie terminu spowoduje zaoferowanie bardziej konkurencyjnej cenowo oferty ze względu na zmniejszenie ryzyka naliczania kar umownych.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.*

PYTANIE nr 14 dot. Załącznika Nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy § 2 ust. 16 pkt 3) umowy w związku z pakietem nr 63 – prosimy o wydłużenie terminu usunięcia awarii pompy do 5 dni roboczych. Wydłużenie terminu spowoduje zaoferowanie bardziej konkurencyjnej cenowo oferty ze względu na zmniejszenie ryzyka naliczania kar umownych.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.*

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

