

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
CRZP/25/009/D/22, ZP/11/WETI/22

Załącznik nr 5 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości wykonania, jak również funkcjonalności, wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych, i nie być przedmiotem praw osób trzecich.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części, dopuszczając możliwość złożenia oferty na wybraną część:

Część I – Dozownik typu PVT.

Część II – Akcesoria do dozownika.

Część 1 Dozownik typu PTV 1szt.

- Sterowany komputerowo z maksymalną temperaturą pracy do co najmniej 450°C;
- Możliwość ustawienia ciśnienia w zakresie co najmniej od 0 do 970 kPa;
- Przynajmniej 7 stopni programowania temperatury;
- Zakres ciśnień przynajmniej od 0 do 1035 kPa z dokładnością do 0,001 psi;
- Instalacja wraz z podłączeniem gazów oraz ze sprawdzeniem poprawności działania;
- Dozownik typu PTV kompatybilny z chromatografem gazowym GC-2030 NEXIS Shimadzu, który jest w posiadaniu zamawiającego;
- Ilość: 1 sztuka;
- Gwarancja minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu instalacyjnego.

Kod klasyfikacji CPV: 38000000-0 sprzęt laboratoryjny (urządzenia do laboratoriów).

Część 2 Akcesoria do dozownika.

1. Wkładka szklana typu splitless do dozownika PTV kompatybilnego z GC-2030 NEXIS Shimadzu, będącego w posiadaniu zamawiającego z dezaktywacją fenylometylem, wypełniona wełną szklaną, wymiary: ID 3.5mm; OD 5mm; długość 95mm, objętość 670ul, maksymalna temp. 350°C. Ilość 5sztuk.
2. Wkładka szklana kwarcowa typu PTV, do dozownika PTV kompatybilnego z GC-2030 NEXIS Shimadzu, będącego w posiadaniu zamawiającego, bez dezaktywacji, bez wypełnienia wełną szklaną, wymiary: ID 1.5mm; OD 3.5mm; długość 95mm, maksymalna temp. 350°C. Ilość 1 sztuka.
3. Wkładka szklana typu split do dozownika PTV kompatybilnego z GC-2030 NEXIS Shimadzu, będącego w posiadaniu zamawiającego, z dezaktywacją podstawową,

- wypełniona wełną szklaną, wymiary: ID 1.5mm; OD 3.5mm; długość 95mm, objętość 170ul, maksymalna temp. 350°C. Ilość 5sztuk.
4. Wkładka szklana typu split do dozownika PTV kompatybilnego z GC-2030 NEXIS Shimadzu, będącego w posiadaniu zamawiającego z dezaktywacją „SILTEK”, bez wypełnienia wełną szklaną, wymiary: ID 1.5mm; OD 3.5mm; długość 95mm, objętość 170ul, maksymalna temp. 450°C. Ilość 5sztuk.
 5. Wkładka szklana typu split do dozownika PTV kompatybilnego z GC-2030 NEXIS Shimadzu, będącego w posiadaniu zamawiającego z dezaktywacją „SILTEK”, wypełniona wełną szklaną, wymiary: ID 1.5mm; OD 3.5mm; długość 95mm, objętość 170ul, maksymalna temp. 450°C. Ilość 5sztuk.

Kod klasyfikacji CPV: 38000000-0 sprzęt laboratoryjny (urządzenia do laboratoriów).