

Bielsko-Biała dn.18.11.2022 r.

DZP.271.48.2022 - 4

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku i wielorazowego użytku stosowanego do operacji chirurgicznych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - znak sprawy: DZP.271.48.2022**

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SWZ o treści :

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

Pakiet 10 poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o sprostowanie czy nie zaszła pomyłka i miało być : *Jednorazowe sterylne narzędzie do inspekcji dróg oddechowych, o **maksymalnej** średnicy: zewnętrznej 3,9 (poz.1)/ 5,6 (poz. 2) wewnętrznej* zamiast: *Jednorazowe sterylne narzędzie do inspekcji dróg oddechowych, o średnicy: zewnętrznej 3,9 (poz. 1)/5,6 (poz. 2) wewnętrznej?*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Czy Zamawiający wymaga, aby bronchofibroskopy o max. średnicy zewnętrznej 3,9 mm (poz. 1) oraz 5,6mm (poz. 2) spełniające wymagania SWZ posiadały ujście kanału roboczego w kształcie elipsy co zwiększa wydajność odsysania, przez co usprawnia wykonanie toalety drzewa oskrzelowego i procedury BAL?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyżej opisanych bronchofibroskopów, pod warunkiem że spełnią one pozostałe wymagania określone w SWZ.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
Beskidzkiego Centrum Onkologii  
Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
*lek. med. Lech Wędrychowicz*