

Konin, 26.08.2022r.

**WSZ-EP-38/1284/2022**

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: "Dostawa aparatury, urządzeń i innych wyrobów medycznych" nr sprawy WSZ-EP-38/2022**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 12**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. – zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pakiet 6 – Aparat (zestaw urządzeń) do kruszenia złogów metodą zewnątrzustrojowej fali uderzeniowej - ESWL**

1. §5 ust. 7 umowy – Zamawiający wymaga, w przypadku naprawy przekraczającej termin podany w ust. 6, aby Wykonawca zobowiązany był do dostarczenia, przed upływem tego terminu, sprzętu zamiennego o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany, spełniającego wszystkie wymogi określone w SWZ. Czy dla pakietu nr 6, który jest zestawem urządzeń, Zamawiający odstąpi od powyższego wymogu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od powyższego wymogu dla pakietu numer 6.**

**Termin dostawy sprzętu zastępczego - Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem numer 5 do SWZ.**

2. §6 ust. 5.b umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu? Zamawiający zobligował Wykonawcę w okresie gwarancji do usunięcia wszelkich usterek w czasie określonym w §5 ust. 6 umowy a także do wymiany naprawianej części zamiennej na nową w przypadku 3 krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu. Powyższe zapisu w wystarczającym stopniu zabezpieczają interes Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od powyższego wymogu.**

**Zapisy paragrafu 6 ust. 5b - zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem numer 5 do SWZ.**

3. Prosimy o potwierdzenia, że każde z gniazdek oznaczonych symbolem GG 1-1, GG 1-2, GG 1-3, GG 1-4 ma zabezpieczenia min. 16A.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wszystkie gniazdka oznaczone GG 1-1, GG 1-2, GG 1-3, GG 1-4, GG 1-5 i GG 1-6 są na jednym wspólnym zabezpieczeniu GG-1 RCB o wartości B16A, a ewentualne zmiany w instalacji elektrycznej odbywać się mogą wyłącznie na warunkach określonych w paragraf 4a, w tym wykonanie pomiarów elektrycznych i przekazanie ich wyników w dokumentacji powykonawczej.

4. Prosimy o potwierdzenie, że wentylacja w pracowni jest sprawna a Zamawiający posiada aktualne protokoły pomiaru skuteczności wentylacji potwierdzające min. 1,5 krotną wymianę powietrza na godzinę.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający potwierdza, że wentylacja w pracowni na dzień sporządzania odpowiedzi jest sprawna. Zamawiający dysponuje „Protokołem z pomiarów skuteczności wentylacji” wykonanym na dzień 8.11.2019 który udostępni w załączeniu.**

5. Prosimy o potwierdzenie, że strop w pomieszczeniu pracowni umożliwi przeniesienie ciężaru pięciu elementów zestawu (litotryptor, aparat RTG, wózek z monitorami, aparat USG, stół) o łącznej wadze ok. 1120 kg. Poszczególne podstawy i wagi elementów to 71x132 cm 250 kg, 80x133 cm 310 kg, 61x67 cm 160 kg, 52x66 cm 52 kg, 132x56 cm 350 kg.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, że w 2019 roku na etapie przebudowy pomieszczeń dla potrzeb aktualnej pracowni ESWL, były wykonywane nowe posadzki (wylewka betonowa + warstwa wyrównawcza) wymagane dla urządzeń stanowiących jej wyposażenie. Zamawiający udostępni istniejącą dokumentację projektową w siedzibie Zamawiającego po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Działu Technicznego Panem Andrzejem Mateckim +48 63 240 41 71, +48 725 720 034 oraz zgodnie z paragrafem 4a ust.4 załącznika nr 5 do SWZ –PPU.**

6. Prosimy o udostępnienie aktualnego projektu osłon dla zainstalowanego w pracowni aparatu RTG z ramieniem C.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dysponuje i udostępni na wniosek dokument pod nazwą „Dokumentacja powykonawcza wykonania zabezpieczeń antyradiacyjnych w pracowni ESWL” z dnia 30 października 2019 roku. Oryginał do wglądu w siedzibie Zamawiającego po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Działu Technicznego Panem Andrzejem Mateckim +48 63 240 41 71, +48 725 720 034.**

7. Czy wentylacja w pracowni jest sprawna?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Wentylacja w pracowni jest sprawna na dzień sporządzania odpowiedzi.**

8. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy pomieszczenia pracowni spełniają wymogi producenta dostarczanego przez Wykonawcę sprzętu, również w zakresie ochrony radiologicznej, Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy wykonywania prac adaptacyjnych oraz dokumentacji powykonawczej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z załącznikiem numer do SWZ - w ramach przedmiotu umowy Wykonawca dokona wszelkich niezbędnych prac dostosowawczych pomieszczeń, koniecznych modyfikacji, w tym instalacji w celu prawidłowego, zgodnego z przepisami i wymogami producenta, korzystania z urządzeń oraz sporządzenia i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej z ich przeprowadzenia.

9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonania demontażu obecnie zainstalowanego systemu i pozostawienia go do dyspozycji Zamawiającego. Prosimy o wskazanie gdzie należy umieścić zdemontowany sprzęt. Do instalacji nowego systemu, konieczne jest pomieszczenie opróżnione z elementów starego systemu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający przewiduje zagospodarowanie zdemontowanego sprzętu w ramach jednej lokalizacji przy ulicy Szpitalnej 45 lub przewiezienie go własnym transportem w części lub całości do magazynu depozytu Szpitala przy ul Wyszyńskiego 1. Czynności te nie obciążają wykonawcy za wyjątkiem demontażu i przygotowaniu/zabezpieczeniu do transportu. Urządzenia zostaną odebrane przez Zamawiającego najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po jego demontażu i przygotowaniu (zabezpieczeniu do transportu).

10. Załącznik nr 2.6 do SIWZ  
Pkt. V.39

Prosimy o dopuszczenie możliwości sterowanie stołem zabiegowym ze sterowni za pomocą dodatkowego pilota z przyciskami. Z racji tego, że stół jest osobnym urządzeniem to ma sterowanie niezależne od litotryptera.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.6 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.6 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.