



WSzSL/FZ.381.81/24. 800 .2024

Legnica 04.11.2024 r.

**ZAINTERESOWANI**

**Dotyczy:**

**POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA DOSTAWY RÓŻNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH,  
ŻYWNOSCI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO  
ORAZ STERYLNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH  
znak sprawy WSzSL/FZ-81/24**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r., Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień, w związku z wpływaniem wniosków od Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści SWZ.

**WYKONAWCA NR 8**

**Pytanie nr 17**

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia poprzez dodanie informacji o marce i modelu wstrzykiwacza kontrastu jaki jest na wyposażeniu szpitala, a dla którego zestawy zostały ujęte w części 13 postępowania.

Wykonawca zwraca się z uprzejmą do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do ofertowania w części 13 postępowania zestawu wkładów o wytrzymałości ciśnieniowej 350psi, w skład którego wchodzi: wkład 65ml, wkład 115 ml, system drenów z trójnikiem Y i drenem o długości 250cm oraz 2 ostrzy typu spike do napełniania wkładów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że posiada wstrzykiwacz Accutron MR firmy Medtron AG, stanowiący własność Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w Części 13 zestawu o powyższych parametrach.

**Z poważaniem,**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy

*Arturzej Urniaż*