

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Łódź dn. 29.09.2023 r.

**Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
ul. Wodna 40
90-046 Łódź**

**Uczestnicy postępowania
- wszyscy -**

Dotyczy: postępowania nr WSSE DEA OZPA 272.30.2023 na dostawę sprzętu laboratoryjnego w częściach.

Część I – Wyrząsarka orbitalna

Część II – Cieplarka mikrobiologiczna – 6 szt

Część III – Zestaw metalowy do filtracji membranowej z pompą próżniową

Część IV – System ekstrakcyjny Baker – 3 szt

Część V – manualny licznik kolonii – 2 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2023/S 184-574901 dnia 25.09.2023 r.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej **dostawy sprzętu laboratoryjnego w częściach do WSSE w Łodzi.**

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza cieplarkę o poj. użytkowej 112 l i wymiarach zewnętrznych: wys. 850 x szer. 660 x gł. 710 [mm]?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza cieplarki o innej objętości oraz innych maksymalnych wymiarach zewnętrznych niż określone w SWZ, ze względu na konieczność umieszczenia cieplarek na posiadanych stelażach, na których nie ma możliwości umieszczenia większego gabarytowo sprzętu.

Pytanie 2:

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Czy Zamawiający dopuszcza ciepłarki o zakresie temperatury od 5 st. C powyżej temperatury otoczenia do +100 st.C?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ciepłarki z możliwością ustawienia temperatury od +5 °C powyżej temperatury otoczenia, ze względu na konieczność ustawiania podczas użytkowania w ciepłarkach temperatur mniejszych niż temperatura otoczenia.

Pytanie 3:

Dla jakich temperatur ma być wykonane wzorcowanie w ciepłarkach?

Odpowiedź:

Wzorcowanie (rozkład temperatur) ma być wykonany, dla ciepłarek o pojemności komory – 50-60 l w temp. 56 ° C, dla ciepłarek o pojemności komory – 120-150 l w temp. 37 ° C.

Pytanie 4:

Czy wzorcowanie ma być wykonane na każdej z półek (5 czujników w narożach i środku geometrycznym półki) czy w 9 punktach w przestrzeni komory (czujniki umieszczone w narożach komory i środku geometrycznym)?

Odpowiedź:

Wzorcowanie (rozkład temperatur) ma być wykonany na dwóch poziomach górnym i dolnym, w pięciu punktach dla każdego poziomu (w narożach i środku geometrycznym).

Pytanie 5:

Czy dopuszcza się pojemność 112 lub 180 l?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ciepłarek o innych objętościach niż określone w SWZ.

Pytanie 6:

Czy ciepłarka ma być z chłodzeniem aby uzyskać temperaturę +5C czy o zakresie od +5C powyżej temperatury otoczenia do +70C-100C?

Odpowiedź:

Tak ciepłarka ma mieć możliwość ustawienia temperatury niższej niż temperatura otoczenia.

Pytanie 7:

Czy dopuszcza się wymiary zewnętrzne : 600 x 900 x 650 mm (szer x wys x głęb), 660x850x710 mm (szer x wys x głęb), 660x1040x820 mm (szer x wys x głęb).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ciepłarki o innych maksymalnych wymiarach zewnętrznych niż określone w SWZ, ze względu na konieczność umieszczenia ciepłarek na posiadanych stelażach, na których nie ma możliwości umieszczenia większego gabarytowo sprzętu.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pytanie 8:

Aby oszacować koszt świadectwa wzorcowania prosimy o informację – czy świadectwo ma być wydane dla pomiaru w jednej wybranej temperaturze w 9 punktach przestrzeni?

Odpowiedź:

Wzorcowanie (rozkład temperatur) ma być wykonany, dla ciepłarek o pojemności komory – 50-60 l w temp. 56 ° C, dla ciepłarek o pojemności komory – 120-150 l w temp. 37 ° C., na dwóch poziomach górnym i dolnym, w pięciu punktach dla każdego poziomu (w narożach i środku geometrycznym).

W dniu 29.09.2023 r. zatwierdził:

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
z up.

Waldemar Mańkowski

z-ca Dyrektora

ds. ekonomiczno-administracyjnych

WSSE w Łodzi