



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 25.06.2019r.

DZPZ-530-Zp/28/PN-26/19

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawy : pojemnik do odsysania pola operacyjnego, Pojemnik do badań histopatologicznych, uchwyt monopolarny, klipsy polimerowe, igły insuflacyjne, dreny do laparoskopii, tamponada nosowa, akcesoria do neuromonitoringu, pokrowiec na aparaturę, dreny, uchwyt elektrod, trokary.”

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 4

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 4 :
klipsy z niewchłaniałnego polimeru :

- możliwość zamykania naczyń od 2 mm do 16 mm,
 - łukowaty kształt pozwalający objąć większą ilość tkanki,
 - zintegrowane zębki zapewniające stabilność na tkankach,
 - zamek gwarantujący bezpieczeństwo wraz ze zwrótnie wyczuwalnym zamknięciem,
 - uchwyty stabilizujące klips w klipsownicy eliminujące możliwość wypadania,
 - zasobniki 6 klipsów
- w 4 rozmiarach z oznaczeniem kolorystycznym
nie powodujące zakłóceń w rezonansie magnetycznym,
- kompatybilne z klipsownicami do chirurgii tradycyjnej i laparoskopowej.
- Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego.

Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc na przeciw potrzebom Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynku), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem wklejenie do kartoteki pacjenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokółowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.

Pytanie nr 3

Prosimy o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.

Pytanie nr 4

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.

Pytanie nr 5

W związku z obecnie (od 18.04.2019r) obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz planowanym w sierpniu br. upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), zwracamy się z prośbą o wskazanie w umowie adresu e-mail, na który Wykonawca może przysyłać fakturę w formie elektronicznej.

Odp. szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie nr 6

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wartość dostaw (potwierdzonych referencjami) podana w SIWZ dotyczy co najmniej dwóch dostaw łącznie.

Odp. Zamawiający wymaga co najmniej dwóch referencji o wartości zgodnej ze SIWZ każda.

Pytanie nr 7. Pakiet 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do badań histopatologicznych o poj. 200 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8. Pakiet 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do badań histopatologicznych o poj. 366 ml?



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego
ul. Alfreda Sokółowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokolowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9. Pakiet 2 poz.6

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do badań histopatologicznych o poj. 520 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10. Pakiet 2 poz.7

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do badań histopatologicznych o poj. 1200 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11. Pakiet 2 poz.8

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do badań histopatologicznych o poj. 2300 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12. Pakiet 2 poz.9

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do badań histopatologicznych o poj. 2300 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13. Pakiet 2 poz.10

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do badań histopatologicznych o poj. 3400 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14. Pakiet 2 poz.11

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do badań histopatologicznych o poj. 5600 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15. Pakiet nr 9 pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odp. Zamawiający nie zmienia SIWZ.

Pytanie nr 16. Pakiet nr 9 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kieszeń przylepną jednokomorową w rozmiarze 50 x 60cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wymagany rozmiar: 60 x 60 cm.

Pytanie nr 17

dot. kryterium oceny ofert, formularza ofertowego, projektu umowy § 4 ustęp 3a (załącznik 3b do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy liczony był w dniach roboczych?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.

Pytanie nr 18

dot. projektu umowy § 4 ustęp 3b (załącznik 3b do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy „na cito” liczony był w dni robocze?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego
ul. Alfreda Sokolowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie nr 19

dot. projektu umowy § 4 ustęp 3b (załącznik 3b do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na wydłużenie terminu dostawy „na cito” do 72 godzin w dni robocze?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.

Pytanie nr 20. Pakiet nr 2

- Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania w pozycji nr 8 pojemniki o pojemności 2300 ml ?
- Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania w pozycji nr 8 pojemniki o pojemności 3000 ml?
- Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania w pozycji nr 9 pojemniki o pojemności 2300 ml ?
- Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania w pozycji nr 9 pojemniki o pojemności 3000 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21. Pakiet nr 8

Czy Zamawiający wymaga rurek intubacyjnych zbrojonych, rutynowo stosowanych w chirurgii endokrynologicznej?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 22. Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza bezpieczną metodę nieinwazyjną uziemiającej elektrody, bez naruszania ciągłości tkanki pacjenta elektrodą igłową?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23. Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie czterokanałowych elektrod płasko naklejanych wraz z taśmą przewodów gładko prowadzonej na rurce a nie w postaci luźnych, poskręcanych przewodów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Elektrody powinny być zintegrowane z rurką intubacyjną co wyklucza popełnienie błędu przy naklejeniu elektrody.

Pytanie nr 24 Pakiet nr 11 poz. 1

Prosimy o podanie, czy chodzi o uchwyt z kablem zakończonym wtykiem 3-bolcowym?

Odp. Zamawiający wymaga kabla zakończonego wtykiem 3-bolcowym pracującym w trybie VALLEYLAB.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka