

Pilchowice, 12.12.2024 r.

Zamawiający:
Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320z późn. zm.), na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 1 – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych. pn. ” „**Dostawy odczynników dla szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach.**”

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach informuje, iż do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

Prosimy o wyjaśnienia dotyczące części nr 1 – Dostawy odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych do analizatora biochemicznego EPOLL:

Czy w w/w pakiecie Zamawiający dopuści odczynniki o objętościach:

Poz. 1.4 - GPT / ALT-LQ IFCC 5x25 mL/1x32mL

Poz. 1.5 - GOT / AST-LQ IFCC Enzymatic - UV. 5x25 mL/1x32mL

Poz. 1.6 - BILIRUBIN TOTAL DPD Colorimetric 5x25 mL /1x32 mL

Poz. 1.7 - Fosfataza zasadowa (ALP) IFCC płynny dwuskładnikowy 5x25 mL /2x16

Poz. 1.8 - Mocznik, Urease-GLDH. Kinetica. 5x25 mL/1x32 mL

z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań , zgodnie z Zapotrzebowaniem Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe odczynniki z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań zgodnie z zapotrzebowaniem.

Pytanie nr 2.

Poz. 1.22 - Czy zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 1.22 formularza asortymentowo-cenowego zestawu akcesoriów do stacji uzdatniania wody do produkcji wody dejonizowanej w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu Zamawiającego (1 zestaw to 1 komplet)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w poz. 1.22 formularza asortymentowo-cenowego zestawu akcesoriów do stacji uzdatniania wody do produkcji wody dejonizowanej w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu Zamawiającego (1 zestaw to 1 komplet).

ZATWIERDZONO:
z up. nr 6/2019
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
mgr piel. Danuta Markłowska