



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W OPOLU

45 - 372 Opole, ul. Kośnego 55
tel. centrala 77 4410 600, 774410700
sekretariat 77 4410 820, fax 774410821

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000009878 Regon: 000292103 NIP: 754-25-54-112

Opole, dn. 03.03.2023r.

L.dz. 327/DO/2023

Nr sprawy: ZP 12/2022

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa radiatora do napromieniowania krwi i jej składników z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego X**

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp unieważnia ww. postępowanie.

W ww. postępowaniu złożone zostały dwie oferty:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena [PLN]	Gwarancja [mies.]	Czas usunięcia awarii [dni]
1	Radiotherapy Accessories Sp. z o.o.	2 268 000,00	60	4
2	HVD Holding AG Sp. z o.o.	1 496 955,06	36	7

W toku badania ofert stwierdzono:

Oferta nr 1 – z dokumentów przedmiotowych złożonych wraz z ofertą wynika, iż lampy zastosowane w urządzeniu Raycell MK 2 muszą być chłodzone stałym dopływem wody. Opcjonalnie można zastosować wymiennik ciepła, będący oddzielnym urządzeniem, które jest zainstalowane obok radiatora (str. 15 instrukcji obsługi), wymaga ono także podłączenia do źródła zasilania. Zamawiający wymagał, by układ chłodzenia był zamknięty, zlokalizowany w obrębie radiatora, niewymagający podłączenia do zewnętrznego źródła wody ani instalacji dodatkowych zewnętrznych urządzeń.

Z przedstawionych dokumentów wynika także, że nie jest spełnione wymaganie Zamawiającego dotyczące zastosowania oprogramowania w języku polskim – komunikaty lub/i oznakowania występują w języku angielskim.



www.rckik-opole.com.pl
sekretariat@rckik-opole.com.pl



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W OPOLU

45 - 372 Opole, ul. Końskiego 55
tel. centrala 77 4410 600, 774410700
sekretariat 77 4410 820, fax 774410821

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000009878 Regon: 000292103 NIP: 754-25-54-112

Ponadto instrukcja użytkownika wskazuje, że „Radiator MK 2 wyposażony jest w osłonę ołowiową. Ekranowanie promieniowania zmniejsza poziom promieniowania do mniej niż 0,5 mR/godz. W odległości 5 cm lub większej od zewnętrznej powierzchni obudowy Radiatora MK2. Do obowiązków jednostki prowadzącej napromieniowanie należy dostarczenie i wdrożenie zewnętrznych urządzeń do wykrywania promieniowania w obszarach działania Radiatora MK2, o ile są one kalibrowane”. Zamawiający wymagał, by promieniowanie na obudowie wynosiło poniżej 1 μ Sv/h, umożliwiając pracę w pomieszczeniu bez specjalnych zabezpieczeń oraz bez konieczności stosowania przez pracowników dodatkowych środków ochrony osobistej.

Wobec powyższego ustalono, że radiator nie spełnia wymagań Zamawiającego co jest przesłanką do odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp, w związku z czym Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez firmę Radiotherapy Accessories Sp. z o.o. jako niezgodną z warunkami zamówienia.

Oferta nr 2 – w formularzu ofertowym Wykonawca wycenił „36-miesięczną gwarancję zawierającą procedury mapowania dawki promieniowania oraz przeglądy techniczne (zgodnie z zaleceniami)” podczas gdy w dokumentach zamówienia – w załączniku nr 9 do SWZ – projekt umowy - §5, ust. 2 lit. a) Zamawiający wymagał zapewnienia „bezpłatnych przeglądów serwisowych wraz z mapowaniem dawki promieniowania”. Dokonanie wyceny tego elementu zamówienia i wskazanie innej niż 0,00 zł wartości jest niezgodne z warunkami zamówienia i jest przesłanką do odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp, w związku z czym Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez firmę HVD Holding Sp. z o.o. jako niezgodną z warunkami zamówienia.

Z uwagi na fakt, że wszystkie złożone oferty zostały odrzucone postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 Pzp.

Pouczenie

Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ww. Ustawy.

Sporządziła: Hanna Siuta

