

Konin, dnia 25.01.2022 r.

WSZ-EP-37/119/21/2022

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Okulistycznego wraz z dzierżawą głowic do fakoemulsyfikatora”, nr sprawy WSZ-EP-37/2021.

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. W pozycji 1 pakietu nr 8 w/w przetargu Zamawiający zawarł następujący opis przedmiotu zamówienia:

„Wiskoelastyk zawierający 1,4 % roztwór hialuronianu sodu o właściwościach kohezyjnych. Zapakowany w sterylnym blistrze zawierającym ampułkostrzykawkę o objętości 0,8 - 1,0 ml w zestawie z kaniulą.”

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakietu nr 8 dopuści materiał wiskoelastyczny o następujących parametrach:

- stężenie NaHa 1,4 % (14 mg/ ml)
- charakter dyspersyjny
- sterylna ampułkostrzykawka o objętości 1,2 ml z kaniulą 27G?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

2. W pozycji 1 pakietu nr 9 w/w przetargu Zamawiający zawarł następujący opis przedmiotu zamówienia:

„Wiskoelastyk zawierający 1,0 - 1,4% hialuronianu sodu oraz 0,5 - 0,7% wysoko oczyszczonej hydropropylometylocelulozy pochodzenia z biofermentacji o objętości 0,8 - 1,0 ml.”

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakietu nr 9 dopuści materiał wiskoelastyczny o następujących parametrach:

- stężenie NaHa 1,4 % (14 mg/ ml)
- sterylna ampułkostrzykawka o objętości 1,2 ml z kaniulą 27G?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

3. W pozycji 1 pakietu nr 8 w/w przetargu Zamawiający zawarł następujący opis przedmiotu zamówienia:

„Wiskoelastyk zawierający 1,4 % roztwór hialuronianu sodu o właściwościach kohezyjnych. Zapakowany w sterylnym blistrze zawierającym ampułkostrzykawkę o objętości 0,8 - 1,0 ml w zestawie z kaniulą.”

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakietu nr 8 dopuści materiał wiskoelastyczny o następujących parametrach:

- stężenie NaHa 2% (20 mg/ ml)
- charakter kohezyjno-dyspersyjny
- sterylna ampułkostrzykawka o objętości 1,2 ml z kaniulą 25G?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

4. W pozycji 1 pakietu nr 8 w/w przetargu Zamawiający zawarł następujący opis przedmiotu zamówienia:

„Wiskoelastyk zawierający 1,4 % roztwór hialuronianu sodu o właściwościach kohezyjnych. Zapakowany w sterylnym blistrze zawierającym ampułkostrzykawkę o objętości 0,8 - 1,0 ml w zestawie z kaniulą.”

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakietu nr 8 dopuści materiał wiskoelastyczny o następujących parametrach:

- stężenie NaHa 3% (30 mg/ ml)
- charakter wiskoadaptacyjny
- sterylna ampułkostrzykawka o objętości 1,2 ml z kaniulą 25G?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.