

L.dz. TP /20

Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu na przeglądy i konserwację urządzeń medycznych nr sprawy: 30/ZP/2020

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęły następujące pytania do w/w postępowania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający zmieni ilość przeglądów w ciągu roku i całości trwania umowy?
W przypadku powyższych aparatów częstotliwość przeglądów jest zbyt duża i nie konieczna.

Monitor Delta raz na 24 miesiące

Planowana ilość przeglądów w ciągu 1 roku – 0,5

Sumaryczna ilość przeglądów w ciągu 1 roku - 0,5

Sumaryczna ilość przeglądów w ciągu 3 lat - 2 razy

SCIO raz na 12 miesięcy

Planowana ilość przeglądów w ciągu 1 roku – 1

Sumaryczna ilość przeglądów w ciągu 1 roku - 1

Sumaryczna ilość przeglądów w ciągu 3 lat - 3 razy

Parownik Vapor raz na 12 miesięcy

Planowana ilość przeglądów w ciągu 1 roku – 1

Sumaryczna ilość przeglądów w ciągu 1 roku - 1

Sumaryczna ilość przeglądów w ciągu 3 lat - 3 razy

Isolette C2000 raz na 12 miesięcy

Planowana ilość przeglądów w ciągu 1 roku – 1

Sumaryczna ilość przeglądów w ciągu 1 roku - 1

Sumaryczna ilość przeglądów w ciągu 3 lat - 3 razy

Oxylog 3000 raz na 24 miesiące

Planowana ilość przeglądów w ciągu 1 roku – 0,5

Sumaryczna ilość przeglądów w ciągu 1 roku - 0,5

Sumaryczna ilość przeglądów w ciągu 3 lat - 1 raz

Odpowiedź.

**Zamawiający zmieni ilość wykonanych przeglądów w ciągu roku ,
natomiast czas trwania umowy nie ulega zmianie.**

1.Czy zamawiający wydzieli z Pakietu 1 pozycje 9-18 do oddzielnego pakietu?

Odp. Nie.

2.Kiedy został wykonany ostatni przegląd podczas którego zostały wymienione akumulatory?

Odp. Przeglądy aparatów były wykonywane przez autoryzowany serwis. Wszelkie wymiany akumulatorów były wykonane według zaleceń producenta.

3.Dotyczy § 4 ust. 1 a. umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

4.Dotyczy § 4 ust. 1 b. umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość 10 % niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem