



L.dz. 896/2021

Olsztyn, dnia 10.06.2021 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania nr 110/2021/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp pt.: „Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) uprzejmie informuję, że do realizacji zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp na dostawę jednorazową specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

IMMUNIQ BEATA SOLON-GOGOL, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory z ceną 39 852,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów przyjętych w SWZ.

Zbiornicze zestawienie oraz streszczenie i porównanie złożonych ofert:

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Liczba pkt w kryterium: Cena 60% | Liczba pkt w kryterium: Termin dostawy 40% | Łączna punktacja |
|--------------|---|-------------------------------------|---|------------------|
| 1 | IMMUNIQ BEATA SOLON-GOGOL ul. Sąsiedzka 1 44-240 Żory | 60 pkt. | 40 pkt. | 100 pkt. |
| 2 | Pointe Scientific Polska Sp. z o. o. ul. Śródziemnomorska 11/10 02-758 Warszawa | OFERTA ODRZUCONA | | |

Oferty odrzucone:

1. Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca ofertę firmy Pointe Scientific Polska Sp. z o. o., ul. Śródziemnomorska 11/10, 02-758 Warszawa, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Przeprowadzone przez Zamawiającego badanie ofert wykazało, iż Wykonawca w formularzu pn. Formularz Opis przedmiotu zamówienia/ formularz cenowy sporządzonym wg Załącznika nr 1 do SWZ zaoferował asortyment niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia, tj.:

- w poz. 1 Wykonawca zaoferował produkt o czułości 9.375pg/ml, przy czym Zamawiający wymagał zaoferowania produktu o czułości 6.5 pg/ml;



Dział Zamówień Publicznych

- w poz. 2 Wykonawca zaoferował produkt o czułości 18.75pg/ml, przy czym Zamawiający wymagał zaoferowania produktu o czułości 6.4 pg/ml;
- w poz. 3 Wykonawca zaoferował produkt o czułości 18.75pg/ml, przy czym Zamawiający wymagał zaoferowania produktu o czułości 3 pg/ml;
- w poz. 4 Wykonawca zaoferował produkt o czułości 9.375pg/ml, przy czym Zamawiający wymagał zaoferowania produktu o czułości 6.4 pg/ml;
- w poz. 6 Wykonawca zaoferował produkt o czułości 0.469ug/ml, przy czym Zamawiający wymagał zaoferowania produktu o czułości 5.9 ng/ml;
- w poz. 7 Wykonawca zaoferował produkt o czułości 5.625ng/ml, przy czym Zamawiający wymagał zaoferowania produktu o czułości 2.72 ng/ml.

W związku z powyższym oferta firmy Pointe Scientific Polska Sp. z o. o., ul. Śródziennomorska 11/10, 02-758 Warszawa zostaje odrzucona.

Wykonawcy wykluczeni:

Zamawiający nie wykluczył żadnego z Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

Z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte umowy w terminie określonym w art. 308 ust. 2 Ustawy Pzp. O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawcy zostaną poinformowani.

Z poważaniem


KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

Sporządziła: Karolina Kostrzewa