



Katowice, 19.02.2024

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

### Dyrektor

dr n. med.  
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24  
40-027 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 259-16-50  
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl  
[www.spskm.katowice.pl](http://www.spskm.katowice.pl)

CENTRALA :  
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa roztworów do dializ wraz z dzierżawą aparatów do hemodializy Nr sprawy: ZP-24-008UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie:** Prosimy o dopuszczenie aparatu do dializy pozaustrojowej z płynną regulacją przepływu pompy krwi w pełnym zakresie 0, 50 – 600 ml / min. (dot. zał. 1 do SWZ, pakiet 1b, ppkt. 10). **Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu do dializy pozaustrojowej z płynną regulacją przepływu pompy krwi w pełnym zakresie 0, 50 – 600 ml / min

**Pytanie:** Prosimy o dopuszczenie aparatu do dializy pozaustrojowej z obliczaniem kT/V w czasie rzeczywistym (dot. zał. 1 do SWZ, pakiet 1b, ppkt. 21). **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie:** Prosimy o wydłużenie do 30 dni od daty zawarcia umowy – dostawa 16 szt. fabrycznie nowych aparatów (dot. SWZ, rozdz. II, pkt. 1, ppkt. 6). **Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie okresu dostarczenia aparatów do 30 dni od daty zawarcia umowy. Tym samym zmienia zapis umowy dzierżawy § 1 pkt 2 w następujący sposób: Wykonawca dostarczy przedmiot dzierżawy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.