

Wrocław, dnia 31 maja 2022 r.

## ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI SWZ

**Nr sprawy: MED/250/2022**

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę wyrobów medycznych/wyposażenia medycznego.*

**W związku z zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) o poniższej treści:**

Ponownie proszę o wyjaśnienia i doprecyzowanie - dotyczy zad.nr 6 poz.2 – pirometr laserowy. W odpowiedzi z dnia 27.05.2022 Zamawiający określił wymagania dotyczące świadectwa wzorcowania-wzorcowanie w 3 punktach standardowych z zakresu od (-18) do +300 st.C. Producent nie określa standardowych punktów wzorcowania, to użytkownik sam wybiera punkty temperaturowe do wywzorcowania według własnych potrzeb. Ponownie więc proszę aby Zamawiający określił konkretne wartości temperatury do wywzorcowania ( z zakresu od (-18) do +300 st.C.

**Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), udziela następującej odpowiedzi:**

Zamawiający informuje, iż do wymaganego pirometru laserowego opisanego w poz. 2, zadanie nr 6 wymagane jest dołączenie świadectwa wzorcowania wykonanego w laboratorium akredytowanym przez PCA w 3 punktach tzn. 2 st. C; 8 st. C; 25 st. C.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp – Zamawiający udostępni na platformie zakupowej, w formie komunikatu publicznego, treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

Z poważaniem

**KOMENDANT 2. WOG  
z upoważnienia  
Kierownik SZP 2. WOG**



**Marta SZCZUREK**