

znak sprawy: SzNSPZOZ.N-ZP.372-12/19

Opis przedmiot zamówienia dla pakietu IV – Załącznik nr 1d do SIWZ

Skaner do naczyń krwionośnych – sztuk 1

1. Typ światła — NIR (bliska podczerwień) - projekcja na powierzchnię skóry;
2. Długość fal podczerwieni ≤ 940 nm /850 nm;
3. Identyfikacja głębokości żył;
4. Rozdzielczość obrazu $\leq 856 \times 480$ pixeli;
5. Poziomy regulacji jasności obrazu;
 - powierzchniowy 0 mm - 2 mm,
 - pośredni 2 mm - 4 mm,
 - głęboki 4 mm - 8 mm lub głębiej;
6. Optymalna odległość pomiaru – 210 mm \pm 30 mm;
7. Waga bez statywu ≤ 430 g;
8. Wbudowany akumulator;
9. Czas pracy włączonego urządzenia ≤ 2.5 h - czas ładowania baterii - ≥ 4 h;
10. Statyw podłogowy do łatwego przemieszczania;
11. Natężenie podczerwieni - ≤ 200 μ W/m²
12. Wymiary głównego modułu – 213 cm x 65 cm x 62 cm (± 10 mm)
13. Rok produkcji 2019 lub nowszy.