

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG:271.KS.80...../2023

Tarnów, dnia 13.11.2023 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami - kardiomonitor dla Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - nr sprawy 80/2023

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.11.2023 r. Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający wymaga rejestratorów wyposażonych w czujnik ciśnienia atmosferycznego oraz czujnik temperatury otoczenia dających dodatkową informację nt. Warunków wykonania pomiaru ciśnienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

2. Ad. pkt. 13. Czy Zamawiający wymaga rejestratora z wyświetlaczem OLED do sygnalizacji godziny, stanu baterii, prezentacji wyników pomiarów oraz stanu pracy rejestratora?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

3. Czy Zamawiający wymaga rejestratorów o wymiarach poniżej 100x70x30 mm, zapewniających komfort pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie określa wymiarów rejestratorów.

4. Ad. pkt. 18. Czy Zamawiający wymaga rejestratora zasilanego z 2 baterii lub akumulatorów typu AA?

Odpowiedź: Zamawiający określił w wymaganiach typ baterii a nie ich ilość.

5. Czy Zamawiający wymaga oprogramowania holtera ciśnieniowego umożliwiającego obliczanie oraz prezentację w postaci tabeli, wykresów i statystyki dla wartości ciśnienia MAP oraz PP?

Odpowiedź: Zakres danych wymaganych przez Zamawiającego opisany jest w SWZ.

6. Czy Zamawiający wymaga oprogramowania holtera ciśnieniowego umożliwiającego obliczanie wskaźnika porannego wzrostu ciśnienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

7. Ad. pkt. 26. Czy Zamawiający dopuści do postępowania rejestrator z dodatkowymi mankietami pomiarowymi: pediatryczny 15-22 cm 1 szt. oraz duży 36 – 50 cm 2 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

8. Ad. pkt. 26. Czy Zamawiający wymaga dodatkowych mankietów dla każdego z oferowanych rejestratorów, czyli w sumie 12 dodatkowych mankietów, czy też do zestawu składającego się z 4 rejestratorów, tj. w sumie 3 dodatkowe mankiety?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 3 dodatkowych mankietów zgodnie z zapisami SWZ.

Otrzymują: Adresat
a/a

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Anna Hainysz

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech

SPECJALISTA
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Karolina Strzałba