

Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce, Dział Zamówień Publicznych
tel. 41 36 74 280

strona www: <http://www.onkol.kielce.pl/>

e-mail: zampubl@onkol.kielce.pl / justyna.magdziarz@onkol.kielce.pl

IZP.2411.142.2024.MS

Kielce, dn. 18.06.2024 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania na Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Pakiet 1

Pozycja 1-4 Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą bez wymogu „kosmetyczna”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 2 Pakiet 1

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 3 Pakiet 1

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 19mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 4 Pakiet 2

Pozycja 1-6 Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą bez wymogu „kosmetyczna, dwuwkłęśła”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 5 Pakiet 2

Pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 6 Pakiet 2

Pozycja 1-18 Czy Zamawiający dopuści opakowanie bezpośrednio wykonane z szczelnego papieru?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 7 Pakiet 4

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach a`144 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 9 Dotyczy Pakiet 1 poz. 1-4

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na szew o okresie podtrzymywania tkankowego 7 dni oraz okresie całkowitego wchłonięcia 40-50 dni? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 10 Dotyczy pakiet 2 poz. 14

Czy Zamawiający zgodzi się na igłę o długości 30 cm? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Powyższa odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.

Z poważaniem
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Mariusz Klimczak