
Odpowiedź na skierowane do zamawiającego pytania

dotyczy: zapytania ofertowego pn.: **Zakup mobilnego zestawu do badań EKG dla Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej i Pielęgniarskiej w SPZZOZ w Pionkach (nr postępowania: SPZZOZ-ZP-35/2024)**

1. Jeśli aparat wraz z zewnętrzną peryferyjną drukarką A4 i dedykowanym wózkiem jest zarejestrowane przez producenta jako urządzenie medyczne i posiada wpis do ewidencji wyrobów medycznych to czy przy takim rozwiązaniu konieczna będzie dodatkowa instrukcja obsługi drukarki?

Odpowiedź: Nie

2. Czy urządzenie EKG jakie chcecie zamówić musi mieć drukarkę z DUPLEXEM (wydruk obustronny)? Nadmieniam że producent nie ma takich drukarek w proponowanym rozwiązaniu, a opis przedmiotu zamówienia ewidentnie wskazuje na jedno konkretne urządzenie. A na rynku nie ma innego urządzenia medycznego składającego się z takiego zestawu i figurującego w ewidencji wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Jeżeli drukarka wchodzi w skład zestawu, który jest zarejestrowany przez producenta jako urządzenie medyczne i nie ma możliwości zaoferowania innej drukarki zewnętrznej z funkcją duplex to wówczas zamawiający dopuszcza do zaoferowania drukarki bez funkcji duplex. Zgodnie z Opiszem przedmiotu zamówienia zamawiający nie wymaga aby drukarka wchodziła w skład zestawu, który w całości jest wyrobem medycznym. Dopuszcza zaoferowanie drukarki zewnętrznej, a należy podkreślić, że Zamawiający wymaga wyrobu medycznego w zakresie aparatu EKG i wózka, ten wymóg nie dotyczy drukarki zewnętrznej.

3. Czy zamawiający wymaga konfiguracji urządzenia z oprogramowaniem OPTImed firmy Comarch czy jedynie wystarczy oświadczenie że aparat z takim oprogramowaniem współpracuje?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oświadczenie, że aparat z takim oprogramowaniem współpracuje.

4. Czy zamawiający wymaga aby aparat posiadał HL7 i DICOM na raz czy jedno z tych dwóch rozwiązań celem konfiguracji z systemem szpitalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat z jednym ze wskazanych rozwiązań.

5. Czy zamawiający wpisując „Pomocna dla Użytkownika graficzna instrukcja podłączenia elektrod na ciele pacjenta przy zastosowaniu różnych schematów podłączeń” wymaga aby ta graficzna instrukcja wyświetlała się na ekranie aparatu czy wystarczy dołączenie wydrukowanego na papierze schematu podłączeń?

Odpowiedź: Wystarczy dołączenie wydrukowanego na papierze schematu podłączeń.

6. Czy w dedykowanej Walizce do aparatu ma się znaleźć sam aparat rozumiany jako urządzenie pomiarowe z kompletem kabli i elektrod czy aparat wraz z wózkiem i drukarką?

Odpowiedź: W dedykowanej walizce do aparatu ma się znaleźć sam aparat rozumiany jako urządzenie pomiarowe z kompletem kabli i elektrod.

7. Czy zamawiający wymaga dostawy z instalacją na wskazanym komputerze i konfiguracją aparatu z oprogramowaniem dedykowanym do przeglądania badań EKG na komputerze?

Odpowiedź: Nie