



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie  
20 - 708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6  
skr. poczt. 119  
tel. 81 743-42-72 lub 81 533-41-00  
email: [wsse.lublin@sanepid.gov.pl](mailto:wsse.lublin@sanepid.gov.pl)     <https://www.gov.pl/web/wsse-lublin>

---

ADM-ZP.272.1.12.2024

Lublin, dnia 09.10.2024 r.

### ***Uczestnicy postępowania***

### **Pytania i odpowiedzi nr 5**

Zamawiający działając w oparciu o art. 135 ust. 2 oraz ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz.1320) zwanej dalej Pzp, w związku z zapytaniem skierowanym w postępowaniu pn. „**Zakup sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Lublinie**” przekazuje poniżej treść pytania i wyjaśnienia Zamawiającego.

**Treść wspomnianej prośby oraz odpowiedź są następujące:**

#### **Pakiet nr 8 – Autoklaw parowy pionowy**

**1) Dot. § 1, pkt 7 wzoru umowy.**

***Prosimy o wykreślenie słów „i dopuszczenia do ... używania”. Uzasadnienie:: Sformułowanie to dotyczy zgłoszenia urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego. Zgodnie z przepisami obowiązek ten ciąży na użytkowniku urządzenia ciśnieniowego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie dokumenty wymagane do zgłoszenia w UDT.***

***Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 4 projekt umowy w zakresie §1 ustęp 7 w następujący sposób:***

***„Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy będzie posiadał certyfikat CE, a także, jeśli są wymagane świadectwa, certyfikaty, atesty i dopuszczenia do obrotu oraz spełniające wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie. Wykonawca wraz z przedmiotem umowy dostarczy wymagane dokumenty w języku polskim lub dokumenty w tłumaczeniu na język polski. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia wszystkie niezbędne dokumenty do zgłoszenia urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego.”***

**W załączeniu do odpowiedzi zmodyfikowany projekt umowy dla Pakietu nr 8.**