

znak: D25C/251/N/11-14rj/20

Wejherowo, dnia 27.03.2020 r.

D.25C/250/133/2020

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) Prawo Zamówień Publicznych oraz rozdz. XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **SUKCESYWNE DOSTAWY PROTEZ, ZASTAWEK I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU KARDIOCHIRURGII DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: D25C/251/N/11-14rj/20, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Zad. 9 Czy Zamawiający dopuści do oceny balon do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą firmy Maquet Datascope CS100, dostępny w pojemnościach 30 cc i 40 cc, obie pojemności o profilu 7,5F? Kanał centralny polimerowy dodatkowo zbrojony metalowym spiralnym opłotem zwiększającym odporność na załamania i zagięcia w krętych naczyniach. Cewnik o budowie koakcjnalnej (współosiowej) z membraną balonu wykonaną z Cardiothane (poliuretan). W zestawie 2 prowadniki o śr. 0,025" i dł. 175 cm. Cewnik balonowy wyposażony w osłonę hemostatyczną „peel away”, redukująca krwawienie przy wprowadzaniu. Pozostałe parametry techniczne oferowanego produktu pozostają bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie 30

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w zadaniu 30 łąt dzianych, uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, grubość ściany 0,36mm, w rozmiarze 25x120mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 4 „Zestawy do hemokoncentracji”

Czy Zamawiający dopuści zestawy do hemokoncentracji o powierzchni hemofiltra 0,3m² lub 0,8m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający odstąpi w zakresie tego zadania od wymogu utworzenia depozytu dla pozycji 14, 15 i 16?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu zmodyfikowany Formularz Oferty – załącznik nr 1 do SIWZ oraz Projekt umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający, w zadaniu nr 4, wyrazi zgodę na zaferowanie hemofiltra z zakresem przepływu krwi 30 – 300 ml/min, z wysoko przepływową membraną typu high flux, o wysokim współczynniku ultrafiltracji wynoszącym 32 ml/h/mmHg, co w warunkach klinicznych daje odsącz około 320 ml/min przy maksymalnym ciśnieniu 600 mmHg. Prosimy o wyrażenie zgody.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przystąpienie do przetargu do pakietu nr 9 z balonami do kontrapulsacji posiadającymi kanał centralny zbrojony spiralą metalową ze względu na licze pęknięcia i nie trzymaniu helu ?

znak: D25C/251/N/11-14rj/20

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający zgodzi się na przystąpienie do przetargu w zadaniu nr 10 Sprzęt do procedury ECMO pozycja nr 4 z kaniulami dwusiatłowymi posiadającymi walidację do 14 dni bez powłoki heparynowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie dotyczy zadania nr 4 Posimy Zamawiającego o zgodę na przystąpienie do przetargu z hemokoncentratorem z przelatywami krwi w przedziale od 100 do 400 ml/min.


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

STAROZY INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych


Marzena Magulska