

Znak sprawy: ZP 6/2024

Lesko, 30.10.2024 r.

- wszyscy Wykonawcy -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych”

**INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)- dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający** - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku, **informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu:**

Najkorzystniejszą ofertą, pod względem kryteriów podanych w Rozdziale XIX SWZ jest oferta złożona przez Wykonawcę:

**SIEMENS HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. ŻUPNICZA, nr 11
03-821 WARSZAWA**

z ceną ofertową: 187 585,83 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 ustawy Pzp, oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w SWZ.

Ponadto, działając w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, **Zamawiający informuje:**

- 1) o Wykonawcach, którzy złożyli ofertę, punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji:**

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena”	Parametry analizatora	Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Parametry analizatora	Łączna liczba punktów przyznana ofercie
1	SIEMENS HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. ŻUPNICZA, nr 11 03-821 WARSZAWA	187 585,83 zł	60 pkt	1. Elektrody bezmembranowe umiejscowione poza kartridżem wymieniane niezależnie, osobno po zużyciu każdej z elektrod – Tak	1. 10 pkt	100 pkt

				2. System pracujący na wielotestowej kasecie zawierającej odczynniki i kalibratory - Tak	2. 10 pkt	
				3. Automatyczne flagowanie mikropróbki - Tak	3. 5 pkt	
				4. Łączny czas wszystkich kalibracji na dobę do 100 minut - Tak	4. 5 pkt	
				5. Możliwość wykonania badania wszystkich parametrów z maksymalnej objętości próbki 175 ul - Tak	5. 10 pkt	
					Łącznie: 40 pkt	

2) o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Zamawiający informuje o braku wykonawców, których oferty podlegają odrzuceniu w niniejszym postępowaniu.