

Kraków, 14.12.2022

DZ.271.103.1255.2022

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 25 52

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

**Dotyczy postępowania DZ.271.103.2022 – Dostawa różnych wyrobów medycznych m.in.,
elektrod diagnostycznych do ablacji, koszulek, igieł, kabli do elektrod**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

Pytanie 1

Dot. Pakiet 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody ablacyjnej klasycznej o dostępnych średnicach 5 i 7 F? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dot. Pakietu 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody ablacyjnej chłodzonej z pomiarem siły nacisku dwukierunkowej 3,5[mm]? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.