

Zadanie nr 8.1

Zestaw do izolacji DNA PrepFiler™ Express BTA Forensic DNA Extraction Kit nr katalogowy 4441351 lub równoważny:

- przeznaczony do izolacji DNA z wymagających materiałów biologicznych, w tym kości i zębów oraz próbek pobranych z niedopałki papierosów, jak również podłoża adhezyjnych np. taśm klejących, gum do żucia, śladów kontaktowych, badanych rutynowo w laboratoriach kryminalistycznych i genetyki sądowej;
- współpracujący z aparatem Automate Express DNA Extraction System;
- pozwalający uzyskiwać wysokiej jakości DNA, wolne od inhibitorów reakcji PCR;
- zawierający bufor lizujący (Lysis Buffer);
- zawierający proteinazę K;
- zawierający kolumny separacyjne, probówki na próbki, probówki na izolaty, końcówki i statywy do nich;
- zawierający kartridże z odpowiednimi odczynnikami do wykonania procesu izolacji na aparacie Automate Express DNA Extraction System;
- zwalidowany do izolacji DNA dla potrzeb badań sądowych;
- wystarczający na wykonanie 52 prób;
- zwalidowany do izolacji DNA dla potrzeb badań sądowych z załączonym lub dostępnym na prośbę Zamawiającego raportem walidacyjnym z wykorzystaniem aparatu Automate Express DNA Extraction System;
- termin ważności minimum 9 miesięcy od daty dostarczenia.

Kryteria równoważności

Zadanie nr 8.1

Zestaw do izolacji DNA PrepFiler™ Express BTA Forensic DNA Extraction Kit nr katalogowy 4441351:

- przeznaczony do izolacji DNA z wymagających materiałów biologicznych, w tym kości i zębów oraz próbek pobranych z niedopałki papierosów, jak również podłoża adhezyjnych np. taśm klejących, gum do żucia, śladów kontaktowych, badanych rutynowo w laboratoriach kryminalistycznych i genetyki sądowej;
- współpracujący z aparatem Automate Express DNA Extraction System;
- pozwalający uzyskiwać wysokiej jakości DNA, wolne od inhibitorów reakcji PCR;
- zawierający bufor lizujący (Lysis Buffer);
- zawierający proteinazę K;
- zawierający kolumny separacyjne, probówki na próbki, probówki na izolaty, końcówki i statywy do nich;
- zawierający kartridże z odpowiednimi odczynnikami do wykonania procesu izolacji na aparacie Automate Express DNA Extraction System;
- zwalidowany do izolacji DNA dla potrzeb badań sądowych;
- wystarczający na wykonanie 52 prób;
- zwalidowany do izolacji DNA dla potrzeb badań sądowych z załączonym lub dostępnym na prośbę Zamawiającego raportem walidacyjnym z wykorzystaniem aparatu Automate Express DNA Extraction System;
- termin ważności minimum 9 miesięcy od daty dostarczenia.

Zamawiający uzna równoważność innego produktu jeżeli:

- oferowany asortyment będzie przeznaczony do kryminalistycznych badań genetycznych;

- będzie w pełni kompatybilny ze sprzętem i oprogramowaniem Zamawiającego.

W celu potwierdzenia, że oferowany asortyment spełnia kryteria równoważności Wykonawca przedstawi:

- 1) karty katalogowe i/lub inne materiały informacyjne wydane przez producenta;
- 2) biuletyn techniczny z opisaną metodyką przeprowadzenia badań na sprzęcie i oprogramowaniu Zamawiającego.