

Znak: IZP.270.51.2021

Otwock-Świerk, dnia 22.12.2021r.

Zamawiający

**Narodowe Centrum Badań Jądrowych**  
**05-400 Otwock-Świerk**  
**ul. Andrzeja Sołtana 7**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Modernizacja układu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach laboratorium izotopowego klasy II w budynku 39 Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku- Świerku**”

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień na złożone pytania:

**Pytanie 1:**

Czy nawilżacz powietrza można zamontować wewnątrz obiektu, np. w korytarzu lub innym pomieszczeniu? jego wymiary to około (szer./wys./gł.) 40 cm/60 cm/25 cm. Będzie to korzystniejsze rozwiązanie w eksploatacji urządzenia i jego ewentualnej awaryjności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowania nawilżacza wewnątrz obiektu, jego lokalizację należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie prac projektowych.

**Pytanie 2:**

Czy inwestor akceptuje koncepcję zakładającą montaż 1 centrali wentylacyjnej obsługującej pomieszczenia objęte zakresem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza taką możliwość o ile zostaną spełnione parametry wymian powietrza narzucone przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

**Pytanie 3:**

Proszę o podanie dokładnych urządzeń i elementów nad którymi ma zostać wykonany okap lub odciąg miejscowy załączany w przypadku korzystania z niego. Proszę o podanie wymaganej wydajności powietrza jakie mają przypadać na poszczególne urządzenia lub przestania kart katalogowych w celu określenia ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego.

**Odpowiedź:**

Okap ma zostać wykonany nad piecem firmy Nabertherm RSRB 120/1000/11 umieszczonym w pomieszczeniu 83a, powinien charakteryzować się wydajnością 2400 m<sup>3</sup>/h z jednoczesnym doprowadzaniem powietrza z zewnątrz do okapu nad piec. Podobny piec będzie umieszczony w pomieszczeniu 83b, tam również musi znaleźć się okap.

Ponadto Zamawiający informuje, iż karty katalogowe ze specyfikacją techniczną pieca są dostępne na stronie producenta ([Piece obrotowe rurowe do pracy okresowej do 1100 °C | Nabertherm](#)).

**Pytanie 4:**

Czy w istniejących toaletach na pewno musi być spełniony warunek 3 w/h? Jeśli nie to czy istniejąca wentylacja może pozostać bez zmian w obrębie toalet? Obecna spełnia wymagania wg przesłanych dokumentów.

**Odpowiedź:**

Toalety wchodzą w skład kompleksu pracowni izotopowej klasy II i podlegają wszystkim przepisom oraz wymaganiom dla pracowni izotopowej klasy II w tym warunkowi 3 wymian na godzinę.

**Pytanie 5:**

Czy kontrola dostępu jest objęta obecnie gwarancją i wymaga zgody gwaranta na włączenie się do niej? Ile drzwi podlega podłączeniu pod kontrolę dostępu?

**Odpowiedź:**

Kontrola dostępu jest obecnie objęta gwarancją i należy uzyskać zgodę gwaranta na ingerencję w system. Ilość drzwi podlegających pod kontrolę dostępu jest zależna od przyjętego przez Projektanta rozwiązania. Zamawiający przedstawił swoją koncepcję podziału na strefy w załączniku nr 3 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

**Pytanie 6:**

Proszę o podanie typu lub przesłanie karty katalogowej drzwi, które mają być zamontowane w ilości 4 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił parametry drzwi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w rozdziale 1.1.1. oraz 1.2.3.1.

**Pytanie 7:**

Prosimy o wydłużenie terminu wykonania zamówienia z 10 tygodni do 16 tygodni. Czas na wykonanie samej koncepcji to około 1 tygodnia, kolejny tydzień to ustalenia i akceptacji. Finalnie projekty wykonawcze będą gotowe i zaakceptowane po około 4-5 tygodniach. Czas oczekiwania obecnie na urządzenia dochodzi do 6-8tygodni (ogólny brak półprzewodników). Wykonanie ww. zadania w 10 tygodni jest niemożliwe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zgodnie z wyjaśnieniami i modyfikacją SWZ z dnia 20.12.2021 r. wydłuża termin realizacji przedmiotu zamówienia do 6 miesięcy.

**Pytanie 8:**

Jaką kwotę brutto Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia ?



**Odpowiedź:**

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

.....  
(*podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby przez niego upoważnionej*)