

Opis przedmiotu zamówienia – system monitorowania funkcji oddechu zgodnie z następującymi minimalnymi parametrami technicznymi:

Oferuję:

Model/typ.....

Producent/kraj.....

Lp.	Wymagania:	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie będące sprzętem demonstracyjnym, nie będące sprzętem rekondycjonowanym	
2.	Monitor oddechu dla noworodka i wcześniaka	
3.	Objętość wydechowa (ml/kg) - dokładność: +-1ml lub 10%	
4.	Szczytowe ciśnienie wdechowe - dokładność: +-1ml	
5.	Pomiar częstości oddechu na minutę	
6.	Waga: max 1.5 kg	
7.	Monitor min. 10"	
8.	Czas pracy na baterii: min. 7 godzin	

9.	Zasilanie: 230V/50Hz	
11.	Graficzne i numeryczne przedstawianie mierzonych danych	
12.	Wyświetlane parametry: - objętość oddechowa przy wydechu (VTe) - szczytowe ciśnienie wdechowe (PIP) - częstotliwość wentylacji (RATE) - dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe (PEEP) - szczelność maski (LEAK)	
14.	Możliwość stosowania z workami samorozprężanymi i resuscytatorami 15 mm.	
16.	Praca modułu sensorycznego na baterii: minimum 1 godz.	
18.	W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia – min. 1 raz na rok, dokonywane w siedzibie zamawiającego w cenie oferty. Elementy zużywalne wykorzystane do przeglądu technicznego w cenie oferty. Obowiązkowy przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji	
19.	Zapewnienie dostępu do części do napraw, serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat po zakończeniu okresu gwarancyjnego	
20.	Mocowanie systemu	

--	--	--

*Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej*