



**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania, zmiana SWZ do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szwanych (sygnatura sprawy: **EZ/1062/404/24**).

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 135 i 137 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ.

#### Pytanie 1

„Dotyczy zadania nr 4

1. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 2, 4, 5, 7-9 ze szwem z igłą nowszej generacji odwrótnie-tnącą dwuwkłęsłą kosmetyczną,”
- w pozycji nr 3 ze szwem o długości nici 75cm,”
- w pozycji nr 3 ze szwem o długości igły 12mm,”
- w pozycji nr 10 ze szwem z igłą podwójną 22mm,”
- w pozycji nr 14 ze szwem o długości nici 100 cm z igłą 36mm bez określenia wzmocniona, wykonanej z wysokiej jakości stali serii 302.”
- w pozycji nr 15 ze szwem o długości 90cm lub z igłą 30 mm z nitką 75 cm.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

#### Pytanie 2

„Dotyczy zadania nr 4

2. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakiego rodzaju opakowań oczekuje Zamawiający co pozwoli to na przygotowanie oferty zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i umożliwi właściwą ocenę złożonych ofert.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie określa rodzaju opakowań. Wymaga, aby sposób pakowania zapobiegał splątaniu nici.**

#### Pytanie 3

„Dotyczy zadania nr 6

1. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 2-15 ze szwem z igłą nowszej generacji odwrótnie-tnącą dwuwkłęsłą kosmetyczną,”
- w pozycji nr 5 i 8 ze szwem o długości nici 75cm,”
- w pozycji nr 14 ze szwem z igłą 37mm.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

#### Pytanie 4

„Dotyczy zadania nr 6

2. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakiego rodzaju opakowań oczekuje Zamawiający co pozwoli to na przygotowanie oferty zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i umożliwi właściwą ocenę złożonych ofert.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie określa rodzaju opakowań. Wymaga, aby sposób pakowania zapobiegał splątaniu nici.**

#### Pytanie 5

„Dotyczy zadania nr 7

1. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem z polipropylenu z dodatkiem polietylenu:

- w pozycji nr 2 ze szwem z igłą podwójną,”
- w pozycji nr 3 z igłą okrągłą prostą 65mm podwójną.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

#### Pytanie 6

„Dotyczy zadania nr 7

2. W związku z tym, że Zamawiający oczekuje zaoferowania w pozycji nr 1 i 2 wysokospecjalistycznej igły micro prosimy o doprecyzowanie jakiego wymaga kąta (w stopniach) i średnicy w micronach zaoferowanej igły pozwoli to na przygotowanie oferty zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i umożliwi właściwą ocenę złożonych ofert.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z pkt. 5 Rozdziału III SWZ „(...)dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanych wyrobów (...).”**

Sporządziła: Ewa Kupis

Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław

e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej**

**Pytanie 7**

„Dotyczy zadania nr 9

2. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 1 i 2 ze szwem o długości nici 75cm,”
- w pozycji nr 2 ze szwem z igłą 17mm,”
- w pozycji nr 3 ze szwem z igłą bez określenia wzmocniona, wykonaną z wysokiej jakości stali serii 302,”
- w pozycji nr 5 ze szwem o długości nici 90 cm,”
- w pozycji 6 ze szwem o długości 150 cm bez pętli.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 8**

„Dotyczy zadania nr 14

1. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 1 ze szwem o długości igły 19mm odwrotnie tnącej.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 9**

„Dotyczy zadania nr 15

1. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 9 i 12 ze szwem o długości nitki 90cm,”
- w pozycji nr 15 ze szwem o długości igły 30mm,”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 10**

„Dotyczy zadania nr 15

1. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty: (...)

- w pozycji nr 16 i 19 i 23 ze szwem z igłą wzmocnioną,”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 11**

„Dotyczy zadania nr 15

1. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty: (...)

- w pozycji nr 27 ze szwem z igłą 3/8 koła.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 12**

„Dotyczy zadania nr 16

1. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem z igłą nowszej generacji odwrotnie tnącą dwuwkłęską kosmetyczną o długości nici 75cm”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 13**

„Dotyczy zadania nr 17

1. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 7 ze szwem z igłą podwójną 90cm,”
- w pozycji nr 7 ze szwem o długości 75cm.”
- w pozycji nr 9 ze szwem z igłą 40mm bez określenia wzmocniona, wykonanej z wysokiej jakości stali serii 302.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 14**

„Dotyczy zadania nr 17

2. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakiego rodzaju opakowań oczekuje Zamawiający co pozwoli na przygotowanie oferty zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i umożliwi właściwą ocenę złożonych ofert.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie określa rodzaju opakowań. Wymaga, aby sposób pakowania zapobiegał splątaniu nici.**

**Pytanie 15**

„Dotyczy zadania nr 19

1. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 1 ze szwem w kolorze fioletowym.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

Sporządziła: Ewa Kupis

Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław

e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY  
ŚLĄSK**



**Pytanie 16**

„Dotyczy zadania nr 22 i 23

1. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem z poliglaktyny 910, plecionym, powlekanym poliglaktyna 970 i stearynianem wapnia wchłaniającym się w zależności od grubości szwu między 42-63 dniem od zaimplantowania.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 17**

„Dotyczy zadania nr 22

1. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 4 ze szwem z igłą nowszej generacji odwrótnie-tnącą dwuwkłęską kosmetyczną.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 18**

„Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 30cm, igła 3/8 koła szpatuła?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 19**

„Dotyczy zadania nr 1

1. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 1z igłą podwójną 22 mm lub z igłą pojedynczą 17mm z odpowiednim przeliczeniem wymaganych saszetek.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zadaniu 1 poz. 1 tylko igłą pojedynczą 17 mm z odpowiednim przeliczeniem wymaganych saszetek, zgodnie z zapisem zamieszczonym w „Formularzu cenowym”.**

Ponadto, w związku z pytaniami zadanymi do ww. postępowania oraz zmianą SWZ, Zamawiający w oparciu o art. 135 i art. 137 ustawy Pzp, przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 30.12.2024r., miejsce i godziny pozostają bez zmian. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 29.03.2025r. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIV, XVII, XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Na pozostałe pytania Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

Sporządziła: Ewa Kupis

Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław

e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

