



PCZ/II-ZP/19/2022

Żnin, dn. 19.12.2022 r.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzącego w trybie podstawowym na Dostawę urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie Nr post.: PCZ/II-ZP/19/2022.

Zgodnie z art. 226 ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający - Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o. o., informuje o odrzuceniu **oferty nr 2 - Sterimed Sp z oo ul. Mała 6/208 05-300 Mińsk Mazowiecki.**

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, działając zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do przesłania przedmiotowych środków dowodowych, zgodnie z wymogami SWZ.

Dostarczone przez Wykonawcę dokumenty na wezwanie Zamawiającego, nie potwierdzają jednoznacznie zgodności oferowanych przez Wykonawcę urządzeń z charakterystyką i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SWZ:

a) Sterylizator parowy

- na wezwanie z dnia 08.12.2022 r. Wykonawca złożył wymagany przedmiotowy środek dowodowy (Katalogi urządzeń wydane przez producenta w języku polskim) dla sterylizatora parowego CISA P-640H, natomiast w Załączniku nr 7 - Zestawienie warunków i parametrów technicznych, Wykonawca wpisał w wyznaczonym miejscu typ/model – CISA P-6410E medium.

W Załączniku nr 7 - Zestawienie warunków i parametrów technicznych, Wykonawca wyłącznie potwierdził warunki wymagane, konieczne do spełnienia. W kolumnie „Parametry oferowanego aparatu PODAĆ/OPISAĆ” Wykonawca nie podał oraz nie opisał parametrów.

Przedmiotowy środek dowodowy - CISA P-640H – Opis techniczny nie potwierdza informacji zawartych w Załączniku nr 7 - Zestawienie warunków i parametrów technicznych:

*wymagana szerokość sterylizatora max. 1000 mm – potwierdzono w tabeli 1000 mm. W załączonej ulotce urządzenia na stronie 13 z 18 opisano wersję średnią (medium) z szerokością 1175 mm;

*brak potwierdzenia w karcie katalogowej mocy wytwornicy pary;

*brak potwierdzenia w karcie katalogowej tj. opis oraz zdjęcie wodowskazu wytwornicy pary;

*brak w ulotce informacji o możliwości zasilania drugiego sterylizatora;

*w ulotce na str. 7 stwierdza się, że urządzenie posiada mechaniczną dwustopniową pompę próżniową co jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego oraz udzielonymi odpowiedziami do postępowania;

*brak potwierdzenia w ulotce, że drzwi są pneumatyczne;

*brak określenia czasu trwania programu dla kontenerów, brak potwierdzenia czasu w karcie katalogowej.

W toku badania oferty Zamawiający wykrył szereg niezgodności:

Załącznik nr 7 - Zestawienie warunków i parametrów technicznych - Parametry ogólne:

* nie podano pojemności komory sterylizatora, według portalu WWW.medipment.pl oraz oryginalnej ulotki producenta wymiary komory to 660x660x1000 mm – objętość wynosi 434 l – niezgodne z wymaganiami;

* nie podano grubości komory sterylizatora;

* nie podano jakości stali;

* nie podano trwałości uszczelki;

* nie podano w tabeli ilości programów sterylizacyjnych;

*nie podano ilości możliwych do zapisania cykli.

- w złożonym na wezwanie z dnia 08.12.2022 r. przedmiotowym środku dowodowym - CISA P-640H – Opis techniczny, znajduje się zapis „**CISA zastrzega sobie prawo do zmian charakterystyki sprzętu bez uprzedzenia. Chcielibyśmy również przypomnieć czytelnikom tego dokumentu, że zdjęcia i ilustracje tu zawarte są podane celem przykładu i mogą nie przedstawiać produktu końcowego.**”.



W/w zapis jest niezgodny z zapisami w Specyfikacji Warunków Zamówienia – Rozdział III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 6 : „Oferowane w przetargu urządzenia, muszą spełniać właściwe dla każdego z nich wymogi jakościowe”.

b) Myjnie dezynfektor – a

- brak podania w tabeli (Załącznik nr 7 - Zestawienie warunków i parametrów technicznych) wymiarów i pojemności myjni i komory;
- na stronie producenta WWW.smeg-instruments.com myjnia WD 6010 posiada określone max. 3 pojemniki 5 litrowe i pojemnik 1 litrowy – informacje w wymaganym przedmiotowym środku dowodowym - Karta techniczna – złożonym na wezwanie z dnia 08.12.2022 r. są niezgodne;
- brak potwierdzenia wymaganej długości cyklu dezynfekcji termicznej;
- brak informacji o wadze urządzenia;
- na zdjęciach wyraźny brak przycisków bezpieczeństwa, myjnia bez przycisków bezpieczeństwa nie została dopuszczona w pytaniu nr 14 z dnia 30.11.2022 r.

c) Myjnie dezynfektor – b

- w Załączniku nr 7 - Zestawienie warunków i parametrów technicznych, Wykonawca potwierdza zgodność wymiarów myjni podając wymiary: 690x800x1950 mm (szerokość x głębokość x wysokość), w przedmiotowym środku dowodowym - Karta techniczna – złożonym na wezwanie z dnia 08.12.2022 r. producent podał wymiary myjni : 650x1950x720 mm (szer. x wys. x gł.). Wymiary na stronie producenta WWW.smeg-instruments.com myjnia WD 7010T to 780x800x1950 mm (szer. x gł. x wys.). Myjnia o takich wymiarach jest niezgodna z opisem i wymaganiami Zamawiającego oraz nie zmieści się w miejscu montażu.;
- brak informacji o wadze urządzenia;
- na stronie producenta WWW.smeg-instruments.com myjnia WD 7010T posiada określone max. 3 pojemniki 5 litrowe i pojemnik 1 litrowy – informacje w wymaganym przedmiotowym środku dowodowym - Karta techniczna – złożonym na wezwanie z dnia 08.12.2022 r. są niezgodne;
- na zdjęciach wyraźny brak przycisków bezpieczeństwa, myjnia bez przycisków bezpieczeństwa nie została dopuszczona w pytaniu nr 14 z dnia 30.11.2022 r.;
- brak informacji o możliwości demontażu 4 poziomów mycia.

d) Stacja uzdatniania wody


- na wezwanie z dnia 08.12.2022 r. Wykonawca nie złożył wymaganego przedmiotowego środka dowodowego (Katalogi urządzeń wydane przez producenta w języku polskim). Wykonawca złożył Zamawiającemu ulotki dotyczące części składowych stacji uzdatniania wody.
- brak jednoznacznego potwierdzenia wymaganej wydajności systemu uzdatniania;
- brak jednoznacznego potwierdzenia wymaganego parametru – przewodnictwa wody uzdatnionej;
- brak jednoznacznego potwierdzenia ciśnienia filtratu;
- nie potwierdzony pkt. 13 w Załączniku nr 7 - Zestawienie warunków i parametrów technicznych;
- brak określenia zmiękczacza wody.

Oferta nie spełnia wymagań Zamawiającego.

W związku z powyższym ofertę Wykonawcy **Sterimed Sp z oo ul. Mała 6/208 05-300 Mińsk Mazowiecki**, uznaje się za odrzuconą, na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 .

Pouczenie:

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie Pzp – Dział XXIII „POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ”.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ekonomiczno-administracyjnych

Ewa Galas-Gąsior