

Konin, 07.09.2021 r.

WSZ-EP-20/712/2021

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa sprzętu i aparatury medycznej, modernizacja systemu neuronawigacji”, nr sprawy WSZ-EP-20/2021

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenia o zamówieniu

Działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. – zwanej dalej „*Ustawą Pzp.*”) Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następujący sposób:

I. Treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, zmienia się w następujący sposób:

1. Sposób oraz termin składania ofert - Rozdział XVI. ust. 3 SWZ

Było:

Termin składania ofert upływa dnia **15.09.2021 roku o godz. 08:00.**

Jest:

Termin składania ofert upływa dnia **24.09.2021 roku o godz. 08:00.**

2. Termin otwarcia ofert - Rozdział XVII. ust. 1 SWZ

Było:

Termin otwarcia ofert: **15.09.2021 roku o godz. 11:00.**

Jest:

Termin otwarcia ofert: **24.09.2021 roku o godz. 11:00.**

3. Termin związania ofertą - Rozdział XIV. SWZ

Było:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **13.12.2021 roku.**

Jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **22.12.2021 roku.**

4. Parametry opcjonalne podlegające ocenie opisane w Rozdziale XIX. ust. 3 SWZ w części Pakiet 1 – Dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG (aparat mammograficzny) wraz ze stacją

opisową, adaptacją pomieszczeń i przyłączeniem do HIS – zmiany dokonane zgodnie z odpowiedziami na zapytania w sprawie SWZ.

Było:

Pakiet 1 – Dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG (aparat mammograficzny) wraz ze stacją opisową, adaptacją pomieszczeń i przyłączeniem do HIS

Parametry opcjonalne podlegające ocenie

L.p.	Ocenie podlegać będą następujące parametry	Punktacja
	Automatyka	
1.	Oferowana ilość regionów o największej gęstości ze skanu całego detektora, z których system AEC dobiera parametry ekspozycji min. 1 region	1 region – 0 pkt; 2 regiony i więcej – 2 pkt
2.	Kolimacja automatyczna i kolimacja ręczna	Tak – 2 pkt; Nie - 0 pkt
	Statyw Mammograficzny	
3.	Funkcja parkingowa dla badań MLO – lampa odsuwa się w celu łatwego pozycjonowania pacjenta	Tak – 2 pkt; Nie - 0 pkt
4.	Zestaw do zdjęć powiększonych umożliwiający powiększenie minimum 1,5 x	Współczynnik powiększenia: 1.5x – 0 pkt; 1.5x i 1.8x – 2 pkt
5.	Automatyczne (bez konieczności ingerencji osoby obsługującej) przesuwanie pola promieniowania oraz pozycji płytki uciskowej do formatu obrazowania min. 18 cm x 23 cm wzdłuż dłuższej krawędzi detektora w zależności od wybranej projekcji (w pozycji środkowej dla projekcji CC, w pozycji prawo/lewo dla projekcji MLO)	Tak – 2 pkt; Nie - 0 pkt
	Detektor cyfrowy	
6.	Rozmiar piksela max. 90µm	Mniej niż 75 µm – 2 pkt; Od 75 µm do 90 µm – 0

		pkt
	Tomosynteza	
7.	Czas wykonania skanu tomosyntezy max. 10s	Mniej niż 5s – 2 pkt; Od 5s do 10s – 0 pkt
8.	Możliwość ustawienia głowicy i wykonania badania 3D i pozycji - 180°(detektor na górze, lampa na dole)	Tak – 2 pkt; Nie - 0 pkt
	Stacja Akwizycyjna	
9.	Elektroniczna regulacja wysokości stanowiska	Tak – 2 pkt; Nie - 0 pkt
	Stacja Opisowa Radiologa	
10.	Przeglądania obrazów 3D na stanowisku diagnostycznym w formie płaszczyzn z możliwością łączenia warstw. Możliwość zmiany grubości warstw przez radiologa	Tak – 2 pkt Nie - 0 pkt

Jest:

Pakiet 1 – Dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG (aparat mammograficzny) wraz ze stacją opisową, adaptacją pomieszczeń i przyłączeniem do HIS

Parametry opcjonalne podlegające ocenie

L.p.	Ocenie podlegać będą następujące parametry	Punktacja
	Automatyka	
1.	Oferowana ilość regionów o największej gęstości ze skanu całego detektora, z których system AEC dobiera parametry ekspozycji min. 1 region	1 region – 0 pkt; 2 regiony i więcej – 2 pkt
2. 1.	Kolimacja automatyczna i kolimacja ręczna	Tak – 2 pkt; Nie - 0 pkt
	Statyw Mammograficzny	

3. 2.	Funkcja parkingowa dla badań MLO – lampa odsuwa się w celu łatwego pozycjonowania pacjenta	Tak – 2 pkt; Nie - 0 pkt
4. 3.	Zestaw do zdjęć powiększonych umożliwiający powiększenie minimum 1,5 x	Współczynnik powiększenia: 1.5x – 0 pkt; 1.5x i 1.8x – 2 pkt
5. 4.	Automatyczne (bez konieczności ingerencji osoby obsługującej) przesuwanie pola promieniowania oraz pozycji płytki uciskowej do formatu obrazowania min. 18 cm x 23 cm wzdłuż dłuższej krawędzi detektora w zależności od wybranej projekcji (w pozycji środkowej dla projekcji CC, w pozycji prawo/lewo dla projekcji MLO)	Tak – 2 pkt; Nie - 0 pkt
5.	Minimalna wysokość górnej powierzchni stolika liczona od podłogi (lampa u góry) ułatwiająca badanie pacjentek siedzących na wózkach inwalidzkich (pacjentki, które nie mogą ustać)	Mniejsza i równa 70 cm – 2 pkt; Większa niż 70 cm – 0 pkt
	Detektor cyfrowy	
6.	Rozmiar piksela max. 90 100µm	Mniej niż 75 µm – 2 pkt; Od 75 µm do 90 100 µm – 0 pkt
7.	Grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej	50 mm i mniejsza – 2 pkt; Większa niż 50 mm – 0 pkt
	Tomosynteza	
7. 8.	Czas wykonania skanu tomosyntezy max. 10s	Mniej niż 5s – 2 pkt; Od 5s do 10s – 0 pkt
8.	Możliwość ustawienia głowicy i wykonania badania 3D i pozycji 180° (detektor na górze, lampa na dole)	Tak – 2 pkt; Nie – 0 pkt
9.	Zakres kątowy skanu tomosyntezy	Większy niż 20° - 2 pkt; Mniejszy i równy 20 ° – 0 pkt

	Stacja Akwizycyjna	
9. 10.	Elektroniczna regulacja wysokości stanowiska	Tak – 2 pkt; Nie - 0 pkt
	Stacja Opisowa Radiologa	
10.	Przeглядania obrazów 3D na stanowisku diagnostycznym w formie płaszczyzn z możliwością łączenia warstw. Możliwość zmiany grubości warstw przez radiologa	Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt

II. Treść Załącznika nr 1 do SWZ – FORMULARZ OFERTY – zmiana zapisów dotyczących parametrów opcjonalnych podlegających ocenie w części dotyczącej Pakietu 1 – Dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG (aparat mammograficzny) wraz ze stacją opisową, adaptacją pomieszczeń i przyłączeniem do HIS – zmiany dokonane w związku z odpowiedziami na zapytania w sprawie SWZ – zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 1 do SWZ, który Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania.

III. Treść Załącznika nr 2.1 do SWZ – ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCIOWO-TECHNICZNYCH – zmiana zapisów dotyczących parametrów wymaganych w części dotyczącej Pakietu 1 – Dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG (aparat mammograficzny) wraz ze stacją opisową, adaptacją pomieszczeń i przyłączeniem do HIS – zmiany dokonane w związku z odpowiedziami na zapytania w sprawie SWZ – zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2.1 do SWZ, który Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania.

IV. Treść Załącznika nr 5 do SWZ – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY – zmiany zapisów dokonane w związku z odpowiedziami na zapytania w sprawie SWZ.

Ponadto w Załączniku nr 5 do SWZ w § 4a ust. 3 zdanie drugie Zamawiający, w związku z omyłką pisarską, wykreśla zapis o treści: „wymiana drzwi ołowianych”. W związku z tym § 4a ust.3 Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, otrzymuje brzmienie:

*”3. Wykonawca zobowiązuje się do wszelkich pozostałych prac niezbędnych do instalacji, uruchomienia i użytkowania aparatu z zachowaniem jego wszystkich funkcji opisanych w SWZ, w tym wymaganą przepisami prawa ochronę radiologiczną. Do czynności tych zalicza się wykonanie osłon stałych, **wykonanie badań skuteczności osłon stałych**, ~~wymiana drzwi ołowianych~~, wykonanie testów specjalistycznych i odbiorczych, integrację z posiadanym systemem informatycznym HIS. Z przeprowadzonych prac wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą potwierdzającą zakres przeprowadzonych czynności, kwalifikacje zawodowe osób je wykonujących, użytych materiałów, wykonania testów, pomiarów etc.”*

Zmodyfikowany Załącznik nr 5 do SWZ Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania.

V. Zamawiający dodaje Załącznik nr 7 do SWZ – UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – załącznik dotyczy Pakietu 1. Załącznik nr 7 do SWZ Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania.

VI. Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania pliki pdf.: *Opis str. 3, Projekt ochrony radiologicznej, Projekt techniczny bud.B, Rys. bud. B Zakład Diagnostyki Obrazowej*, które stanowią informacje uzupełniające do odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ.

Informacje uzupełniające

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.