



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PIŁA

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1

Sekretariat
Centrala
Fax
e-mail:

67 210 62 05
67 210 66 66
67 212 40 85
kancelaria@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 09.10.2024 roku

FZP.III-241/89/24

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**NARZĘDZIA DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH I CHIRURGII OGÓLNEJ**”

Szpital Specjalistyczny w Piła informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

Prosimy o wyjaśnienie, czy podane niżej parametry narzędzi, przy pełnym zachowaniu funkcjonalności, nie stanowią problemu dla Zamawiającego, a naszej firmie umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

Zadanie 1:

ELEWATOR Z RASPATOREM TYP FREER DWUSTRONNY TĘPO/OSTRY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZYCH OD 2 DO 4 MM DŁUGOŚĆ 180 MM

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 2.

Prosimy o wyjaśnienie, czy podane niżej parametry narzędzi, przy pełnym zachowaniu funkcjonalności, nie stanowią problemu dla Zamawiającego, a naszej firmie umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

Zadanie 2:

1

ODGRYZACZ KOSTNY TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, CIENKA STOPKA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1MM, OTWARCIE SZCZĘKI 13MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 200MM, ROZKŁDANY Z WYPYCHACZEM ORAZ Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM. W UCHWYCIU JEDNOELEMENTOWA SPRĘŻYNA BEZ POŁĄCZEŃ PRZEGUBOWYCH. TRANSPARENTNE OZNAKOWANIE ROZMIARU (DŁUGOŚĆ ROBOCZA I SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ) NA GÓRNEJ CZĘŚCI NARZĘDZIA. DEMONTAŻ NARZĘDZIA MOŻLIWY ZA POMOCĄ JEDNEJ DZWIGNI OZNAKOWANEJ KOLOREM ŻŁOTYM

2

ODGRYZACZ KOSTNY TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, CIENKA STOPKA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2MM, OTWARCIE SZCZĘKI 13MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 200MM, ROZKŁDANY Z WYPYCHACZEM ORAZ Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM. W UCHWYCIU JEDNOELEMENTOWA SPRĘŻYNA BEZ POŁĄCZEŃ PRZEGUBOWYCH. TRANSPARENTNE OZNAKOWANIE ROZMIARU (DŁUGOŚĆ ROBOCZA I SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ) NA GÓRNEJ CZĘŚCI NARZĘDZIA. DEMONTAŻ NARZĘDZIA MOŻLIWY ZA POMOCĄ JEDNEJ DZWIGNI OZNAKOWANEJ KOLOREM ŻŁOTYM

3

ODGRYZACZ KOSTNY TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, CIENKA STOPKA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 3MM, OTWARCIE SZCZĘKI 13MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 200MM, ROZKŁDANY Z WYPYCHACZEM ORAZ Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM. W UCHWYCIU JEDNOELEMENTOWA SPRĘŻYNA BEZ POŁĄCZEŃ PRZEGUBOWYCH. TRANSPARENTNE OZNAKOWANIE ROZMIARU (DŁUGOŚĆ ROBOCZA I SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ) NA GÓRNEJ CZĘŚCI NARZĘDZIA. DEMONTAŻ NARZĘDZIA MOŻLIWY ZA POMOCĄ JEDNEJ DZWIGNI OZNAKOWANEJ KOLOREM ŻŁOTYM

4

ODGRYZACZ KOSTNY TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, CIENKA STOPKA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 4MM, OTWARCIE SZCZĘKI 13MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 200MM, ROZKŁDANY Z WYPYCHACZEM ORAZ Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM. W UCHWYCIU JEDNOELEMENTOWA SPRĘŻYNA BEZ POŁĄCZEŃ PRZEGUBOWYCH. TRANSPARENTNE OZNAKOWANIE

ROZMIARU (DŁUGOŚĆ ROBOCZA I SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ) NA GÓRNEJ CZĘŚCI NARZĘDZIA. DEMONTAŻ NARZĘDZIA MOŻLIWY ZA POMOCĄ JEDNEJ DZWIGNI OZNAKOWANEJ KOLOREM ŻŁOTYM

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 3.

Prosimy o wyjaśnienie, czy podane niżej parametry narzędzi, przy pełnym zachowaniu funkcjonalności, nie stanowią problemu dla Zamawiającego, a naszej firmie umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

Zadanie 5:

1

HACZYK DIAGNOSTYCZNY TYPU CASPAR ZAKRZYWIONY POD KĄTEM 90 ° TĘPO ZAKOŃCZONY DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 245MM GŁĘBOKOŚĆ 4 MM LUB 6 MM UCHWYT OKRĄGŁY

3

HACZYK DIAGNOSTYCZNY TYPU CASPAR ZAKRZYWIONY POD KĄTEM 90 ° TĘPO ZAKOŃCZONY DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 245MM GŁĘBOKOŚĆ 8 MM UCHWYT OKRĄGŁY

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 4.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8:

1. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w terminie określonym w § 6 ust. 3, a także w przypadku naruszeń postanowień § 6 ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości umownej brutto niedostarczonej części zadania, za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości umownej niedostarczonej części zadania brutto.

2. Zamawiający uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości wadliwej części umownej zadania brutto o której mowa w § 4 ust. 2,

a) za każdy dzień zwłoki w podejmowaniu napraw objętych gwarancją w odniesieniu do terminu, o którym mowa w § 6 ust. 15 niniejszej umowy,

b) za każdy dzień zwłoki w naprawie gwarancyjnej sprzętu w odniesieniu do terminu, o którym mowa w § 6 ust. 17 niniejszej umowy.

c) za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu, o którym mowa w § 6 ust. 19 niniejszej umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub Zamawiającego druga strona może dochodzić od strony winnej kary umownej w wysokości 10% wartości umownej niezrealizowanej części zadania brutto.

4. Dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 2 podlegają udostępnieniu na każde żądanie Zamawiającego w terminie 4 dni roboczych od wezwania Zamawiającego. W przypadku niedostarczenia przedmiotowych dokumentów w terminie określonym w zdaniu 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 5.

dotyczy zadania nr 8 poz.41

Czy Zamawiający dopuści młotek laryngologiczny Hajek o dł.20cm, o śr.27mm, o wadze 160 g ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 6.

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ

ZADANIE NR 2 – ODGRYZACZE TYPU KERRISON

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pełni równoważny, o identycznych lub zbliżonych parametrach, następujący zestaw: ODGRYZACZE TYPU KERRISON

1	ODGRYZACZ KOSTNY TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, CIENKA STOPKA , SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1MM, OTWARCIE SZCZĘKI 10MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 200MM, ROZKŁDANY Z WYPYCHACZEM ORAZ Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM. W UCHWYCI SPRĘŻYNA Z KONTROLĄ
---	--

	DOCISKU. TRANSPARENTNE OZNAKOWANIE ROZMIARU (DŁUGOŚĆ ROBOCZA I SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ) NA GÓRNEJ CZĘŚCI NARZĘDZIA. ROZKŁADANIE NARZĘDZIA MOŻLIWE ZA POMOCĄ JEDNEJ DZWIGNI OZNAKOWANEJ KOLOREM ŻŁOTYM
2	ODGRYZACZ KOSTNY TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, CIENKA STOPKA , SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2MM, OTWARCIE SZCZĘKI 10MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 200MM, ROZKŁADANY Z WYPYCHACZEM ORAZ Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM. W UCHWYCI SPRĘŻYNA Z KONTROLĄ DOCISKU. TRANSPARENTNE OZNAKOWANIE ROZMIARU (DŁUGOŚĆ ROBOCZA I SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ) NA GÓRNEJ CZĘŚCI NARZĘDZIA. ROZKŁADANIE NARZĘDZIA MOŻLIWE ZA POMOCĄ JEDNEJ DZWIGNI OZNAKOWANEJ KOLOREM ŻŁOTYM
3	ODGRYZACZ KOSTNY TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, CIENKA STOPKA , SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 3MM, OTWARCIE SZCZĘKI 10MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 200MM, ROZKŁADANY Z WYPYCHACZEM ORAZ Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM. W UCHWYCI SPRĘŻYNA Z KONTROLĄ DOCISKU. TRANSPARENTNE OZNAKOWANIE ROZMIARU (DŁUGOŚĆ ROBOCZA I SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ) NA GÓRNEJ CZĘŚCI NARZĘDZIA. ROZKŁADANIE NARZĘDZIA MOŻLIWE ZA POMOCĄ JEDNEJ DZWIGNI OZNAKOWANEJ KOLOREM ŻŁOTYM
4	ODGRYZACZ KOSTNY TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, CIENKA STOPKA , SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 4MM, OTWARCIE SZCZĘKI 10MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 200MM, ROZKŁADANY Z WYPYCHACZEM ORAZ Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM. W UCHWYCI SPRĘŻYNA Z KONTROLĄ DOCISKU. TRANSPARENTNE OZNAKOWANIE ROZMIARU (DŁUGOŚĆ ROBOCZA I SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ) NA GÓRNEJ CZĘŚCI NARZĘDZIA. ROZKŁADANIE NARZĘDZIA MOŻLIWE ZA POMOCĄ JEDNEJ DZWIGNI OZNAKOWANEJ KOLOREM ŻŁOTYM

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 7.

ZADANIE NR 3 – ODGRYZACZE TYPU RONGEUR

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w pełni równoważny, o identycznych lub zbliżonych

parametrach, następujący zestaw: ODGRYZACZE TYPU RONGEUR	
1	ODGRYZACZ TYPU RONGEUR, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 185MM, SZCZĘKI STANDARDOWE PROSTE SZER. 2MM, CZĘŚCIOWO ZĄBKOWANE, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI CHWYTNEJ 10MM. TRANSPARENTNE OZNAKOWANIE ROZMIARU (DŁUGOŚĆ ROBOCZA I SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ) NA GÓRNEJ CZĘŚCI NARZĘDZIA. NIEROZBIERALNE
2	ODGRYZACZ TYPU RONGEUR, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 185MM, SZCZĘKI STANDARDOWE PROSTE SZER. 2MM, CZĘŚCIOWO ZĄBKOWANE, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI CHWYTNEJ 10MM. TRANSPARENTNE OZNAKOWANIE ROZMIARU (DŁUGOŚĆ ROBOCZA I SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ) NA GÓRNEJ CZĘŚCI NARZĘDZIA. NIEROZBIERALNE
3	ODGRYZACZ TYPU RONGEUR, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 185MM, SZCZĘKI STANDARDOWE PROSTE SZER. 3MM, CZĘŚCIOWO ZĄBKOWANE, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI CHWYTNEJ 10MM. TRANSPARENTNE OZNAKOWANIE ROZMIARU (DŁUGOŚĆ ROBOCZA I SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ) NA GÓRNEJ CZĘŚCI NARZĘDZIA. NIEROZBIERALNE
4	ODGRYZACZ TYPU RONGEUR, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 185MM, SZCZĘKI STANDARDOWE PROSTE SZER. 4MM, CZĘŚCIOWO ZĄBKOWANE, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI CHWYTNEJ 10MM. TRANSPARENTNE OZNAKOWANIE ROZMIARU (DŁUGOŚĆ ROBOCZA I SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ) NA GÓRNEJ CZĘŚCI NARZĘDZIA. NIEROZBIERALNE

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza