



ZZP.2380.68.2024

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.: **Dostawa i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu**

Informuję<sup>1</sup>, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SWZ. Zamawiający przytacza poniżej treść zapytań i udziela odpowiedzi.

**Pytanie nr 1**

Dotyczy pkt 7.1.1 SWZ.

Czy Zamawiający dopuści 2 dostawy oświetlaczy kryminalistycznych o łącznej kwocie 450 000,00 pln brutto w ciągu ostatnich trzech lat, jako spełnienie warunku dotyczącego zdolności zawodowej Wykonawcy?

**Odpowiedź**

Mając na uwadze powyższe zapytanie Zamawiający dokonuje zmiany<sup>2</sup> w treści SWZ i nadaje pkt. 7.1.1 nowe brzmienie:

„7.1.1 Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, w przypadku składania oferty do części nr 1 „Oświetlacz kryminalistyczny” - wykonał w ciągu ostatnich 3 lat dwie dostawy oświetlaczy kryminalistycznych o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 450 000,00 zł.”

**Pytanie nr 2**

Dotyczy części nr 6, pkt 6.2.18 OPZ.

Czy zamawiający dopuści wykreślenie z ww. punktu sformułowania „wzorzec kalibracyjny”?

**Odpowiedź**

Zamawiający dokonuje zmiany<sup>2</sup> w treści SWZ w zakresie OPZ dla części nr 6 i nadaje pkt 6.2.18 nowe brzmienie:

„6.2.18 w zestawie musi znajdować się ładowarka oraz kabel do ładowania spektrometru, białe lustro referencyjne stanowiące wzorzec kalibracyjny, szkło szafirowe będące jednocześnie okienkiem ochronnym na optykę, wzmocniona walizka transportowa”

**Pytanie nr 3**

Dotyczy części nr 6, pkt 6.2.18 OPZ.

Czy zamawiający dopuści wykreślenie z ww. punktu następujące sformułowanie: „okienko ochronne na optykę”?

**Odpowiedź**

Odpowiedź na pytanie zawarta została w odpowiedzi na pytanie nr 2.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści zmianę całego punktu 6.3.1 i zastąpienie go następującą treścią:

„6.3.1 urządzenie powinno być dostarczone z tabletem spełniającym wymagania: 6.3.1.1 tablet o parametrach:

przekątna ekranu 11 cali,

procesor Snapdragon,

wielkość pamięci RAM 8 GB,

pojemność dysku SSD 128 GB,

złącza 1x USB Typ-C,

komunikacja Bluetooth,

Wi-Fi 5, system operacyjny Android 13,

typ akumulatora litowo-polimerowy,

6.3.1.2. dedykowane oprogramowanie w języku polskim lub angielskim umożliwiające wyświetlanie wyników, z dostępem do biblioteki i bazy danych z nieograniczonym dostępem i dożywotnią ich aktualizacją;

<sup>1</sup> podstawa prawna - art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej „ustawą”

<sup>2</sup> podstawa prawna - art. 137 ust. 1 i 2 ustawy

- 6.3.1.3 oprogramowanie spektrometru musi posiadać możliwość identyfikacji minimum 3 substancji w mieszaninach,  
6.3.1.4 spektrometr jak i oprogramowanie musi umożliwiać analizę ilościową co najmniej: marihuany, kokainy, MDMA, heroiny, amfetaminy i ketaminy”?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dokonuje zmiany<sup>2</sup> treści SWZ w zakresie OPZ dla części nr 6 i nadaje pkt 6.3 nowe brzmienie:

#### **„6.3 Stacja robocza:**

- 6.3.1 urządzenie powinno być dostarczone z tabletem spełniającym wymagania:
- 6.3.1.1 tablet wyposażony w:
    - 6.3.1.1.1 procesor co najmniej 8 rdzeniowy,
    - 6.3.1.1.2 pamięć operacyjną co najmniej 8 GB RAM,
    - 6.3.1.1.3 pamięć wewnętrzną flash co najmniej 128 GB
    - 6.3.1.1.4 zintegrowany w obudowie Bluetooth min. 5.0,
    - 6.3.1.1.5 zintegrowaną w obudowie kartą WiFi w wersji co najmniej 5,
    - 6.3.1.1.6 złącze USB typ C,
    - 6.3.1.1.7 ekran co najmniej 11 cali, Multi-touch 10 punktowy,
    - 6.3.1.1.8 pojemność baterii co najmniej 9000 mAh,
    - 6.3.1.1.9 system operacyjny Android w wersji co najmniej 13,
  - 6.3.1.2 tablet musi być wyposażony w dedykowane etui z automatycznym usypianiem i wybudzaniem wyposażone w klawiaturę bez ręcznego parowania lub dodatkowego zasilania i z touchpadem;
  - 6.3.1.3 kable lub adapter, umożliwiające zasilanie z gniazda samochodowego,
  - 6.3.1.4 okablowanie umożliwiające połączenie urządzenia z tabletem,
  - 6.3.1.5 drukarka przenośna, atramentowa wraz z czterema zestawami zapasowych oryginalnych kartidży dedykowanych do dostarczonej drukarki z niezbędnym okablowaniem,
  - 6.3.1.6 dedykowane oprogramowanie w języku polskim lub angielskim z pełnymi polskimi instrukcjami i pracujące pod polskojęzycznym systemem operacyjnym (w najnowszej wersji z dożywością licencją) umożliwiające obróbkę otrzymanych wyników i tworzenie raportów oraz ich wydruk oraz musi mieć wgrane/dostęp do bibliotek i bazy danych z nieograniczonym dostępem i dożywością ich aktualizacją,
  - 6.3.1.7 oprogramowanie spektrometru musi posiadać możliwość identyfikacji minimum 3 substancji w mieszaninach,
  - 6.3.1.8 spektrometr jak i oprogramowanie musi umożliwiać analizę ilościową co najmniej: marihuany, kokainy, MDMA, heroiny, amfetaminy i ketaminy”.

#### **Pytanie nr 5**

Dotyczy pkt. 7.1.6 SWZ.

Czy w przypadku składania oferty do części nr 6 „Podręczny spektrometr NIR do identyfikacji narkotyków” jako warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Zamawiający rozszerzy warunek i dopuści jako dowód dostawę podręcznego spektrometru FTIR lub Raman wykonaną w ciągu ostatnich 3 lat o wartości brutto nie mniejszej niż 90 000 zł?

#### **Odpowiedź**

Mając na uwadze powyższe zapytanie Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ i nadaje pkt. 7.1.1 nowe brzmienie:

„7.1.6 Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, w przypadku składania oferty do części nr 6 „Podręczny spektrometr NIR do identyfikacji narkotyków” - wykonał w ciągu ostatnich 3 lat jedną dostawę podręcznego spektrometru FTIR lub Raman lub NIR do identyfikacji narkotyków, o wartości brutto nie mniejszej niż 90 000,00 zł”.

#### **Pytanie nr 6**

Dotyczy części nr 13 OPZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji w języku angielskim?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dokonuje zmiany<sup>3</sup> treści SWZ w zakresie OPZ dla części nr 13 i nadaje pkt 13.3.3 nowe brzmienie:

„13.3.3 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletną dokumentację techniczną oraz instrukcje użytkownika z zakresu obsługi sprzętu i oprogramowania, w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym, w języku polskim lub angielskim”.

#### **Pytanie nr 7**

Dotyczy części nr 9 OPZ

Czy Zamawiający dopuści komputer o poniższych parametrach:

- Dell OptiPlex XE4, OEM-Ready Mini -Tower
- Procesor 12-stej Gen Intel Core i5-12500 (6 Cores/18MB/3.0GHz to 4.6GHz/65W); 12 Core = 8 P-Core, 4 E-Core

<sup>3</sup> podstawa prawna - art. 137 ust. 1 i 2 ustawy

- Pamięć RAM 32GB (2 x 16G) DDR5 Non-ECC Memory
- System operacyjny Windows 10 IoT 2021 LTSC - Custom PerkinElmer Image
- Dysk 1TB PCIe NVME Class 40 SSD
- Zintegrowana karta graficzna

**Porty przód:**

- USB 3.2 Gen 2x2 Type-C Port
- USB 2.0 port with PowerShare
- USB 2.0 Port
- USB 3.2 Gen 2 port
- Universal audio jack

**Porty tył:**

- USB 3.2 Gen 1 po
- USB 2.0 ports with Smart Power On
- RJ45 Ethernet port
- DisplayPort 1.4a ports

**Odpowiedź**

Zamawiający dokonuje zmiany<sup>2</sup> treści SWZ w zakresie OPZ dla części nr 9 i nadaje pkt 9.4 nowe brzmienie:

„pkt 9.4 Stacja robocza:

- 9.4.1 chromatograf musi być dostarczony wraz ze stacją roboczą kompatybilną z zestawem GC spełniająca wymagania:
- 9.4.1.1 komputer:
- 9.4.1.1.1 procesor wielordzeniowy 12-tej generacji, zgodny z architekturą x64 posiadający co najmniej 12 rdzeni fizycznych,
  - 9.4.1.1.2 dysk twardy SSD o pojemności minimum 1000 GB (system operacyjny, oprogramowanie),
  - 9.4.1.1.3 pamięć operacyjna RAM minimum 32 GB DDR5,
  - 9.4.1.1.4 co najmniej 4 porty USB, w tym co najmniej dwa USB 3.0,
  - 9.4.1.1.5 interfejs HDMI i/lub Display Port,
  - 9.4.1.1.6 system operacyjny Windows 10 64-bit w wersji polskiej lub angielskiej z licencją lub równoważny zgodnie z pkt 14.1
- 9.4.1.2 monitor o przekątnej ekranu minimum 27", rozdzielczości nominalnej co najmniej 2560 na 1440 pikseli, QHD,
- 9.4.1.3 klawiaturę QWERTY z 12 klawiszami funkcyjnymi i 4 klawiszami strzałek,
- 9.4.1.4 mysz optyczna USB (3 przyciski, rolka przewijania),
- 9.4.1.5 kolorową drukarkę laserową z wyświetlaczem LCD, z możliwością automatycznego drukowania dwustronnego z interfejsem sieciowym wraz z czterema zestawami zapasowych oryginalnych tonerów dedykowanych do dostarczonej drukarki,
- 9.4.1.6 dysk twardy zewnętrzny min. 8TB;
- 9.4.1.7 oprogramowanie biurowe Microsoft Office Professional 2021 lub równoważny zgodnie z pkt 14.2;
- 9.4.2 oprogramowanie PC sterujące systemem pracą chromatografu w języku polskim lub angielskim z pełnymi polskimi instrukcjami i pracujące pod polskojęzycznym systemem operacyjnym (w najnowszej wersji z dożywotnią licencją), sterujące pracą, umożliwiające pełną kontrolę zestawu, analizę ilościową i jakościową, raportowanie wyników z wykorzystaniem gotowych raportów lub modyfikowanych i tworzonych z poziomu oprogramowania;
- 9.4.3 system GC musi posiadać oprogramowanie chromatograficzne umożliwiające zbieranie i przetwarzanie danych, sterowanie chromatografem, z pełnymi polskimi instrukcjami, zapewniająca bezawaryjną i płynną pracę aparatury oraz kompatybilność wszystkich jej podzespołów".

**Pytanie nr 8**

Dotyczy części nr 9 OPZ.

Czy Zamawiający dopuści anglojęzyczny system operacyjny Windows?

Język oprogramowania podyktowany jest zapewnieniem płynnej i bezproblemowej pracy systemu sterującego pracą chromatografu.

**Odpowiedź**

Zgodnie z pkt 14 OPZ Zamawiający dopuszcza anglojęzyczny system operacyjny.

Wyk. w 1 egz.

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Opr. Jolanta Gałka – Tejszerska, tel 47 77 127 52.

**KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI**  
w Poznaniu  
**Z up. ZASTĘPCA**  
**KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI**  
w Poznaniu  
**ml insp. Violetta Mójta**