

Wrocław, dnia 07.09.2021r.

Numer sprawy: 43/P/21

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa paneli alergologicznych wraz z dzierżawą sprzętu do elektronicznej oceny wyników testów alergologicznych – część II”.**

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław działając jako Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na zadane do niniejszego postępowania pytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów paskowych do diagnostyki alergii, w których zamiast membran nitrocelulozowych zostały indywidualnie dobrane membrany dla każdego alergenu? Proponowane testy charakteryzują się wyższą specyficznością.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów paskowych do diagnostyki alergii, w których zamiast membran nitrocelulozowych zostały indywidualnie dobrane membrany dla każdego alergenu.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiającemu w części tabeli formularza asortymentowo – cenowego „Profile alergenów specjalistyczne - min. 20 alergenów dla poz. 1-5 (wybór profilu alergenów w zależności od potrzeb)” w pozycji opisanej pod numerem 2 i 4 chodziło o tymotkę łąkową?

Odpowiedź nr 2:

W załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy, Zamawiający wymaga zaoferowania w poz. 2 i 4 Profili alergenów specjalistycznych - min. 20 alergenów, profili zawierających tymotkę łąkową. W załączeniu poprawiony załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo – cenowy.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie numeru seryjnego sprzętu w zał. nr 3 podczas podpisywania protokołu zdawczo-odbiorczego? Oferowany sprzęt będzie fabrycznie nowy, zamawiany specjalnie na potrzeby bieżącego postępowania, w związku z czym na etapie przygotowywania/ składania oferty numery seryjne urządzeń nie są nam znane.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie numerów seryjnych oferowanego sprzętu w chwili przekazania go Zamawiającemu.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający mając wybór profilu alergenów w zależności od potrzeb (dotyczy pozycji: Profile alergenów wziewnych - min. 10 alergenów, Profile alergenów specjalistyczne - min. 20 alergenów

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



dla poz. 1-5) wyrazi zgodę na podanie w kolumnie „F” Tabela A, łącznej, niepodzielnej w równych częściach na pozycje ilości opakowań zabezpieczającej wykonanie wymaganej liczby oznaczeń?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w kolumnie F tabeli A załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, łącznej ilości opakowań zabezpieczającej wykonanie przez Zamawiającego wymaganej liczby oznaczeń dla danej grupy profili alergenów. Jednocześnie w kolumnach J i K należy wówczas podać łączną wartość netto / brutto dla danej grupy profili alergenów.

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”

