



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W OPOLU

45 - 372 Opole, ul. Kośnego 55
tel. centrala 77 4410 600, 774410700
sekretariat 77 4410 820, fax 774410821

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000009878 Regon: 000292103 NIP: 754-25-54-112

Opole, dn. 09.11.2022r.

L.dz. 932/DO/2022

Nr sprawy: ZP 8/2022

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa radiatora do napromieniowania krwi i jej składników z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego X**

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp unieważnia ww. postępowanie.

W ww. postępowaniu złożone zostały dwie oferty:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena [PLN]	Gwarancja [mies.]	Czas usunięcia awarii [dni]
1	HAEMO Sp. z o.o.	1 388 700,00	60	3
2	Radiotherapy Accessories Sp. z o.o.	2 413 755,00	60	4

W toku badania ofert stwierdzono:

Oferta nr 1 – z dokumentów przedmiotowych złożonych wraz z ofertą nie wynikało jednoznacznie, czy oferowany radiator pracuje w wymaganym przez Zamawiającego systemie zamkniętym. Dokumenty przedmiotowe wskazywały, że system zamknięty jest opcjonalny. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o udzielenie wyjaśnień i przesłanie dokumentów przedmiotowych. W dn. 03.11.2022 r. Wykonawca przesłał wyjaśnienia, z których wynika, że oferowany radiator pracuje w systemie zamkniętym dopiero po wyposażeniu go w agregat chłodniczy.

Wobec powyższego ustalono, że radiator przedstawiony w ofercie, w wersji podstawowej, nie pracuje w obiegu zamkniętym, co nie spełnia wymagań Zamawiającego. Wykonawca do swojej oferty, z którą Zamawiający zapoznał się po otwarciu ofert w dn. 17.10.2022 r., nie dołączył jakichkolwiek dokumentów



www.rckik-opole.com.pl
sekretariat@rckik-opole.com.pl



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W OPOLU

45 - 372 Opole, ul. Kośnego 55
tel. centrala 77 4410 600, 774410700
sekretariat 77 4410 820, fax 774410821

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000009878 Regon: 000292103 NIP: 754-25-54-112

świadczących o tym, że oprócz zaoferowanego radiatora oferuje również agregat chłodniczy w celu zapewnienia pracy radiatora w systemie zamkniętym. Deklaracja, że urządzenie zostanie wyposażone w agregat chłodniczy pojawia się dopiero w wyjaśnieniach z dn. 02.11.2022 r. (data wpływu 03.11.2022 r.) co stanowi zmianę treści oferty i jest niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 223 ust. 1 Pzp). Zmiana treści oferty jest przesłanką do odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 Pzp, w związku z czym Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez firmę HAEMO Sp. z o.o. jako niezgodną z przepisami ustawy.

Oferta nr 2 – wraz z ofertą Wykonawca złożył oświadczenie, że oferowane przez niego etykiety promienioczułe będą posiadały termin ważności w momencie dostawy nie krótszy niż 16 miesięcy, podczas gdy Zamawiający w pkt 37 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) wymagał dostarczenia etykiet z terminem ważności w momencie dostawy nie krótszym niż 18 miesięcy co jest niezgodne z warunkami zamówienia i jest przesłanką do odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp, w związku z czym Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez firmę Radiotherapy Accessories Sp. z o.o. jako niezgodną z warunkami zamówienia.

Z uwagi na fakt, że wszystkie złożone oferty zostały odrzucone postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 Pzp.

Pouczenie

Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ww. Ustawy.

Sporządziła: Hanna Siuta

