

STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 21 listopada 2023r.

OR-VII.272.3.7.2023

Wykonawcy

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Działając zgodnie z dyspozycją art. 284 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 19 września 2019r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), w odpowiedzi na złożone zapytania w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 na realizację zadania pn. „**DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOŻENKOWIE I DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KORONOWIE**” (ID 846056) Zamawiający informuje, co następuje:

Pytanie nr 1 z dnia 14.11.2023

1. Czy dopuszczają Państwo składanie ofert częściowych?
2. Nie otwierają się niektóre załączniki w postępowaniu, tj.:
Ogłoszenie o zamówieniu.pd SWZ_wersja z dostępnością.pdf
3. Czy w przypadku osprzętu do kabiny Ugul wymagają Państwo montażu ?

Odpowiedź na zapytanie

Ad.1 Zamawiający, zgodnie z zapisem SWZ rozdział I punkt 2 podpunkt 5, dopuszcza składanie ofert częściowych, na jedną lub więcej wybranych części (także na wszystkie części).

Ad 2 Jeżeli pojawia się problem z otwarciem załączników w postępowaniu, proszę spróbować otworzyć w innej przeglądarce.

Ad. 3 Zamawiający nie wymaga montażu osprzętu do kabiny Ugul.

Pytanie 2 z dnia 16.11.2023

Czy zamawiający w części nr 5 oraz 20 „Łóżko rehabilitacyjne,, dopuści łóżka rehabilitacyjne z pojedynczymi kołami jezdnymi z hamulcem? Podwójne koła jezdne stosuje się w łóżkach bariatrycznych które mają udźwig 250kg , standardowe łóżka do 175kg posiadają koła jezdne pojedyncze. Koła podwójne jako opcja podniosą cenę łóżka , a są zbędne przy standardowych łóżkach o wymiarach leża 90x200cm.

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający informuje, iż dopuszcza łóżka rehabilitacyjne z pojedynczymi kołami jezdnymi z hamulcem.

STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY

Pytanie 3 z dnia 16.11.2023

Część 5

Łóżko rehabilitacyjne z materacem – 8 sztuk

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne z materacem, które posiada barierki drewniane opuszczane poniżej poziomu materaca oraz 4 pojedyncze koła blokowane indywidualnie ?

Część 20

Łóżko rehabilitacyjne z materacem – 3 sztuk

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne z materacem, które posiada barierki drewniane opuszczane poniżej poziomu materaca oraz 4 pojedyncze koła blokowane indywidualnie ?

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający informuje, że dopuszcza w części 5 i 20 łóżka rehabilitacyjne z materacem, które posiadają barierki drewniane opuszczane poniżej poziomu materaca oraz 4 pojedyncze koła blokowane indywidualnie.

Pytanie nr 4 z dnia 16.11.2023

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 31.12.2023 r. ? Obecny okres jest bardzo intensywny i producenci mają znacznie wydłużony termin realizacji zamówień.

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminy realizacji zamówienia. Maksymalny termin realizacji zamówienia to 15.12.2023r.

Pytanie nr 5 z dnia 17.11.2023

Chciałbym zadać następujące pytania odnośnie łóżka rehabilitacyjnego.

Czy dopuszczacie Państwo pojedyncze koła o średnicy 75mm?

Czy poręcze mogą być opuszczane tylko poniżej materaca ale nie poniżej leża?

Czy termin realizacji wysyłki może zostać wydłużony do końca stycznia? Fakturowanie może być oczywiście wykonane szybciej.

Pozdrawiam

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżka rehabilitacyjne z pojedynczymi kołami o średnicy 75mm z poręczami opuszczonymi tylko poniżej materaca.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminy realizacji zamówienia. Maksymalny termin realizacji zamówienia to 15.12.2023r.

STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY

Pytanie nr 6 z dnia 17.11.2023

Mam pytanie dotyczące:

części 23. Inhalator pneumatyczny sterowany oddechem.

Jest to sprzęt medyczny niewielkich gabarytów - 1 sztuka, czy Zamawiający dopuści dostawę inhalatora za pośrednictwem kuriera ?

Jeżeli Zamawiający będzie potrzebował szkolenia z obsługi, jesteśmy w stanie przeprowadzić dowolną ilość szkoleń w systemie online.

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający dopuszcza wysyłkę kurierem pozycji, które nie wymagają montażu. Zamawiający przed wysyłką prześle Wykonawcy protokół odbioru, który będzie należało podpisać i wysłać wraz ze sprzętem.

Pytanie nr 7 z dnia 17.11.2023

1. Dotyczy części 12, punkt 3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny koncentrator o maksymalnym stężeniu tlenu do 96% przy przepływie w zakresie minimum 2 l – 10 l/min?
2. Dotyczy części 12, punkt 8. Czy Zamawiający może doprecyzować co rozumie przez pojęcie „Wskaźnik czystości tlenu”?
3. Dotyczy części 12, punkt 5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny koncentrator o poborze mocy poniżej 660W?
4. Dotyczy części 15, punkt 4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak renomowanego producenta o min. maksymalnym przepływie 27 l/min?
5. Dotyczy części 15, punkt 5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak renomowanego producenta z możliwością regulacji ssania w sposób ciągły do minimalnego poziomu maksymalnie 78 kPa (+/- 5 kPa)?

Odpowiedź na zapytanie

- Ad. 1 Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny koncentrator o maksymalnym stężeniu tlenu do 96% przy przepływie w zakresie minimum 2 l – 10 l/min.
- Ad. 2 Zamawiający zmienia omyłkową nazwę „Wskaźnik czystości tlenu” na „Wskaźnik przepływu tlenu”.
- Ad. 3 Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny koncentrator o poborze mocy poniżej 500 – 750 W.
- Ad. 4 Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak renomowanego producenta o min. maksymalnym przepływie 27 l/min.

STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY

Ad. 5 Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak renomowanego producenta z możliwością regulacji ssania w sposób ciągły do minimalnego poziomu maksymalnie 78 kPa (+/- 5 kPa).

W związku z powyższymi zmianami, ulegają zmianie załączniki nr 4-5, 4-12, 4-15, 4-20 w formularzu cenowym/przedmiocie zamówienia. Na wskazane części zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia zmodyfikowanego formularza cenowego/przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

Modyfikacja_Załącznik_4_formularz cenowy/przedmiot zamówienia

Podpisał Sekretarz Powiatu Leszek Czerkowski