



WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu do pracowni endoskopii, znak sprawy ZP-24-044BN.

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, SPSKM jako Zamawiający udziela następującej odpowiedzi :

Pytanie 1, Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści: Jednorazowy ustnik endoskopowy z opaską elastyczną, otwór 22mm x 30mm?

Odp: Zamawiający dopuszcza otwór ustnika 22mm x 30mm.

Zgodnie z art. 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Było: „ otwór 25mm x 22mm ”.

Jest: „ otwór 21-23mm x 22-30mm ”.

Skorygowany Pakiet nr 1 w załączeniu.

UWAGA!!! Złożenie wraz z ofertą formularza asortymentowo – cenowego dla Pakietu numer 1 sprzed modyfikacji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp

Pytanie 2, Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści: Klipsownica jednorazowego użycia do mechanicznej homeostazy w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego, z rotacją i możliwością wielokrotnego zamykania i otwierania klipsa, długość robocza 2350mm, dedykowane do kanatu roboczego 2,8 mm, rozwarcie 135 stopni, długość ramion klipsa 16mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza długość 2350mm i długość ramion klipsa 16-17mm.

Zgodnie z art. 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Było: „ długość robocza 2300mm” , „długość ramion klipsa 16mm”.

Jest: „ długość robocza 2300-2350mm” , „długość ramion klipsa 16-17mm” .

Skorygowany Pakiet nr 6 w załączeniu.

UWAGA!!! Złożenie wraz z ofertą formularza asortymentowo – cenowego dla Pakietu numer 6 sprzed modyfikacji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp

Pytanie 3, Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustników w rozmiarze 26 mm x 21 mm.

Odp. Zgodnie z korektą Zamawiającego udzieloną w pytaniu nr 1.

Pytanie 4, Pakiet 3 poz. 1,2,4

Czy Zamawiający w pozycji 1, 2 i 4 dopuści zaoferowanie narzędzi o średnicy 2,4mm

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 5, Pakiet 3 poz. 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,8 mm.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.



Pytanie 6, Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli z siatką o długości 2400 mm i średnicy pętli 32 mm.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 7, Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli z siatką o średnicy 2,3 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza średnicę 2,3mm.

Zgodnie z art. 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.)

Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Było: „średnica 2,4mm”.

Jest: „ średnica 2,3mm-2,5mm”.

Skorygowany Pakiet nr 5 w załączeniu.

UWAGA!!! Złożenie wraz z ofertą formularza asortymentowo – cenowego dla Pakietu numer 5 sprzed modyfikacji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp

Pytanie 8, Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy 2,6 mm.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 9, Pakiet 1 poz. 1

Czy zamawiający dopuści ustnik endoskopowy z otworem o wymiarach 21mm x 26,5mm?

Odp. Zgodnie z korektą Zamawiającego udzieloną w pytaniu nr 1.

Pytanie 10, dot. projektu umowy § 2 ust. 9b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od chwili uznania reklamacji za zasadną na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy;”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 11, dot. projektu umowy § 4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% na 1%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 12, dot. projektu umowy § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 13, dot. projektu umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 20 % wartości przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt 1.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 14, dot. projektu umowy § 4 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych, Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionych produktów u innego sprzedawcy z żądaniem zapłaty różnicy w cenie, jeśli nastąpiła, zachowując prawo do roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z opóźnienia, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.



Pytanie 15, dot. projektu umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 16, dot. projektu umowy § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną określoną w § 4 pkt.2 niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, w szczególności: trzykrotnego niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w § 1 pkt. 5 niniejszej umowy bądź trzykrotnego niewykonania bądź nieterminowego wykonania obowiązków określonych w § 2 pkt. 10b oraz pkt. 13, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 17, dot. projektu umowy § 10 ust. 1

Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Jakakolwiek czynność prawna Wykonawcy, mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 18, Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści ustnik w standardowym rozmiarze tj. ok. Fr. 60?

Odp. Zgodnie z korektą Zamawiającego udzieloną w pytaniu nr 1.

Pytanie 19, Pakiet nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 pętle o śr. 10 mm?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 20, Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści siatkę o śr. osłonki 2,3 mm?

Odp. Zgodnie z korektą Zamawiającego udzieloną w pytaniu nr 7.

Pytanie 21, Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę o śr. osłonki 2,5 mm?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 22, Pakiet 8

Czy Zamawiający igłę o śr. osłonki 2,3 mm i dł. igły 5 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza średnicę 2,3mm i dł. igły 5mm.

Zgodnie z art. 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.)

Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Było: „ średnica 2,4mm”, „długość igły 6mm”

Jest: „ średnica 2,3mm-2,4mm”, „długość igły 5mm-6mm”.

Skorygowany Pakiet nr 8 w załączeniu.

UWAGA!!! Złożenie wraz z ofertą formularza asortymentowo – cenowego dla Pakietu numer 8 sprzed modyfikacji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp

Pytanie 23, Pakiet 4 poz. 1,2,3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 poz. 1, 2, 3 jednorazowych pętli okrągłych do polipektomii o średnicy 2.4mm, długość robocza 2400mm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia **Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.**



Pytanie 24, Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 5 jednorazowej pętli z siatką do usuwania ciał obcych i wydobywania polipów o średnicy 2.5mm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia

Odp. Zgodnie z korektą Zamawiającego udzieloną w pytaniu nr 7.

Pytanie 25, Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 6 klipsownic jednorazowego użytku do mechanicznej homeostazy, długość robocza 2350mm, kompatybilna z kanałem 2,8mm, otwarcie klipsa 17mm, pozostałe parametry zgodne

Odp. Zgodnie z korektą Zamawiającego udzieloną w pytaniu nr 2.

Pytanie 26, Pakiet 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 8 igieł endoskopowych do ostrzykiwania, średnica 2.3mm, długość robocza 2400mm, rozmiar igły 25G, długość igły 4mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 27, dot. projektu umowy § 5 ust. 3

Dotyczy wzór umowy: Prosimy Zamawiającego o zmianę brzmienia § 5 ust. 3 poprzez dodanie obowiązku wezwania Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 28, Pakiet 1

Dotyczy Pakietu numer 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego ustnika endoskopowego z elastyczną opaską wykonaną z tkaniny oraz z otworem centralnym o wymiarze 22 mm x 26 mm?

Odp. Zgodnie z korektą Zamawiającego udzieloną w pytaniu nr 1.

Pytanie 29, Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści ustnik w rozmiarze 25x23 mm?

Odp. Zgodnie z korektą Zamawiającego udzieloną w pytaniu nr 1.

Pytanie 30, Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki o długości narzędzia 160 mm i szerokości włosia 5 i 12 mm zamiast 5 i 10mm?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 31, pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści pętlę z siatką o średnicy ostłonki 2. 6mm zamiast 2.4 mm i średnicach pętli 3-x60 mm oraz 40x60mm?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 32, Pakiet 4 poz. 3

Jednorazowa pętla do polipektomii, owalna, z plecionego drutu, średnica 2,3mm, długość robocza 2300mm, średnica pętli 24mm

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 33, Pakiet 5

obrotowa siatka do usuwania ciał obcych, 360 st. obrót w 2-ch kierunkach, średnica 2,5mm, dł. 2300 mm, średnica siatki 30mm

Odp. Zgodnie z korektą Zamawiającego udzieloną w pytaniu nr 7.

Pytanie 34, Pakiet 8

Igła endoskopowa do ostrzykiwania z blokadą bezpieczeństwa, średnica 2,3mm, długość robocza 2300mm, rozmiar igły 25 G długość igły 5mm

Odp. Zgodnie z korektą Zamawiającego udzieloną w pytaniu nr 22.



Pytanie 35, Pakiet 2 poz. 1

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie jednorazowej, dwustronnej szczoteczki do czyszczenia endoskopów, długość narzędzia 2300mm, szerokość włosia 6mm i 10mm.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 36, Pakiet 4 poz. 1-3

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie jednorazowej pętli do polipektomii o średnicy narzędzia 2,4mm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 4 do SWZ.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 37, Pakiet 6 poz. 1

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie jednorazowej klipsownicy o średnicy 2,5mm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 4 do SWZ.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 38, Pakiet 1

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 ustnik endoskopowy, ustnik o wymiarach 22mm x 27mm.

Odp. Zgodnie z korektą Zamawiającego udzieloną w pytaniu nr 1.