



Znak: AE/ZP-27-73/23

Tarnów, 2023-10-26

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000 EURO) na dostawy: stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem, akcesoriów do zabiegów naprawczych.**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pkt 7 Załącznika Nr 4.1 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści elektrody do zatoki wieńcowej tylko w konfiguracji IS4?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pkt 8 Załącznika Nr 4.2 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylacyjne jedno- i dwukoilowe tylko z konektorami DF4?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pkt 9 Załącznika Nr 4.2 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści elektrody do zatoki wieńcowej tylko w konfiguracji IS4?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3 pkt 2 Załącznika Nr 4.3 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści elektrody uwalniające steryd, defibrylacyjne jedno- i dwukoilowe tylko z konektorami DF4?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 4 pkt 10 Załącznika Nr 4.5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylacyjne jedno- i dwukoilowe tylko z konektorami DF4?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.1.** Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie: Pytanie do Pakiet nr 2 poz.1.1. - Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze złączem DF-1 o żywotności powyżej 6 lat, a urządzenie ze złączem DF-4 spełnia parametry SWZ?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pkt 10 Załącznika Nr 4.2 do SWZ.** Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie załącznika nr 4.2 pkt 10 wymogów SWZ: Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu dostarczenia zestawów do podawania kontrastu z balonem?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1.4** elektrod do zatoki wieńcowej tylko w konfiguracji IS4, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad 2 Zamawiający dopuści zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1.3** elektrod defibrylacyjnych jedno- i dwukoilowych tylko z konektorami DF4, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad 3 Zamawiający dopuści zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1.2** elektrody do zatoki wieńcowej tylko w konfiguracji IS4, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad 4 Zamawiający dopuści zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1.2 i poz. 2.2** elektrod uwalniających steryd, defibrylacyjnych jedno- i dwukoilowych tylko z konektorami DF4, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad 5 W **pkt 10 Załącznika Nr 4.5** Zamawiający określił jako parametr wymagany „Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym ręcznie lub odpowiednie funkcje automatyczne”, natomiast wymagania dotyczące parametrów oferowanych elektrod defibrylacyjnych, o które pyta Wykonawca zostały określone w pkt 2 Załącznika Nr 4.5.do SWZ Zamawiający dopuści zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1.2** elektrod defibrylacyjnych jedno- i dwukoilowych tylko z konektorami DF4, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad 6 Zamawiający dopuści zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1.1** urządzeń ze złączem DF-1 o żywotności powyżej 6 lat, a urządzeń ze złączem DF-4 spełniających parametry SWZ, pod warunkiem, że urządzenia ze złączem DF-1 spełniają pozostałe wymagania SWZ.

Ad 7 Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymagania określonego w pkt 10 Załącznika Nr 4.2 do SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego **Pakiecie Nr 2.**

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora
[Podpis]
mgr Danuta Nosek