

Ldz. *195*...../2022

Olsztyn, dnia *09*.02.2022 r.

*Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu*

### PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 3

***Dotyczy: postępowania nr 345/2021/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonego pt. „Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej w ramach projektu „Konsorcjum badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.”.***

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

**Pytanie 1 dotyczy załącznika nr 4 do SWZ §5 Warunki gwarancji i rękojmi ust.8**

Dotyczy zapisu ” W okresie gwarancji Sprzedawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń przedmiotu umowy, tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany - **według wyboru Zamawiającego- (...)**”

Prosimy o zmianę na „(...) **według wyboru Sprzedawcy. Sprzedawca posiadając odpowiednie kwalifikacje, w tym specjalistyczne szkolenia u producenta ma odpowiednią wiedzę i kompetencje dotyczące sposobu usunięcia danej usterki.**”

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, że zmienia ust. 8 w §5 zgodnie z propozycją w pytaniu. Powyższe zmiany zostały naniesione w zmienionym załączniku nr 4- Projektowane postanowienia umowy.

**Pytanie 2 dotyczy załącznika nr 4 do SWZ §5 Warunki gwarancji i rękojmi ust.11**

Z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż sprzęt medyczny standardowo podlega różnym naprawom i interwencjom serwisowym w trakcie cyklu życia z uwagi na zużycie wynikające z normalnego użytkowania, Wykonawca wnosi o usunięcie lub modyfikację zapisu – gwarancja na sprzęt medyczny powinna być nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie elementu lub istotnej naprawie długim okresie gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja na sprzęt medyczny nigdy nie wygasłaby w całym, wieloletnim okresie użytkowania urządzenia.

Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się na następującą modyfikację:

„Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast elementu lub modułu Sprzętu wadliwego element lub moduł nowy, wolny od wad, lub dokonał istotnych napraw Sprzętu (podzespołu itp.), termin gwarancji nie biegnie na nowo.”

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

**Pytanie 3 dotyczy załącznika nr 4 do SWZ §5 Warunki gwarancji i rękojmi ust.12**

Producent urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego eksploatacji. Niewłaściwie wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające autoryzację producenta. W związku z powyższym prosimy o rezygnację z tego wymagania.

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, że ustęp 12 w §5 został odpowiednio zmieniony w odpowiedzi na inne pytania. Nowa treść ust. 12 odpowiada na uwagi zgłoszone w tym pytaniu.

#### Pytanie 4 dotyczy załącznika nr 4 do SWZ §7 Kary umowne ust.4

Prosimy o dodanie poniższej treści do niniejszego ustępu:

**„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”**

Uzasadnienie

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

Z poważaniem

KANCLERZ  
  
mgr inż. Bogusław Stec

#### Załączniki:

1. Zmieniony, Załącznik nr 4 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy.

Sporządzili: Adrian Horodecki, Arkadiusz Tabaka, Sylwia Niemiec

SPECJALISTA