

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 14.11.2024 r.

Wysokie Mazowieckie, 14.11.2024 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku – powtórka II.**  
Oznaczenie sprawy: **27/2024**

**Zapytanie nr 1. Pakiet nr 11**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie staplerów o średnicach głowicy 21 mm, 24 mm, 26 mm, 29 mm, 32 mm i 34 mm, długość ramienia 22 cm, dwa rzędy tytanowych zszywek o przekroju okrągłym, wysokość zszywek przed zamknięciem 4,5 mm (śr. 21 mm, 24 mm, 26 mm), 4,8 mm (śr.29 mm) i 5,0 mm (śr. 32 mm, 34 mm).

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 2. Pakiet nr 11**

Czy Zamawiający w pozycji 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16 i 17 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków ze zszywkami okrągłymi, wysokość zszywek 3,8 mm w miejsce zszywek o wysokości 3,5 mm oraz 4,5 mm w miejsce zszywek o wysokości 4,8 mm.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 3. Pakiet nr 11**

Czy Zamawiający w pozycji 6, 7, 10, 11 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków ze zszywkami o wysokości 4,5 mm.

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza wysokość zszywki, reszta parametrów zgodna z SWZ.**

**Zapytanie nr 4. Pakiet nr 11**

Czy Zamawiający w pozycji 18 dopuści zaoferowanie staplerów o długości ramienia 16 mm i 11 cm, artykulacja płynna w obie strony, zakres artykulacji do 45°.

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza długość ramienia pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 5. pakiet 39 poz. 2 i 3**

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 39 poz. 2 i 3 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 6. pakiet 39 poz. 2 i 3**

Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych?

**Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje ramion prostych.**

**Zapytanie nr 7.**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu Nr 22 , Pozycji nr 4 - Test Ureazowy - do osobnego Pakietu, podobnie jak to uczynił to z innymi produktami np. w Pakietach Nr 15-17 (pojedyncza pozycja) ?

Uzasadnienie: Testy ureazowe są szczególnym testem diagnostycznym IVD, nie mającym nic wspólnego z pozostałymi pozycjami w pakiecie opaski, cewniki itp ].

W dostawie tych testów specjalizują się dystrybutorzy, którzy zajmują się kompleksowo diagnostyką laboratoryjną in vitro, a testami w kierunku *Helicobacter pylori* w szczególności.

Wydzielenie ich umożliwi złożenie oferty tym firmom, a Zamawiającemu uzyskanie właściwego testu po najniższej cenie. Szpital uniknie w ten sposób np. groźby dostawy wadliwych testów starej generacji - po zawyżonych cenach.

ureazowe skutkować mogą niepotrzebnymi wydatkami na drogie terapie eradykacyjne.

W Polsce 100% użytkowników tych testów mających na uwadze powyższe czynniki wydziela je do dokładnie opisanych, pojedynczych pakietów.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

#### **Zapytanie nr 8. Pakiet 25**

Czy Zamawiający w Pakiecie 25 dopuści zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni (poświadczona zapisem na opakowaniu stabilność wody i oświadczenie Producenta) sterylizowany radiacyjnie. W zestawie głowica-adapter łącząca reduktor ( przepływomierz ) z pojemnikiem (pakowana osobno) . Jakość wody spełniająca normę USP43 . Pojemnik wyposażony w dyfuzory znajdujące się w podstawie pojemnika : Ilość otworów dyfuzora  $\geq 14$  , średnica otworu  $\geq 0,2$  mm . Dyfuzory umożliwiają przepływ tlenu przez całą objętość wody . Do oferty zostaną dołączone badania potwierdzające że pojemniki do nawilżania można stosować u wielu Pacjentów bez ryzyka zakażenia?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

#### **Zapytanie nr 9.**

Czy Zamawiający w Pakiecie 25 dopuści zamknięty system do nawilżania o pojemności 550 ml napełniony sterylną wodą do terapii oddechowej i zawierający mikrodyfuzory . Produkt wolny od DEHP, PVC, lateksu, konserwantów i niepirogenny. W zestawie czysta głowica-adapter łącząca reduktor ( przepływomierz ) z pojemnikiem (pakowana osobno). Woda spełnia normę sterylności USP 71 . Wyjałowiony przy użyciu techniki obróbki aseptycznej . Sposób przepływu tlenu zapewniający właściwe nawilżenie – tlen zintegrowany z pojemnikiem kanałem jest kierowany do mikrodyfuzorów w podstawie. Zestaw kompatybilny z dozownikami dostosowanymi do sytemu typu Respiflo m.in. Farum , Awamed - adapter z gwintem 9/16. Producent w instrukcji użytkowania nie limituje czasu użycia wyrobu . Jednorazowa butelka z łącznikiem nawilżacza służy do terapii oddechowej u jednego pacjenta do czasu opróżnienia pojemnika od otwarcia . Niewykorzystaną wodę należy wylać a pojemnika nie wolno napełniać powtórnie ?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

#### **Zapytanie nr 10. Pakiet 9 Punkt 4**

W opisie technicznym wyrobu jest błąd literowy. Czy zamawiający dopuści elektrodę bierną jednorazową o wymiarach 122x174 ,reszta parametrów bez zmian.

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zapytanie nr 11. Pakiet 9 Punkt 12**

Czy zamawiający dopuści przedłużkę elektrody, długość całkowitej 175mm, trzonek  $\varnothing 2,4$ mm, do elektrod z trzonkiem  $\varnothing 2,4$ mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

#### **Zapytanie nr 12. Pakiet 9 Punkt 13**

Czy zamawiający dopuści przedłużkę elektrody, długość 175mm, trzonek  $\varnothing 4$ mm, do elektrod z trzonkiem  $\varnothing 4$ mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

#### **Zapytanie nr 13. Pakiet nr 22, pozycja nr 8**

Czy zamawiający dopuści balon o pojemności 3ml?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zapytanie nr 14. Pakiet nr 22, pozycja nr 10**

Czy zamawiający dopuści cewniki do odsysania w rozmiarach CH6-CH20?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 15. Pakiet nr 22, pozycja nr 11**

Czy zamawiający dopuści dreny brzuszne w rozmiarach CH12-CH36?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 16. Pakiet nr 22, pozycja nr 16**

Czy zamawiający dopuści rękojeść jednorazową światłowodową ze światłem LED zgodną z ISO-7376 (zielony standard), plastikowo-metalową, gdzie część chwytna wykonana jest z wytrzymałego PP w kolorze zielonym z 12 poprzecznymi frezami, natomiast mocowanie wykonane jest z stopu metalu, kompatybilna z łyżkami w zielonym standardzie, rękojeść w wbudowanych bateriach, długość 15cm, średnica ok. 2,9 cm i obwód ok. 11 cm, waga około 70,5 gram, pakowana indywidualnie w folię, data ważności 3 lata (od daty produkcji)? W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 17. Pakiet nr 22, pozycja nr 17**

Czy zamawiający dopuści opaskę uciskową do pobierania krwi (staza bezlateksowa) używaną do uciskania żyły przy pobieraniu krwi, wykonaną z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej bezlateksowy materiał, wysoka wytrzymałość na rozciąganie, opakowanie umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek o długości ok. 47cm, szerokość rolki 2,5cm, długość 11,75m (op. 25 szt.)?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 18. Pakiet nr 22, pozycja nr 19**

Czy zamawiający dopuści sondę Sengstakena przelykową wykonaną z Miękkiego PCV, trójdrożna z dwoma balonami (lateksowe) i balonami pilotowymi (z PCV), z podziałką, sterylna, wyłącznie do jednorazowego użytku, pierścień znacznikowy nieprzenikliwy dla promieniowania rentgenowskiego, długość 105cm, balon przelykowy dł. ok. 19cm, rozmiary CH 16, 18, 21 dla dorosłych?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 19. Pakiet nr 24, pozycja nr 1-2**

Czy zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 20. Pakiet nr 40, pozycja nr 1**

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: gąbkowy
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 30mg przy 500VT
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 21. Pakiet nr 18 Poz. 1**

Prosimy o określenie rodzaju technologii czujników SpO<sub>2</sub> wymaganej przez Zamawiającego: Masimo LNCS, TruSignal, Nellcor OxiMax

**Wyjaśnienie: Jest to czujnik z wtyczką DB9 Nellcor – Oximax – ma być kompatybilny z monitorem GE Carescape B450.**

**Zapytanie nr 22. Pakiet nr 18 Poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści linie o długości 3 m, z zachowaniem pozostałych parametrów, co nie wpłynie w żaden sposób na dokonywany pomiar?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 23. Pakiet nr 19 Poz. 4** Czy Zamawiający dopuści czujnik o długości 1 m, z zachowaniem pozostałych parametrów, co nie wpłynie w żaden sposób na dokonywany pomiar?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 24. Pakiet nr 19 Poz. 5** Czy Zamawiający dopuści czujnik o długości 1 m, z zachowaniem pozostałych parametrów, co nie wpłynie w żaden sposób na dokonywany pomiar?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 25. Pakiet nr 19 Poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści rurkę o długości 3,6 m, z zachowaniem pozostałych parametrów, co nie wpłynie w żaden sposób na dokonywany pomiar?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 26. Pakiet nr 36 Poz. 3**

Prosimy o podanie numeru ref. dotychczas użytkowanych czujników

**Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje czujnika kompatybilnego z defibrylatorem Mediana D700.**

**Zapytanie nr 27. PAKIET nr 42: Sondy stymulacyjne, Pyt. Do pkt. 1**

Czy zamawiający miał na myśli 2 sztuki sondy wielorazowej (autoklawowalnej) pakowanej pojedynczo stosując poniższy opis?

„Sonda bipolarna widelec prosta (dł.robocza 4.5cm, dł.całkowita 15cm) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt autoklawowalny. Op. 10szt.”

**Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia iż w kolumnie „Jednostka miary” Poz.1 doszło do oczywistej omyłki pisarskiej zamiast sztuk winno być opakowanie. Zamawiający w poz. 1 oczekuje 2 opakowań po 10 sztuk każde.**

**Zapytanie nr 28. Pakiet 38: Pozycja 3 i 4.**

Czy Zamawiający w tych pozycjach oczekuje igieł w systemie EZ-IO (igły dołączane do wiertarki-napędu)?

**Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje zestaw natychmiastowego użycia przeznaczony do wkłucia igły do szpiku pacjenta, u których niemożliwe jest założenie obwodowego dostępu żylnego. Sterylnie pakowany.**

**Zapytanie nr 29. Pakiet 40**

Czy Zamawiający opuści wysokiej jakości filtr mechaniczny z HME dla dorosłych z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny, z portem kapno, skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów 99,9999%, skuteczność filtracji wg NaCl w standardzie, lepsza wydajność nawilżania 37mg/l przy VT - 500 ml, utrata wilgoci 6.9 mg H<sub>2</sub>O/litr przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa w zakresie 80 ml. Opakowanie folia- papier?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 30. Pakiet 18 Pozycja 4,5,6**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji oraz utworzenie dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 31. Pakiet 18 Pozycja 8**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujników dla dzieci z przedziałem wagowym 3-20 kg? Reszta bez zmian.

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 32. Pakiet 19 Pozycja 3**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera o długości 2,4 metra? Reszta bez zmian.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 33. Pakiet 19 Pozycja 8**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów rozmiar 14-26 cm? Reszta bez zmian.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 34. Pakiet 19 Pozycja 11,12**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji oraz utworzenie dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 35. Pakiet 23, poz.1,2**

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system równoważny do opisanego – o następujących parametrach: wkłady posiadają w pokrywie jeden króciec przyłączeniowy (do pacjenta) oraz wtyk „próżnia” (opisane na pokrywie PATIENT/VACUUM w celu łatwej identyfikacji), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów? Króciec pacjenta jest uniwersalny gładki, rozszerzający się, dostosowany do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Pojemniki wielorazowe wyposażone są w zaczep do mocowania (identyczny, jak w opisanym systemie); nie posiadają innych przyłączy (brak króćca przy pojemniku - próżnia podłączana bezpośrednio do wkładu, by uzyskać

lepsze parametry ssania). Wymiana wkładów (bez odłączania od źródła próżni) po wyciągnięciu drenu z wtyku próżni na pokrywie wkładu. Pozostałe jak w SIWZ.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196), co jest zgodne z zaleceniami Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Deklarujemy bezpłatną wymianę wyposażenia obecnie używanego na oddziałach.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 36 Pakiet 23, poz.1**

Czy Zamawiający ma na myśli pojemnik wielorazowy do wkładów jednorazowych. Jeśli tak, to czy chodzi o pojemność 2l (ponieważ w poz. 2 Zamawiający oczekuje wkład 1l., więc nie ma kompatybilności pomiędzy poz. 1 i 2)?

**Wyjaśnienie: W pozycji nr 1 doszło do oczywistej omyłki pisarskiej zamiast jednorazowy winno być wielorazowy. Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy w zakresie pakietu nr 23 ( modyfikacja dotyczy pozycji nr 1).**

**Zapytanie nr 37. Pakiet 23, poz.3**

Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy wew. 7mm?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 38. Pakiet 23, poz.3**

Czy Zamawiający dopuści dren z dwiema końcówkami typu żeńskiego oraz stożkowym łącznikiem z kontrolą odsysania, pakowane oddzielnie?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 39. Pakiet 23, poz.4**

Czy Zamawiający dopuści filtr hydrofobowy antybakteryjny, montowany na drenie, kompatybilny z ssakami Victoria Versa Lipos i Hospivac, pakowany zbiorczo.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 40. PAKIET nr 9 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie uchwytu o długości 150mm z przewodem 5m.

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza długość przewodu reszta zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 41. PAKIET nr 9 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie uchwytu o długości 150mm z przewodem 5m.

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 42. PAKIET nr 9 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie przełącznika w formie dwóch przycisków.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 43. PAKIET nr 9 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie elektrod o wymiarach 202x105mm i powierzchni aktywnej 118cm<sup>2</sup>, pakowanych jednostkowo w opakowania zbiorcze po 25 szt, z odpowiednim przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 60op. (25\*60=1500szt)

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 44. PAKIET nr 9 poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie elektrod o wymiarach 202x105mm i powierzchni aktywnej 118cm<sup>2</sup>, pakowanych jednostkowo w opakowania zbiorcze po 25 szt, z odpowiednim przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 5op. (25\*5=125szt)

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 45. PAKIET nr 9 poz. 5**

Prosimy o informację jaki trzpień ma posiadać wymagana przez Zamawiającego elektroda.

**Wyjaśnienie: Trzpień 2,4 mm.**

**Zapytanie nr 46. PAKIET nr 9 poz. 6**

Prosimy o informację czy Zamawiający ma na myśli kabel przedstawiony na grafice poniżej:



**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza kabel z grafiki.**

**Zapytanie nr 47. PAKIET nr 9 poz. 6**

Prosimy o dopuszczenie kabli z przewodem o długości 5m, przeznaczonych do 50 cykli sterylizacji.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 48. PAKIET nr 9 Poz. 7**

Prosimy o informację jaki trzpień ma posiadać wymagana przez Zamawiającego elektroda.

**Wyjaśnienie: 2,4 mm.**

**Zapytanie nr 49. PAKIET nr 9 Poz. 7**

Prosimy o informację o jaki typ elektrody chodzi Zamawiającemu:



**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza elektrodę b).**

**Zapytanie nr 50. PAKIET nr 9 poz. 8**

Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości roboczej 100 mm.

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza reszta parametrów zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 51. PAKIET nr 9 poz. 9-10**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu chodzi o elektrody wielorazowe.

**Wyjaśnienie: Zamawiający potwierdza.**

**Zapytanie nr 52. PAKIET nr 9 poz. 11**

Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości roboczej 100mm.

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza reszta parametrów zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 53. PAKIET nr 9 poz. 12**

Prosimy o dopuszczenie przedłużenia o długości 140mm lub 90mm.

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza długość 140 mm.**

**Zapytanie nr 54. PAKIET nr 9 poz. 13**

Prosimy o dopuszczenie przedłużenia o długości 100mm lub 150mm.

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza długość 100 mm.**

**Zapytanie nr 55. PAKIET nr 9 poz. 14**

Prosimy o dopuszczenie elektrod o średnicy trzpienia 2,38mm i długości całkowitej 50mm  $\pm$ 3%.

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza długość całkowitą 50 mm reszta parametrów bez zmian.**

**Zapytanie nr 56. PAKIET nr 19 Poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie odprowadzeń o długości 1,0m.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 57. PAKIET nr 19 Poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 2,5m.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 58. PAKIET nr 19 Poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie czujnika z kablem o długości 3,0m.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 59. PAKIET nr 19 Poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie czujnika z kablem o długości 3,0m.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 60. PAKIET nr 19 Poz. 7**

Prosimy o dopuszczenie mankietów razem z konektorami i tym samym scalenia pozycji 7 i 8; 7 i 9; 7 i 10. Jednocześnie prosimy o dokonanie zmiany na formularzu asortymentowo-cenowym.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 61. PAKIET nr 19 Poz. 10**

Prosimy o dopuszczenie mankietu dla obwodu ramienia 34-47cm, o wymiarach 17,5cm x 65cm.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 62. PAKIET nr 19 Poz. 11-12**

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga mankietu infuzyjnego jednopacjentowego, czy wielopacjentowego?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 63. PAKIET nr 19 Poz. 11-12**

Prosimy o dopuszczenie mankietów infuzyjnych wielopacjentowych z pęcherzem TPU.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 64. PAKIET nr 19 Poz. 11**

Prosimy o dopuszczenie mankietów infuzyjnych jednopacjentowych, wyposażonych w gruszkę i wskaźnik ciśnienia, przedstawionych na grafice poniżej:





**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 65. PAKIET nr 19 Poz. 15**

Prosimy o dopuszczenie adaptera z kablem o długości 45cm.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 66. PAKIET nr 19 Poz. 16-17**

Prosimy o informację jaki wtyk mają posiadać wymagane czujniki temperatury:

a)



b)



**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza wtyk z punktu b).**

**Zapytanie nr 67. dotyczy pakietu nr 9 poz.1 - Akcesoria do generatora Valleylab**

Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrod monopolarnych, z dwoma przyciskami, o długości 160mm, do elektrod z trzonkiem Ø4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4m, z wtyczką 3-bolcowa; W komplecie elektroda nożowa. Przeznaczenie do min. 400 cykli sterylizacji ?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 68. dotyczy pakietu nr 9 poz.2 - Akcesoria do generatora Valleylab**

Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny, autoklawowalny z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, do elektrod z trzonkiem Ø 2,4 mm, z kablem przyłączeniowym o dł.4m, z wtykiem 3-pinowym kompatybilnym z urządzeniem Valleylab , Erbe VIO. W komplecie elektroda nożowa. Przeznaczenie do min. 400 cykli sterylizacji?

Przeznaczenie do min. 400 cykli sterylizacji?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 69.** dotyczy pakietu nr 9 poz.3 - Akcesoria do generatora Valleylab  
Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, powrotna z kablem. Elektroda neutralna jednorazowego użytku z kablem dł. 3m, wtyczka płaska, elektroda dzielona po obwodzie, o powierzchni przewodzenia 105cm<sup>2</sup>, o wymiarach 117x163,5 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50szt. Elektrody są kompatybilne z aparatem elektrochirurgicznym typu ValleyLab?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 70.** dotyczy pakietu nr 9 poz.4 - Akcesoria do generatora Valleylab  
Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku z kablem dł. 3m, wtyczka płaska, elektroda niedzielona, o powierzchni przewodzenia 83cm<sup>2</sup>, o powierzchni całkowitej 145cm<sup>2</sup>, o wymiarach 105x150mm, podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50szt. Elektrody są kompatybilne z aparatem elektrochirurgicznym typu Sabre 2400f conmed ?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 71.** dotyczy pakietu nr 9 poz.6 - Akcesoria do generatora Valleylab  
Czy Zamawiający dopuści kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych, o długości 5m, wtyczka od strony instrumentu Ø4mm, od strony aparatu Ø4mm, jeden bolec; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji ?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 72.** dotyczy pakietu nr 9 poz.11 - Akcesoria do generatora Valleylab  
Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną autoklawowalną do trzpienia o Ø 4,0 mm, kulkowa prostą 4 mm, o długości całkowitej 127 mm ?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 73.** dotyczy pakietu nr 9 poz.12 - Akcesoria do generatora Valleylab  
Czy Zamawiający dopuści przedłużkę do elektrod monopolarnych, autoklawowalną do trzpienia o śr. 2,4 mm, o dł. 90 mm ?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 74.** dotyczy pakietu nr 9 poz.13 - Akcesoria do generatora Valleylab  
Czy Zamawiający dopuści przedłużkę do elektrod monopolarnych, autoklawowalną do trzpienia o śr. 4,0 mm, o dł. 110 mm ?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 75.** dotyczy pakietu nr 9 poz.14 - Akcesoria do generatora Valleylab  
Czy Zamawiający dopuści elektrodę jednorazową typu szpatułkę prosta do trzpienia 2,4mm, o dł. całkowitej 70 mm ?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 76 Pakiet nr 18 Poz. 1**

Prosimy o określenie rodzaju technologii czujników SpO<sub>2</sub> wymaganej przez Zamawiającego: Masimo LNCS, TruSignal, Nellcor Oximax

**Wyjaśnienie: Jest to czujnik z wtyczką DB9 Nellcor – Oximax – ma być kompatybilny z monitorem GE Carescape B450.**

**Zapytanie nr 77 Pakiet nr 18 Poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści linie o długości 3 m, z zachowaniem pozostałych parametrów, co nie wpłynie w żaden sposób na dokonywany pomiar?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 78 Pakiet nr 19 Poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści czujnik o długości 1 m, z zachowaniem pozostałych parametrów, co nie wpłynie w żaden sposób na dokonywany pomiar?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 79 Pakiet nr 19 Poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści czujnik o długości 1 m, z zachowaniem pozostałych parametrów, co nie wpłynie w żaden sposób na dokonywany pomiar?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 80 Pakiet nr 19 Poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści rurkę o długości 3,6 m, z zachowaniem pozostałych parametrów, co nie wpłynie w żaden sposób na dokonywany pomiar?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 81 Pakiet nr 36 Poz. 3**

Prosimy o podanie numeru ref. dotychczas użytkowanych czujników

**Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje czujnika kompatybilnego z defibrylatorem Mediana D700.**

**Zapytanie nr 82 Pakiet 6, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny nawijany na rolkę po 40szt z przeliczeniem podanych ilości na 375 rolek?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 83. Pakiet 24, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę z ostrzem Quinckiego 20G dł. 90mm?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 84. Pakiet 24, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę z ostrzem Quinckiego 22G dł. 90mm?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 85. Pytania do Formularza cenowego - Pakiet nr 19 - Asortyment wielorazowy**

**Do pakietu 19:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 3, 4, 5, 11, 12 do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie oferty na oryginalne akcesoria do kardiomonitorów GE HealthCare B450?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 86. Pytania do Formularza cenowego - Pakiet nr 19 - Asortyment wielorazowy**

**Do pakietu 19 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści długość odprowadzeni 130cm?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 87. Pytania do Formularza cenowego - Pakiet nr 19 - Asortyment wielorazowy**

**Do pakietu 19 pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści długość 3.6m?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 88. Pytania do Formularza cenowego - Pakiet nr 19 - Asortyment wielorazowy**

**Do pakietu 19 pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści oryginalne mankiety jednowarstwowe typu Dura w rozmiarze 17-25cm?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 89. Pytania do Formularza cenowego - Pakiet nr 19 - Asortyment wielorazowy**

**Do pakietu 19 pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści oryginalne mankiety jednowarstwowe typu Dura w rozmiarze 23-33cm?  
**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 90. Pytania do Formularza cenowego - Pakiet nr 19 - Asortyment wielorazowy  
Do pakietu 19 pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści oryginalne mankiety jednowarstwowe typu Dura w rozmiarze 38-50 cm?  
**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 91. Pytania do Formularza cenowego - Pakiet nr 19 - Asortyment wielorazowy  
Do pakietu 19 pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści długość 0.5m?  
**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 92. Pytania do Formularza cenowego - Pakiet nr 19 - Asortyment wielorazowy  
Do pakietu 19 pozycja 16 i 17**

Czy Zamawiający dopuści długość 2.8m?  
**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 93. Pytanie do Formularza cenowego - Pakiet nr 20 – Różne Do pakietu 20:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 3 i 4 co pozwoli na złożenie oferty na oryginalne akcesoria GE HealthCare?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 94. Pytanie dotyczy SWZ Rozdz. V – przedmiotowe środki dowodowe (Dot. części nr 19, 20)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części nr 19, 20 również wyrobów niemedyceńskich ze stawką vat 23%, które nie są zarejestrowane jako wyroby medyczne oraz nie zostały objęte deklaracjami zgodności i nie podlegają żadnemu wpisowi do rejestru oraz odstąpi od wymogu złożenia Oświadczenia według zał. Nr 4 do SWZ dla tych produktów?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 95. Pytanie dotyczy wzoru umowy Par. 6 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący?

Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% wartości brutto umowy.

**Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Projektowanych postanowień umowy.**

**Zapytanie nr 96. Pakiet 25**

Ze względu na zmiany wprowadzone przez producenta, prosimy o dopuszczenie: Jednorazowy pojemnik ze sterylną wodą 650ml sterylizowany gorącą parą wodną (A) ze sterylnym adapterem fabrycznie zapakowane w jedno opakowanie. Zestaw do nawilżania tlenu do włączenia w linię gazową, który utrzymuje system zamknięty podczas procedury. Adapter w rozmiarze 9/16 cala. Sterylna woda o wysokim stopniu czystości: destylowana, dejonizowana, odchlorowana, minimum 2 razy filtrowana, apirogenna, zgodna ze standardem USP. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 97. Pakiet 25**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje pojemnika z wodą wraz ze sterylnym adapterem?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 98. Pakiet 25**

Czy Zamawiający oczekuje, aby ze względu na długotrwały kontakt z błonami śluzowymi w okresie użytkowania sterylnej wody do nawilżania oraz ewentualne działanie niepożądane tlenu etylenu - oferowany system ze sterylną wodą był sterylizowany inną metodą niż tlenkiem etylenu?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 99. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie rezerwuaru z wodą sterylną z możliwością stosowania do 70 dni u jednego pacjenta. Producent nie zakazuje stosowania wody u wielu pacjentów, jednak zaleca aby woda była stosowana u jednego pacjenta. Z naszej wiedzy wynika, że jedyny producent, który posiadał wodę spełniającą wszystkie parametry opisane w SWZ zakończył jej sprzedaż. W związku z tym, nie ma na rynku wody spełniającej parametr dot. wielopacjentowości.

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 100. Dotyczy - Pakiet 31**

Czy zamawiający dopuści układ o długości 2m.?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 101. Dotyczy - Pakiet nr 40**

Czy zamawiający dopuści filtr mechaniczny z HME z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny z portem kapno, skuteczność filtracji 99,9999%, wydajność nawilżania 30,6 mg/L, utrata wilgoci max 8 mg/L, Przestrzeń martwa 125 ml. Opakowanie folia papier?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 102 umowa - kary - par. 6, dot. pkt. 2,d) oraz 2, e).**

Prosimy o obniżenie kar do 10 %

**Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Projektowanych postanowień umowy.**

**Zapytanie nr 103 umowa - kary - par. 6, dot. pkt. 5.**

Prosimy o zmniejszenie kar maksymalnych do 20 %

**Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Projektowanych postanowień umowy.**

**Zapytanie nr 104 Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 2a):**

Czy Zamawiający pod pojęciem „ w wysokości 0,07 % wartości brutto zamówienia” ma na myśli wartość zamówienia objętego zwłoką czy wartość całej umowy brutto ?

**Wyjaśnienie: Kara dotyczy całej wartości zamówienia.**

Jeśli należy przez to rozumieć wartość całej umowy brutto, to czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara była liczona od wartości zamówienia objętego zwłoką w dostawie ?

Uzasadnienie: Kara umowna za zwłokę w dostawie naliczana od wartości całej umowy jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 kodeksu cywilnego.

**Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Projektowanych postanowień umowy.**

**Zapytanie nr 105. Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 2 b) i c):**

Czy Zamawiający może potwierdzić że pod pojęciem „ 0,07 % wartości brutto dostawy” ma na myśli wartość konkretnego pojedynczego zamówienia , którego sprawa dotyczy ?

Jeśli należy przez to rozumieć wartość całej umowy brutto, to czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara była liczona od wartości jednostkowego zamówienia, którego dotyczy niezgodność lub wada ?

Uzasadnienie: Kara umowna za zwłokę naliczana od wartości całej umowy jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 kodeksu cywilnego.

**Wyjaśnienie: Kara dotyczy wartości wadliwej dostawy, części zamówienia.**

**Zapytanie nr 106. Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 2 d) i e):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę umowną w wysokości 20% brutto wartości niezrealizowanej części umowy? W świetle orzecznictwa sądów powszechnych wątpliwości budzi ustalenie kary umownej od wartości zrealizowanej już części zamówienia. Tak określona kara umowna może być interpretowana jako „rażąco wygórowana” w rozumieniu art. 484 §2 KC i wykraczająca poza swoją podstawową funkcję odszkodowawczą.

**Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Projektowanych postanowień umowy.**

**Zapytanie nr 107.**

Czy Zamawiający dopuści filtr o korzystniejszych parametrach – mniejsza przestrzeń martwa **94**ml, pozostałe parametry zgodnie z swz?

**Uzasadnienie: Parametr oferowany - Korzystniejsza, mniejsza martwa przestrzeń.** Martwa przestrzeń nazywana przestrzenią „bezużyteczną” jest to ilość gazu która pozostaje w układzie oddechowym/filtrze po każdym cyklu wentylacji. Czym mniejsza martwa przestrzeń, tym mniej gazu z poprzedniego cyklu wraca spowrotem do pacjenta. Im mniejsza martwa przestrzeń, tym mniejszy wysiłek oddechowy pacjenta i mniejsza ilość dwutlenku węgla w układzie oddechowym, co jest korzystniejsze dla pacjenta. W przypadku niedopuszczenia prosimy o uzasadnienie medyczne.

**Wyjaśnienie: Zamawiający nie wie do którego Pakietu i Pozycji jest zadane pytanie. Proszę o zadanie pytania do konkretnego Pakietu i Pozycji.**

**Zapytanie nr 108. Dotyczy pakietu nr 27 Bronchofiberoskop jednorazowy**

Czy Zamawiający dopuści zagięcie końcówki w zakresie 210/210 góra / dół?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 109. Dotyczy pakietu nr 27 Bronchofiberoskop jednorazowy**

Czy Zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną 4,0mm i kanał roboczy 2,0mm?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 110. Dotyczy pakietu nr 27 Bronchofiberoskop jednorazowy**

Czy Zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną 3,1mm i kanał roboczy 1,2mm?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 111. Dotyczy pakietu nr 27 Bronchofiberoskop jednorazowy**

Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop kompatybilny z innym monitorem, przy czym monitor będzie w zestawie z bronchofiberoskopami?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**W imieniu Zamawiającego  
Dyrektor Szpitala Ogólnego  
Wojciech Łuczaj**