



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PIŁE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Dyrektor (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: sekretariat@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 04.05.2022 roku

FZP.III-241/31/22

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**FARTUCHY I UBRANIA CHIRURGICZNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**”

Szpital Specjalistyczny w Piła informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

Zadanie 1 poz.1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji i utworzenie odrębnego pakietu lub składanie na pozycje?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 2.

Zadanie 1 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie ubrania chirurgicznego jednorazowego użytku (bluza+spodnie) – wykonany z antystatycznej, nieprześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMMS o gramaturze 45g/m². Bluza krótki rękaw prosty - obszyty, pod szyją wycięcie w serek - obszyte, z trzema kieszeniami. Spodnie ściągane trokami w pasie, nogawki proste - obszyte. Rozmiary od M do XXXL. Ubrania zgodne z Rozporządzeniem UE 2017/745 oraz normą PN-EN 13795?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 3.

Zadanie 1 poz.1 – dotyczy swz

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający pod wymogiem certyfikaty zgodności z normami do oferowanych produktów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ) oczekuje deklaracji zgodności wystawionej przez producenta na zgodność z normami (zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych dla produktów należących do klasy I wystawia producent)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga deklaracji zgodności wpisu do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych.

Pytanie nr 4.

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści ubrania w rozmiarach S - 3XL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5.

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści fartuchy z rękawem zakończonym mankietem z dzianiny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuchy zakończone niepyłącym poliestrowym mankietem

Pytanie nr 6.

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści komplet wykonany z włókniny SMMS o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7.

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści komplety w rozmiarach od S do XXXL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8.

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści komplet z nieobszytymi rękawami i nogawkami?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 9.

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min.30g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10.

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym mankietem?

Odpowiedź: Dopuszcza mankiet niepylący poliestrowy

Pytanie nr 11.

Pozycja 2 Czy nie zaszła omyłka i czy na pewno Zamawiający wymaga fartuchów z niezachodzącymi na siebie połami? Czy Zamawiający dopuści fartuch z zachodzącymi na siebie połami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch z zachodzącymi na siebie połami

Pytanie nr 12.

poz. 1

czy zamawiający dopuści wycięcie półokrągłe dekoltu bluzy?

czy zamawiający dopuści rozmiary S-2XL?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 13.

poz. 2

czy zamawiający dopuści rękawy zakończone mankietem z elastycznym ściągaczem?

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuchy zakończone niepylącym poliestrowym mankietem. Zamawiający nie dopuszcza wyceny za opakowanie handlowe 10 szt.

Pytanie nr 14.

załącznik 2 czy zamawiający dopuści złożenie oferty na poszczególne pozycje?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na poszczególne pozycje

Pytanie nr 15.

Pakiet 1, poz. 1 Proszę o dopuszczenie ubrań w rozmiarach S – 3XL

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 16.

Pakiet 1, poz. 1 Proszę o dopuszczenie ubrań z nieobszytymi rękawami oraz nogawkami

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 17.

Pakiet 1, poz. 1 Proszę o dopuszczenie ubrań o gramaturze 40 g/m²

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 18.

Pakiet 1, poz. 1 Proszę o dopuszczenie ubrań o gramaturze 45 g/m²

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 19.

Pakiet 1, poz. 2 Proszę o dopuszczenie fartuchów z zachodzącymi połami na siebie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 20.

Pakiet 1, poz. 2 Proszę o odstąpienie od wymogu normy EN ISO 11737-1

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje

Pytanie nr 21.

Pakiet 1, poz. 2 Proszę o dopuszczenie fartuchów o gramaturze 30 g/m²

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza min 30 g/m²

Pytanie nr 22.

Pakiet 1, poz. 2 Proszę o dopuszczenie fartuchów z mankietem

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuchy zakończone niepyłącym poliestrowym mankietem

Pytanie nr 23.

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści bluzę z rękawem ciętym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 24.

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści spodnie z nogawkami ciętymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 25.

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści ubranie dostępne w rozmiarach S- 3XL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 26.

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 27.

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch z zachodzącymi na siebie połami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 28.

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 29.

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym mankietem z dzianiny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuchy zakończone niepyłącym poliestrowym mankietem

Pytanie nr 30.

Pozycja 2

Wnosimy o odstąpienie od wymogu zgodności fartuchów medycznych z normą PN EN 13795. Wspomniana norma składa się z dwóch części PN-EN 13795-1 Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne oraz PN-EN 13795-2 Część 2 Odzież dla bloków operacyjnych. Część pierwsza ma zastosowanie do obłożeń operacyjnych, fartuchów chirurgicznych. Czepek nie jest obłożeniem chirurgicznym ani fartuchem chirurgicznym dlatego nie należy stosować części 1 normy. Natomiast w części 2 wprost wskazano że, „Odzież dla bloków operacyjnych składa się z kombinezonu lub bluzy ze spodniami”. W związku z tym również PN-EN 13795-2 nie ma ona zastosowania do wyrobu jakim są czepki medyczne. W myśl powyżej wskazanych zapisów wymaganie normy PN-EN 13795 dla czepków medycznych jest bezzasadne i wnosimy o odstąpienie od tego wymogu.

Odpowiedź: Czepek nie jest przedmiotem postępowania, natomiast Zamawiający nie odstępuje od wymogu zgodności fartuchów z normą PN-EN 13795

Pytanie nr 31.

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 30 g/m² z rękawem wykończonym mankietem poliestrowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch o gramaturze min. 30g/m² zakończony niepyłącym poliestrowym mankietem

Pytanie nr 32.

Pakiet 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania chirurgicznego jednorazowego użytku w rozmiarze do S do XXL . Pozostałe zgodnie z SWZ.

	XS	S	M	L	XL	XXL	Tolerancja
Długość	67	70	72	75	76	77	± 2
Szerokość	50	54	58	62	66	70	± 2

	XS	S	M	L	XL	XXL	Tolerancja
Długość	108	112	114	116	118	120	± 2
Szerokość	50	52	54	58	60	60	± 2

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 33.

Pakiet 1 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha medycznego z rękawem zakończonym elastycznym mankietem z dzianiny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuchy zakończone niepyłącym poliestrowym mankietem