



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI



Dziekan

Zamawiający:

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Gdańsk, dnia 11.06.2021 r.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury kontrolnej, badawczej i pomiarowej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr CRZP/73/009/D/21, ZP/41/WETI/21, ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 104-273254.

Działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. - zwanej ustawą Pzp), Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, na który Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Uprzejmie prosimy o odpowiedzi na pytania dotyczące części 2, wymagane parametry techniczne:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o impedancji wejściowej elektrometru $1000\text{ G}\Omega // 25\text{ pF}$?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o specyfikowanej dokładności pomiaru prądu $< \pm 0.1\%$ zakresu $\pm 0.03\%$ odczytu na zakresie 10 nA ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ oraz mają moc wiążącą dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Dzielen

prof. dr hab. inż. Jacek Jędrzejewski