



Zamawiający:

Opolskie Centrum Onkologii
im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
w Opolu
ul. Katowicka 66a
45-061 Opole

Dot. przetargu nieograniczonego nr **27/PN/2019**

Zadanie 1)

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego do badań biochemicznych i immunochemicznych oraz laboratoryjnego systemu informatycznego

Zadanie 2)

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ dokonane zgodnie z art. 38 ust 1 i 4 Ustawy PZP

Pytanie nr 1

Dotyczy: pakietu nr 2 - zał. nr 2.1 „Parametry wymagane” pkt. „Możliwość wykonywania badania z krwi żyłnej, tętniczej, włóściczkowej, dializatów, płynów opłucnowych, ze strzykawki lub kapilary”

Prosimy o dopuszczenie analizatora z możliwością wykonywania badań diagnostycznych z krwi żyłnej, tętniczej, włóściczkowej **bez możliwości wykonywania badania diagnostycznego w dializatach i płynach opłucnowych** ze względu na specyfikę urządzenia – aparat do gazometrii – jak wynika ze statystyk prowadzonych badań na tego typu urządzeniach, nie jest to parametr wykonywany częściej niż raz na rok.

ODPOWIEDŹ: TAK, zmienia się opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2.1

Pytanie nr 2

Dotyczy: pakietu nr 2 - zał. nr 2.1 „Parametry wymagane” pkt. „Igła aspiracyjna wbudowana w pakiet odczynnikowy”

Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym sonda aspiracyjna stanowi stały element aparatu a nie kasety i nie podlega wymianie przez Operatora razem z elementami zużywalnymi. Takie rozwiązanie gwarantuje stabilność całego układu płynów i pozwala w sposób ciągły sprawdzać, walidować i kalibrować cały układ przepływu płynów w analizatorze. Niesie to ze sobą dodatkową korzyść w przypadku mechanicznego uszkodzenia igły aspirującej (np. wygięcie jej przez Operatora) daje to możliwość pojedynczej wymiany igły aspirującej bez konieczności wymiany wkładu (kasety), a w przypadku zatkania skrzepem, którego aparat nie może automatycznie odpłukać, daje możliwość wyjęcia z analizatora pojedynczej kasety, wypłukania skrzepu oraz ponownego użycia tej samej kasety w analizatorze

ODPOWIEDŹ: TAK, dopuszczamy takie rozwiązanie jako równoważne

Pytanie nr 3

Dotyczy: pakietu nr 2 - zał. nr 2.1 „Parametry wymagane” pkt. Wszystkie materiały zużywalne niezbędne do prawidłowej pracy analizatora zintegrowane w postaci trzech wymiennych kaset o terminie ważności minimum 10 dni”

Czy Zamawiający dopuści analizator z dwoma kasetami wymiennymi, co w znaczy sposób ograniczy ilość niezbędnych wymian, a jednocześnie czy Zamawiający zmieni wymóg postawiony terminom ważności dla wszystkich kaset z 10 na minimum 30dni, co ze względu na nowoczesne rozwiązania dostępne na polskim rynku, w znaczy sposób podkreśli automatyczność i bezobsługowość tego urządzenia?

ODPOWIEDŹ: Podtrzymujemy zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy: pakietu nr 2 - zał. nr 2.1 „Parametry wymagane” pkt. Wszystkie procedury kalibracyjne, walidacyjne wykonywane automatycznie z płynów zawartych w kasetach odczynnikowych.”

Czy Zamawiający dopuści analizator wykonujący automatyczną kalibrację jednopunktową i dwupunktową z codzienną automatyczną kalibracją tHb, w którym wymagana jest jednorazowa kalibracja widma hemoglobiny za pomocą kalibratora zewnętrznego? Kalibracja ta wykonywana jest przez autoryzowany serwis producenta podczas rutynowych wizyt lub przeglądu okresowego, tym samym w żaden sposób nie obciąża Zamawiającego

ODPOWIEDŹ: TAK, dopuszczamy takie rozwiązanie jako równoważne



Pytanie nr 5

Dotyczy: pakietu nr 2 - zał. nr 2.3 „Parametry oceniane” pkt. Brak dodatkowych zewnętrznych kalibratorów wymaganych lub zalecanych dla jakichkolwiek parametrów oznaczanych przez analizator”

Czy Zamawiający oceni równoważnie analizator wykonujący automatyczną kalibrację jednopunktową i dwupunktową z codzienną automatyczną kalibracją tHb, w którym wymagana jest jednorazowa kalibracja widma hemoglobiny za pomocą kalibratora zewnętrznego? Kalibracja ta wykonywana jest przez autoryzowany serwis producenta podczas rutynowych wizyt lub przeglądu okresowego, tym samym w żaden sposób nie obciąża Zamawiającego

ODPOWIEDŹ: TAK dopuszczamy takie rozwiązanie jako równoważne

Pytanie nr 6

Dotyczy: pakietu nr 2 - zał. nr 2.3 pkt. „Niezależnie wymieniany moduł automatycznej kontroli jakości” oraz „Brak ryzyka kontaminacji. Niezależnie wymieniany hermetyczny moduł ścieków”

Czy Zamawiający oceni równoważnie aparat pracujący na zintegrowanym, hermetycznie zamkniętym pakiecie odczynnikowym, w którym znajdują się płyny automatycznej kontroli jakości jak również hermetycznie zamknięty moduł ścieków, wymieniane jednocześnie po 30 dniach, jednym ruchem, co zajmuje nie więcej niż 2 minuty. Najnowocześniejsze rozwiązanie, które chcemy zaproponować nie obarcza operatora jakimkolwiek zagrożeniem kontaminacji.

ODPOWIEDŹ: TAK dopuszczamy takie rozwiązanie jako równoważne

Pytanie nr 7

Dotyczy: zał. nr 6.1 wzór umowy dostawy odczynników - §5 pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dostarczone odczynniki i materiały eksploatacyjne posiadały 4-ro miesięczny termin przydatności ?

Ze względu na zastosowane technologie i cykl produkcyjny producenta, okres gwarancji wynosi maksymalnie 4 miesiące od daty produkcji. Wykonawca nie ma wpływu na okres gwarancji określony przez producenta. Wykonawca może zaproponować możliwość złożenia rocznego a nawet dwu rocznego harmonogramu dostaw w oparciu o planowane zużycie. Analizator pracuje jedynie na dwóch materiałach zużywalnych z określonym przewidywalnym terminem przydatności, co pozwala na dokładne przewidzenie ilości potrzebnych elementów zapewniających nieprzerwaną pracę. Łatwość planowania wymiany elementów zużywalnych w połączeniu z harmonogramem dostaw pozwoli na zmniejszenie stanów magazynowych.

ODPOWIEDŹ: TAK, zmienia się zapis zał. nr 6.1 wzór umowy dostawy odczynników - §5 pkt. 4., który otrzymuje brzmienie: „Termin ważności odczynników w dniu dostawy – nie krótszy niż 3 miesiące”

Pytanie nr 8

Dotyczy: pakietu nr 2 - zał. nr 2.1 „Parametry wymagane” pkt. „Analizator oznacza jednocześnie: pH, pO₂, pCO₂, Na, K, Ca zjonizowany, Cl, Glukoza, Mleczany, nBili, ctHb, FO₂Hb, FCOHb, FMetHb”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora oznaczającego jednocześnie: pH, pO₂, pCO₂, Na, K, Ca zjonizowany, Cl, Glukoza, Mleczany, ctBili, ctHb, FO₂Hb, FCOHb, FMetHb z uwagi na to miejsce przeznaczenia analizatora jakim jest blok operacyjny?

ODPOWIEDŹ: TAK, dopuszczamy takie rozwiązanie

Dotyczy Zadania 2:

Pytanie 1

Prosimy o doprecyzowanie czy Zadamawiającemu chodzi o czas gotowości analizatora do przyjęcia kolejnej próbki?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 2

Czy Zamawiający oczekuje że system eliminacji mikroskrzepów nie będzie wymagał stosowania dodatkowych przejściówek lub zatyczek na strzykawkę/kapilary?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 3

Czy Zamawiający oczekuje analizatora w którym igła aspiracyjna zabudowana jest w pakiecie odczynnikowym w taki sposób, że uniemożliwia przypadkowy kontakt z igłą przez personel wykonujący badanie dzięki czemu ograniczone jest ryzyko kontaktu z materiałem zakaźnym.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne analizatory, w których sonda aspiracyjna stanowi stały element aparatu

Pytanie 4



Czy Zamawiający ze względu na bezpieczeństwo informatyczne szpitala, i ochronę danych wrażliwych pacjentów oczekuje analizatora szyfrującego transmisję na USB i umożliwiającego ograniczenie dostępu dla tej funkcji tylko dla autoryzowanych użytkowników?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze specyfikacją, załącznik 2.1

Pytanie 5

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający będzie prowadził codzienną kontrolę jakości 1 raz dziennie na 3 poziomach? Jeżeli nie to prosimy o podanie harmonogramu w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ: 1 kontrola, 1 raz dziennie naprzemiennie na 1-ym poziomie

Pytanie 6

Czy czytnik kodów kreskowych ma być wbudowany bezpośrednio a analizator?

ODPOWIEDŹ: Dopuszczamy czytnik zewnętrzny lub wbudowany

Pytanie 7

Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju połączenia oczekuje Zamawiający? Czy połączenie ma być wykonane do modułu HIS czy LIS. Czy aparat ma umożliwiać pozytywną identyfikację pacjenta bezpośrednio na aparacie? Czy połączenie ma być wykonane w trybie POCT tj. identyfikacja próbki za pomocą ID pacjenta na podstawie zapytania z bazy HIS czy w trybie laboratoryjnym, czyli identyfikacja próbki za pomocą ID próbki, wynikającej w przesłanego wcześniej w systemie zlecenia na badanie, wystawione z komputera należącego do Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Do modułu HIS oraz opcjonalnie, ale nie zamiennie - również LIS

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zadawający we własnym zakresie umożliwi dostęp do właściwie przygotowanej infrastruktury sieciowej, tj okablowanie, gniazda sieciowe, właściwa ilość Switchy.

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli zajdzie taka potrzeba dla celu integracji z LIS/HIS Zamawiający udostępni zdalne połączenie do sieci Zamawiającego poprzez szyfrowanego połączenie VPN, z dynamiczną adresacją IP po stronie przedstawicieli oferenta.

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 10

Prosimy o doprecyzowanie ilu szkoleń i dla ilu osób przewiduje Zamawiający.

ODPOWIEDŹ: Minimum 1 szkolenie dla 20 osób.

Pytanie 11

Prosimy o wydłużenie czasu przyjazdu serwisu do 12 godzin w dni robocze od daty przystania informacji o awarii.

ODPOWIEDŹ: Nie wyrażamy zgody

Pytanie 12

Prosimy o informację, czy jeśli producent nie przewiduje konieczności wykonywania przeglądów analizatora, na co oferent przedłoży stosowne pismo, Zamawiający odstąpi od wymogu ich przeprowadzania?

ODPOWIEDŹ: Nie wyrażamy zgody

Dotyczy Zał.1.2 do siwz

Prosimy o wyrażenie zgody, by maksymalna liczba testów w jednym zestawie odczynnikowym dla parametrów TSH, FT3 i FT4 wynosiła 200

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę, zmienia się opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1.2 do SIWZ

Dotyczy Analizatora parametrów krytycznych

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora nie wykonującego pomiarów w płynie opłucnowym?

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę, zmienia się opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2.1 do SIWZ

Dotyczy pakietu 1.2 "Zestawienie ilości badań parametrów krytycznych":

Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie, czy ilości oraz wartości pakietu mają być przeliczone na 12 miesięcy "Przewidywana liczba badań na rok" czy zgodnie z okresem podanym w SIWZ czyli na 24 miesiące?

ODPOWIEDŹ: na 24 miesiące

Dotyczy punktu "Serwer rack, przeglądarka wyników rack, 6 stacji roboczych z systemem operacyjnym Windows 10 oraz zasilacze UPS do wszystkich wymienionych wyżej sprzętów, 6 czytników kodów



paskowych, 1 czytnik kart zleceń"

Czy serwer może być dostarczony w konfiguracji Tower?

ODPOWIEDŹ: NIE

Czy stacje robocze mogą być dostarczone w Windows 7?

ODPOWIEDŹ: NIE

W konfiguracji systemu klient serwer nie jest wymagane dostarczanie UPC do każdego stanowiska. Prosimy o

wykasowanie zapisu "zasilacze UPS do wszystkich wymienionych wyżej sprzętów" ODPOWIEDŹ:

Wyrażamy zgodę, zmienia się opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1.2 do SIWZ

Dotyczy punktu "Wykonawca zobowiązany jest zintegrować używany LSI ze szpitalnym systemem informatycznym MEDICOM firmy MEDINET Systemy Informatyczne Sp. z o.o. na poziomie zleceń, wyników badań i podpisu elektronicznego."

Czy wystarczające będzie jeżeli system LSI w komunikacji HL7 przekaże informację o lokalizacji podpisanego dokumentu lub wygeneruje dokument na wybranej lokalizacji?

ODPOWIEDŹ: Istnieje możliwość aby przekazywać PDF'a wewnątrz komunikatu HL7 z wynikiem w jednym z pól. Serwer MediCom HL7 nie ma mechanizmów sięgania po pliki, tym bardziej w zewnętrzne zasoby.

Dotyczy parametrów wymaganych analizatora biochemicznego, załącznik 1.3 do SIWZ:

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający również wymaga identyfikacji odczynników za pomocą kodów kreskowych?

ODPOWIEDŹ: TAK

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga aby analizator wykorzystywał pojedyncze, bezobsługowe (nie wymagające uzupełniania płynów lub wymiany membran) elektrody jonoselektywne (Na, K, Cl, Ref.)?

ODPOWIEDŹ: TAK

Czy przez chłodzenia odczynników, Zamawiający wymaga takiego systemu chłodzenia w stałej temperaturze który jest zgodny z wymogami producenta i który opisany jest w instrukcji obsługi co gwarantuje stabilność tych materiałów zgodnie z rekomendacjami producenta?

ODPOWIEDŹ: TAK

Prosimy o doprecyzowanie, czy podana przez Zamawiającego ilość badań uwzględnia już oznaczenia przewidziane na kalibracje i kontrole? Jeśli nie, czy ilości te należy doliczyć?

ODPOWIEDŹ: Ilość badań uwzględnia kalibracje i kontrole

Dotyczy Załącznik nr 6.1 - projekt umowy

Par. 1 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

ODPOWIEDŹ: TAK, zapis otrzymuje brzmienie: Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dostaw niektórych ilości przedmiotu umowy w przypadku braku zastosowania w trakcie trwania umowy. Wykonawca nie będzie miał roszczenia wobec Zamawiającego z w.w tytułu, przy czym zmniejszenie nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy.

Par. 4 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.

ODPOWIEDŹ: NIE wyrażamy zgody.

Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

ODPOWIEDŹ: NIE wyrażamy zgody.

Par. 6 ust. 1 lit. a - b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

ODPOWIEDŹ: NIE wyrażamy zgody.

Par. 6 ust. 1 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości



całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

ODPOWIEDŹ: NIE wyrażamy zgody.

Par. 6 ust. 1 lit. d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

ODPOWIEDŹ: NIE wyrażamy zgody.

Par. 6 ust. 1 lit. e Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „godzinę opóźnienia” na „dzień zwłoki”?

ODPOWIEDŹ: NIE wyrażamy zgody.

Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

ODPOWIEDŹ: TAK, wyrażamy zgodę. Zapis otrzymuje brzmienie: Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze

Dot. Załącznik nr 6.2 - projekt umowy (dzierżawa)

Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

ODPOWIEDŹ: TAK, wyrażamy zgodę, w związku z czym treść SIWZ zmienia się konsekwentnie do wprowadzonych zmian.

Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?
Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.

ODPOWIEDŹ: NIE wyrażamy zgody.

Pa. 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

ODPOWIEDŹ: TAK, 5 osób

Par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatnego” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

ODPOWIEDŹ: TAK. Zapis otrzymuje brzmienie: „Ponadto Wyzierzawiający zobowiązany jest do zapewnienia w ramach czynszu dzierżawnego, przez cały okres dzierżawy - serwisu gwarancyjnego sprzętu na warunkach szczegółowo określonych w załączniku (odpowiednio 1.5 lub/i 2.2) do SIWZ.

Par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godziny" na "godziny w dni robocze"?

ODPOWIEDŹ: NIE wyrażamy zgody.

Par. 5 ust. 6 Zwracamy się z prośbą o ujednoczenie terminu obowiązywania umowy zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: TAK, winno być: 24 miesiące

Par. 6 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta została by z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

ODPOWIEDŹ: TAK, z wykonawcą zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Opracowali:

dr A. Pardej

A. Gaska

P. Oliwa

mec. K. Wojdyła