



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71  
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 05.02.2024 r.

DZP – 3/2024

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Dostawa materiałów szewnych oraz wyrobów medycznych**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

**Pytanie nr 1 – dot. Pakiet nr 1, poz. 1-34**

Czy Zamawiający dopuści nić pojedynczą syntetyczną, z polidioksanonem, o okresie podtrzymywania tkankowego 65-70% po 4 tygodniach, okres wchłaniania bez zmian?

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 2 – dot. Pakiet nr 1, poz. 35-38**

Czy Zamawiający dopuści nić pojedynczą syntetyczną, z polidioksanonem, o okresie podtrzymywania tkankowego 65-70% po 4 tygodniach, okres wchłaniania bez zmian?

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 3 – dot. Pakiet nr 1, poz. 78-79**

Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną bez dodatku substancji antybakteryjnej, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 4 – dot. Pakiet nr 1, poz. 107**

Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną poliolefinową powlekaną silikonem, nierozpuszczalną?

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 5 – dot. Pakiet nr 1, 108-127**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny polipropylenowy bez dodatku polietylenu?

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 6 – dot. Pakiet nr 2, poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści igłę podwójną o długości 6 mm?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza, jeśli pozostałe parametry będą zgodne z SWZ.

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

**Pytanie nr 7 – dot. Pakiet nr 1-5**

Czy Zamawiający dopuści również długość nici 75 cm wszędzie tam gdzie wymaga długość 70 cm?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 8 – dot. Pakiet nr 1, poz. 13, 18**

Czy Zamawiający wykreśli w/w pozycje z pakietu

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 9 – dot. Pakiet nr 10, cz.2.**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 1 staplerów z zakrzywioną główką, tnąco-zamykających, z dwoma dźwigniami, ze zszywkami 4,5mm (wysokość otwartej zszywki) z linią zszywania 48mm.

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 10 – dot. Pakiet nr 10, cz.2.**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 2 staplerów okrężnych jak wymagane w rozmiarach 21, 26 (wysokość otwartej zszywki 4,5mm), 29, 32, 34mm (wysokość otwartej zszywki 5,0mm).

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 11 – dot. Pakiet nr 10, cz.2, poz. 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr X Staplery cz. 2 pozycja 2 w związku ze zmianą u Producenta dopuści również jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,5 mm do 2,2 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. O dopuszczalnym zakresie kompresji tkanki od 1 mm do 2,5 mm?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 12 – dot. projektowanych postanowień umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1.1. zwłoki w wykonaniu dostawy częściowej w terminie określonym w § 3 ust. 2 karę umowną w wysokości 0,5 % wartości netto niedostarczonej partii dostawy licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonej partii dostawy.

1.2. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 9 ust. 2 karę w wysokości 0,5 % wartości netto niedostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 3 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonej partii dostawy.

1.3. za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 12 – 15 umowy, karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy,

1.4. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust. 18 w wysokości 0,5 % wartości netto niezrealizowanej części umowy dla danego pakietu, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 18, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.

1.5. zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 3 ust. 21 w wysokości 0,5 % wartości netto

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

przedmiotu umowy dla danego pakietu, licząc za każdy dzień zwłoki od upływu dnia zrealizowania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 21, jednak nie więcej niż 10% wartości netto przedmiotu umowy dla danego pakietu

1.8. naruszenia obowiązku opisanego w treści § 3 ust. 8 oraz § 6 ust. 2 w wysokości 125 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,

1.9. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o której mowa w § 12 ust. 10 pkt 5) w wysokości 0,01% należnej kwoty za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% nieuregulowanego w zapłacie części wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy. (...)

**Odp.:** Zamawiający informuje, iż w zakresie powyższych pytań nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Podpisał:  
DYREKTOR  
Wojciech Michalik

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie