

Gdynia, dnia 17-10-2024 r

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup urządzeń medycznych w ramach programu „Narodowa Strategia Onkologiczna w zakresie zadania „Doposażenie klinik i oddziałów hematologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków” dla Szpitala Morskiego im. PCK - Szpital Pomorskie Sp. z o.o.”

Nr sprawy - D25M/251/N/39-75rj/24

I. Zamawiający – Szpital Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

18. Dot. Zał. nr 5 Umowa nr znak: D25M/251/N/39-75rj/24 (PROJEKT UMOWY US-7) § 1 PRZEDMIOT UMOWY, pkt. 2. C) oraz § 8 WADY, RĘKOJMIA, GWARANCJA JAKOŚCI SERWIS W OKRESIE GWARANCJI, pkt. 6. Pkt. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu przeglądów technicznych?

Producent nie wymaga przeglądów podczas pracy urządzenia, co nie wpływa na prawidłową pracę urządzeń.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem dostarczenia wraz z pozostałymi dokumentami oświadczenia od producenta o braku konieczności wykonywania przeglądów.

19. Dot. Zał. nr 5 Umowa nr znak: D25M/251/N/39-75rj/24 (PROJEKT UMOWY US-7) § 4 WARUNKI REALIZACJI UMOWY, pkt. 8, 5)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu w pkt. 5) instrukcji/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Dot. Zał. nr 5 Umowa nr znak: D25M/251/N/39-75rj/24 (PROJEKT UMOWY US-7) § 8 WADY, RĘKOJMIA, GWARANCJA JAKOŚCI, SERWIS W OKRESIE GWARANCJI, pkt. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin, dopuszczając jednocześnie zdalne wsparcie techniczne?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

21. Dot. Zał. nr 5 Umowa nr znak: D25M/251/N/39-75rj/24 (PROJEKT UMOWY US-7) § 8 WADY, RĘKOJMIA, GWARANCJA JAKOŚCI, SERWIS W OKRESIE GWARANCJI, pkt. 9.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu do zakończenia naprawy w terminie do 7 dni roboczych, a w przypadku konieczności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy do 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

22. Dot. Zał. nr 5 Umowa nr znak: D25M/251/N/39-75rj/24 (PROJEKT UMOWY US-7) § 8 WADY, RĘKOJMIA, GWARANCJA JAKOŚCI, SERWIS W OKRESIE GWARANCJI, pkt. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu zapewnienia zastępczego elementu przedmiotu umowy? Zamawiający nie dysponuje urządzeniami zastępczymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Dot. SWZ, pkt. VIII, PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE WRAZ Z OFERTA, pkt. 1.7, (dot. części nr 5)

Urządzenie jakie Wykonawca zamierza zaoferować w zadaniu nr 5 posiada certyfikat CE i spełnia standardy Unii Europejskiej dopuszczające do obrotu i stosowania produktów na terenie Polski oraz Unii Europejskiej ale nie jest wyrobem medycznym. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu wyrobu medycznego przy zachowaniu pozostałych wymagań tj. w/w standardów (UE i PL) oraz Certyfikatu CE?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

24. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych :

1) w wysokości 0,3 % ceny brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki realizacji umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1; Za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia uważa się także dostarczenie sprzętu wadliwego – do czasu rozpoczęcia eksploatacji sprzętu po: usunięciu wad lub dostarczenia towaru niewadliwego;

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

2) w przypadku przekroczenia czasu naprawy, o którym mowa w § 8 ust. 9 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (lub w sytuacji nie zapewnienia elementu przedmiotu umowy zastępczego zgodnie z §8 ust. 10 umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto naprawianej części przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki;

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, albo za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej ceny brutto określonej w § 2 ust. 1;

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

II. Zamawiający – Szpital Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje o modyfikacji Ogłoszenia w zakresie zadania 5 – kwoty wadium było 1081 zł, a jest 1080 zł w związku z omyłką pisarską w Ogłoszeniu.

W załączeniu Ogłoszenie o zmianie z dnia 17-10-2024 r Dz.U. S: 203/2024 630155-2024.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem
Sekretarz Komisji Przetargowej
Małgorzata Brancewicz-Malec

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Małgorzata Brancewicz-Malec