

Katowice, dn. 05.06.2019r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Nr sprawy: ZP-19-052UN**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), udzielam następujących odpowiedzi:

Pyt. 1 Pakiet nr 11

Czy zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z termoplastycznego PVC, sterylne, z otworem i bez otworu, rozm.7, 8, 9. Wyposażone w miękkie sztyld z zaczepem przegubowym, bagnetowe złącza zapobiegające wypadaniu kaniul. Zaopatrzona w prowadnicę z oliwką dla łatwego wprowadzania. W zestawie trzy kaniule wymienne:

1 kaniula wewnętrzna z łącznikiem 15 mm,

2 kaniule wewnętrzne z kołnierzem ,

oraz miękka opaska mocująca, nasadka foniacyjna, korek dekaniulacyjny, nasadka kosmetyczna i łącznik 15 mm do samodzielnego założenia na rurkę bez kaniuli.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 2 Pakiet nr 1 poz. 1 pkt.7

Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 3 Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do infuzji roztworów leków światłoczułych posiadające uniwersalne zakończenie Luer Lock?

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian.

Pyt. 4 Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do infuzji roztworów leków światłoczułych bez kryzy ograniczającej?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 5 Pakiet nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści osłony światłoczułe bez paska klejącego?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 6 Pakiet nr 1 poz. 2a

Czy Zamawiający dopuści osłony w rozmiarze 12x21cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 7 Pakiet nr 1 poz. 2b

Czy Zamawiający dopuści osłony w rozmiarze 20x30cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian.

Pyt. 8 Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szpatułki pakowane pojedynczo w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymaganej wielkości opakowania. W kolumnie nr 3 podał zamawianą ilość sztuk, a w kolumnie nr 4 cenę netto za sztukę.

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest ceną za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą.

ZP-19-052UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Pyt. 9 Pakiet nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maszynki do golenia w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie 8.

Pyt. 10 Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści system o parametrach:

SKŁAD ZESTAWU:

- cewnik
- dwa rzepy umożliwiające zamocowanie worka do ramy łóżka
- 3 worki zbiorcze o pojemności 1500ml
- strzykawka 50ml z końcówką luer lock

OPIS PRODUKTU:

- praktyczny i wydajny
- higieniczna zbiórka płynów oraz stolca
- redukuje kontakt personelu pielęgniarskiego oraz pacjenta z infekcyjnymi mikroorganizmami
- redukuje powikłania dermatologiczne
- możliwość wymiany pojemnika oraz pobrania próbek w razie potrzeby
- cewnik z zatyczką umożliwiającą zamknięcie drenu na czas wymiany worka zbiorczego
- nie zawiera lateksu
- cewnik wykonany z biokompatybilnego silikonu, pokryty powłoką pochłaniającą zapach
- niskociśnieniowy balon (niebieski, pojemność 45ml) z możliwością jego wypełnienia (oraz opróżnienia) wodą lub roztworem soli fizjologicznej, w celu ustabilizowania pozycji cewnika w odbycie pacjenta oraz zmniejszenia ryzyka przecieków oraz wpyływania płynów
- czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
- port do irygacji (białe oznaczenie) służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności
- dodatkowy port do pobierania próbek stolca oraz przepłukiwania cewnika
- worek zbiorczy wykonany z polimeru z absorbentem cieczy (saszetka)
- łatwe, obrotowe podłączenie do cewnika
- posiada zatyczkę zabezpieczającą po odłączeniu worka
- pojemność 1500 ml (skalowany co 100ml)
- zestaw pakowany pojedynczo w sztywne opakowania
- niejałowy

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 11 Pakiet nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 100ml, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste w op.a'3szt.?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 12 Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny ze skalą 1 I.U.=0,02ml, posiadające kryzę ograniczającą zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 13 Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymaganej wielkości opakowania. W kolumnie nr 3 podał zamawianą ilość sztuk, a w kolumnie nr 4 cenę netto za sztukę. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest ceną za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą.

ZP-19-052UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Pyt. 14 Pakiet nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule dotętnicze z zaworem odcinającym tylko w rozmiarze 20G?

Odp.: Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie rozmiaru 22G. Pozostałe wymagane parametry pozostają bez zmian.

Pyt. 15 Pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne wykonane z elastycznego PCV?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 16 Pakiet nr 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego składający się z: cewnika poliuretanowego, długości co najmniej 40cm, wyposażonego w zacisk, tulejkę mocującą, boczne otwory na pętli (8). Rozmiar cewnika: 8, 11, 14 Ch/Fr. Metalowy trokar z możliwością usunięcia przez rozerwanie długości co najmniej 12cm, worek na mocz o pojemności 2000ml?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 17 Pakiet nr 5 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga systemu z czasem utrzymania do 29 dni, potwierdzonego badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 18 Pakiet nr 8 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania kaniuli dotętniczej tylko w rozm. 20 G dł. 45mm.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 14.

Pyt. 19 Pakiet nr 1 poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 20 Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójłuszczynową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z ostonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 21 Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczeplu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada ostonę z tworzywa sztucznego?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 22 Pakiet nr 1 poz. 1

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 23 Pakiet nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na sterylne ostony z gładkiego polipropylenu z paskiem adhezyjnym, składane teleskopowo, pakowane pojedynczo, posiadające 2 taśmy do mocowania na głowicę ultrasonograficzną o rozmiarach 60cm x 15cm zamiast 80cm x 16cm oraz 120cm x 15cm zamiast 160cm x 18cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

ZP-19-052UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Pyt. 24 Pakiet nr 7 poz. a

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 1,3 x 88mm.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 25 Pakiet nr 7 poz. b

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 1,1 x 88mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pyt. 26 Pakiet nr 7 poz. c

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 0,9 x 88mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pyt. 27 dotyczy projektu umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 5 lit. b projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów: „...od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego...” na „od dnia uznania reklamacji przez Wykonawcę”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 28 dotyczy projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2 oraz wykreśli ust. 6:

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt 4 i § 2 pkt. 5b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego w terminie/ wadliwego przedmiotu umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 1.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 29 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 5 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.