



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala

tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 28

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/1736/2023

Data: 25.08.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. ” Znak: 2505/2023

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu 148

Czy Zamawiający w pakiecie 148 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) całkowicie suchy (niewymagający wypełniania zastawki wodą - gotowy do użycia), z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętko umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 10-40cmH₂O, posiadający możliwość wypełnienia mechanicznej zastawki wodą w celu monitorowania przecieku powietrza, wyskalowany do objętości 1000 + 1000 ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25-36 cm i konstrukcji niewymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas niepowodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany podwójnie, sterylny, z dwoma niezależnymi drenami łączącymi bezłateksowymi zabezpieczonymi przed zagięciem, z możliwością odłączenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej wymienionego asortymentu, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 2 – dotyczy Pakietu 23, Pozycje 1, 2 i 3

Prosimy o możliwość zaoferowania w pakiecie 23 pozycji 1 i 2 i 3 igły doszpikowe w ilości po 5 szt. za względu na pełne opakowanie. Pragniemy nadmienić ze jesteśmy producentem tego sprzętu.

W skład zestawu wchodzi: igła, stabilizator, zestaw przedłużający, opaska na nadgarstek, pojemnik na ostre części.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowanie 4 szt wyżej wymienionego asortymentu jednakże dopuszcza zaproponowany zestaw również w zakresie wskazanej przez wykonawcę ilości.

PYTANIE nr 3 – dotyczy Pakietu 36, Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 36 poz 1 filtry oddechowe o przestrzeni martwej 39,64 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 4 – dotyczy Pakietu 36, Pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 36 poz 2 filtry oddechowe z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 5 – ad par. 3 ust. 9 wzoru umowy

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że wyjątkiem jest sytuacja, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 60 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

